


# DermLite® DL200 Hybrid

English	3
Bosanski	4
Čeština	5
Dansk	6
Deutsch	7
Eestlane	8
Español	9
Français	10
Gaeilge	11
Hrvatski	12
Italiano	13
Latvietis	14
Lietuvis	15
Magyar	16
Nederlands	17
Polskie	18
Português	19
Română	20
Slovenščina	21
Slovenský	22
Suomi	23
Svenska	24
Türk	25
Ελληνικά	26
български	27
русский	28
Український	29
한국어	30
日本語	31
简体中文	32

# DermLite

## DL200 Hybrid



**REF** DL200HY

# Instructions

## Intended Use

This device is intended for medical purposes to illuminate body surfaces. It is used for non-invasive visual examination of intact skin.

This battery-operated product is designed for external examination only within professional healthcare facilities by medical professionals.

Check the correct operation of the device before use! Do not use the device if there are visible signs of damage.

**CAUTION:** Do not look directly into the LED light. Patients must close their eyes during examinations.

In case of a serious incident with the use of this device, notify DermLite immediately and, if required by local regulations, your national health authority.

**CAUTION:** Do not use the device in fire or explosive risk area (e.g. oxygen-rich environment).

**WARNING:** This product can expose you to chemicals including methylene chloride and hexavalent chromium, which are known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Electromagnetic Compatibility

This device complies with the EMC Emissions and Immunity level requirements of the standard IEC 60601-1-2:2014. The emission characteristics of this equipment make it suitable for use in professional healthcare environment as well as residential environment (CISPR 11 Class B). This equipment offers adequate protection to radio communication service. In the rare event of interference to the radio communication service, the user might need to take mitigation measures, such as relocating or re-orienting equipment.

**WARNING:** Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

**WARNING:** Use of accessories other than those provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

**WARNING:** Portable RF transmitters should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the device. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

**IMPORTANT:** Before initial use, please charge the internal lithium ion battery. See "Battery and Charging" for details.

DermLite DL200 Hybrid is a smartphone-compatible pocket dermatoscope with 10x magnification designed to examine skin lesions with polarized or non-polarized

illumination, with or without skin contact.

## IceCap®

To support your infection control measures, snap one of the included disposable IceCaps (IC) over the installed faceplate (FP). To remove and dispose, simply pull it off.

Hold your DermLite DL200 so that the LEDs are aimed at the skin. Position the device ~25mm above the skin and push the Power button (P) to turn on the device. Look through the lens with your eye 25-50 mm above your DermLite. Move the device closer or farther away from the skin to obtain the desired image focus. For dermoscopy with skin contact, or for camera use, turn the Dial (D) to extend the Spacer (S) and focus the image.

To toggle between non-polarized and polarized illumination, push the Mode button (M). The Polarization Indicator (PI) lights up in polarized mode.

To turn off your DermLite, push the Power button (P); it turns off automatically after 3 minutes.

## Removing the Spacer

The Spacer (S) may be removed by turning the Dial (D) counter-clockwise beyond a noticeable resistance, then pulling it off the device. To attach the Spacer, insert its 3 legs into the 3 holes until resistance is felt. Place the device level on a flat surface and evenly push down while simultaneously rotating the Dial (D) clockwise.

## Removing the Faceplate

The Faceplate (FP) may simply be pulled off the Spacer (S) by grabbing it at the fingernail notches. To reattach, simply snap it back in place.

## Photography

Your DermLite DL200 may be attached to many cameras or smartphones using DermLite MagnetiConnect® adapters (sold separately). Prior to taking photos, wipe the Faceplate (FP) clean and extend the Spacer (S).

## Battery and Charging

**CAUTION:** This device uses a special 3.7V 1800 mAh lithium ion battery, which can only be purchased from DermLite or from an authorized DermLite dealer. Do not under any circumstances use another battery other than the one designed for this unit. This device is equipped with a four-level Charge Indicator (CI). When the unit is turned on and fully charged, all four LEDs light up. When less than 75% of battery life remains, three LEDs are illuminated. If more than half the battery is drained, two LEDs are on, while a single LED indicates that less than 25% of battery capacity remains. To charge your device, connect the supplied USB-C to USB cable to the Charging Port (CP) and any IEC 60950-1 compliant (5V) USB port. The Charge

Indicator (CI) pulses to indicate charging, with the number of pulsing LEDs corresponding with charge level. When charging is complete, all four indicator LEDs illuminate. After years of use, you may wish to replace the battery, which is only available directly from DermLite or an authorized DermLite dealer.

To remove the battery (B), detach the snap-on Cover (C): Pry it open, starting at the small notch (N), using a screwdriver, then work your way around the Cover to release it completely. Disconnect the Battery Plug (BP), insert a new battery and reconnect. Reattach the Cover securely.

## Troubleshooting

Please check [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) for the most current troubleshooting information. If your device requires servicing, visit [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) or contact your local DermLite dealer.

## Care and Maintenance

**CAUTION:** No modification of this equipment is allowed.

Your device is designed for trouble-free operation. Repairs shall be made only by qualified service personnel.

## Cleaning

The exterior of your device, except the optical parts, may be wiped clean with isopropyl alcohol (70% vol.) prior to use on a patient. The lens should be treated as high-quality photographic equipment and should be cleaned with standard lens cleaning equipment and protected from harmful chemicals. Do not use abrasive material on any part of the equipment or immerse the device in liquid. Do not autoclave.

**Warranty:** 5 years for parts and labor. The battery is warranted for 1 year.

## Disposal

This device contains electronics and a lithium-ion battery that must be separated for disposal and may not be disposed of with general household waste. Please observe local disposal regulations.

The DermLite DL200 set includes:

DL200 dermatoscope (21 LEDs, 25 mm 10x lens, spacer, faceplate with 10 mm reticle), silicone cover, lanyard, microfiber case, USB charging cable, 4 IceCaps.

## Technical Description

Visit [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) or contact your local DermLite dealer.

# Instrukcije

## Namjeravanu upotrebu

Ovaj uređaj je namijenjen u medicinske svrhe za osvjetljavanje tjelesnih površina. Koristi se za neinvazivni vizuelni pregled netaknute kože.

Ovaj proizvod pogonjen na baterije dizajniran je za vanjski pregled samo u okviru zdravstvenih ustanova od strane medicinskih stručnjaka.

Provjerite pravilan rad uređaja prije upotrebe! Ne koristite ga ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.

**OPREZ:** Ne gledajte direktno u LED lampicu. Pacijenti moraju zatvoriti oči tokom pregleda.

U slučaju ozbiljnog incidenta s korištenjem ovog uređaja, odmah obavijestite DermLite i, ako to zahtijevaju lokalni propisi, vaše nacionalno zdravstveno tijelo.

**OPREZ:** Ne koristite uređaj u zoni opasnosti od eksplozije (npr. Okoline bogate kisikom).

**UPOZORENJE:** Ovaj proizvod može vas izložiti hemikalijama, uključujući metilen hlorid i šestovalentni hrom, za koje je država Kalifornija poznato da uzrokuju rak ili reproduktivnu toksičnost. Za više informacija posjetite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Elektromagnetska kompatibilnost**

Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima za EMC emisije i imunitet standarda IEC 60601-1-2: 2014. Emisijske karakteristike ove opreme čine je pogodnom za upotrebu u profesionalnom zdravstvenom okruženju i u stambenom okruženju (CISPR 11 Klase B). Ova oprema nudi odgovarajuću zaštitu radio-komunikacijskim uslugama. U rijetkom slučaju ometanja radiokomunikacijske usluge, korisniku će možda trebati poduzeti mјere ublažavanja, poput premještanja ili preusmjerenja opreme.

**UPOZORENJE:** Treba izbjegavati upotrebu ove opreme koja je u blizini ili složenu s drugom opremom, jer to može rezultirati nepravilnim radom. Ako je takva upotreba potrebna, tu opremu i drugu opremu treba promatrati kako bi se provjerovalo da li normalno rade.

**UPOZORENJE:** Upotreba dodatne opreme osim one koju je dao proizvođač ove opreme može rezultirati povećanom elektromagnetskom emisijom ili smanjenjem elektromagnetske otpornosti ove opreme i rezultirati nepravilnim radom.

**UPOZORENJE:** Prijenosni RF odašiljači ne smiju se koristiti na udaljenosti većoj od 30 cm od bilo kojeg dijela uređaja. U suprotnom, može doći do degradacije performansi ove opreme.

**VAŽNO:** Prije početne upotrebe, napunite unutarnju litijum-jonsku bateriju. Pogledajte "Baterija i punjenje" za detalje.

DermLite DL200 je džepni dermatoskop kompatibilan sa pametnim telefonom sa 10x uvećanjem namijenjen polariziranom i nepolariziranom pregledu kožnih lezija, sa ili bez kontakta s kožom.

**IceCap®:** Da biste podržali svoje mjere kontrole infekcije, prebacite jedan od uključenih IceCaps za jednokratnu upotrebu (IC) preko instalirane prednje ploče (FP). Da biste je uklonili i odložili, jednostavno je izvucite.

Držite uređaj tako da LED diode ciljaju na kožu. Postavite uređaj oko 25 mm iznad kože i pritisnite gumb za napajanje (P) da biste uključili uređaj. Pogledajte kroz sočivo 25-50 mm iznad objektiva. Pomaknite uređaj bliže ili dalje od kože da biste postigli željeni fokus slike. Za dermoskopiju s kontaktom sa kožom ili za upotrebu kamere, okrećite točkić (D) da biste produžili odstojnik (S) i fokusirali sliku.

Za prebacivanje između nepolariziranog i polariziranog osvjetljenja pritisnite tipku Mode (M). Polarizacijski indikator (PI) svijetli u polariziranom načinu rada.

Da biste isključili svoj DermLite, pritisnite tipku za napajanje (P); automatski se isključuje nakon 3 minute.

## Uklanjanje odstojnika.

Distančnik (S) može se ukloniti okretanjem brojčanika (D) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, preko primjetnog otpora, a zatim ga izvlačenjem iz uređaja. Za pričvršćivanje odstojnika, umetnite njegove 3 noge u 3 rupe dok se ne osjeti otpor. Postavite nivo uređaja na ravnu površinu i ravnomjerno ga gurnite prema dolje dok istovremeno rotirate brojčanik (D) u smjeru kazaljke na satu.

## Uklanjanje prednje ploče.

Prednja ploča (FP) može se jednostavno skinuti s odstojnika (hvatajući ga) zarezima na noktima. Da biste ga ponovo povezali, jednostavno ga vratite na svoje mjesto.

## Fotografija.

Vaš DermLite DL200 može biti priključen na mnoge fotoaparate ili pametne telefone pomoću DermLite MagnetiConnect® adaptera (prodaje se zasebno). Pre fotografiranja obrišite prednju ploču (FP) i proširiti odstojnik (S).

**Baterija i punjenje:** **OPREZ:** Ovaj uređaj koristi specijalizovanu litijum-jonsku bateriju od 3.7V 1800 mAh, koju možete kupiti samo od DermLite ili od ovlaštenog distributera DermLite. Ni u kojem slučaju ne koristite drugu bateriju osim one koja je namijenjena ovom uređaju.

Ovaj je uređaj opremljen indikatorom punjenja na četiri nivoa (CI). Kad je jedinica uključena i potpuno napunjena, zasvetle se sve četiri LED diode. Kad ostane manje od 75% trajanja baterije, osvjetljavaju se tri LED. Ako se isprazni više od polovine baterije, dvije su LED lampice, dok jedna LED indikator pokazuje da ostaje manje od 25% kapaciteta baterije. Da biste napunili svoj uređaj, priključite isporučeni USB-C na USB kabel na ulaz za punjenje (CP) i bilo koji USB port koji je u skladu sa IEC 60950-

1 (5 V). Indikator naboja (CI) pulsira da bi naznačio punjenje, pri čemu broj pulsirajućih LED dioda odgovara nivou napunjenošću. Kad je punjenje završeno, sve četiri LED indikatorske lampice svijetle. Nakon godina korištenja, možda želite ponovo postaviti bateriju, koja je dostupna samo direktno od DermLite ili od ovlaštenog distributera DermLite.

Da biste uklonili bateriju (B), odvojite poklopac (C) za priključivanje: otvorite ga, počevši od malog reza (N), odvijajte, a zatim ga obradite oko navlake da biste ga potpuno oslobođili. Isključite utikač baterije (BP), umetnite novu bateriju i ponovo povržite. Čvrsto priključite poklopac.

**Otklanjanje problema:** Molimo provjerite [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) za najnovije informacije o rješavanju problema. Ako vam uređaj treba servisiranje, posjetite [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) ili se обратите lokalnom prodavaču DermLite.

## Njega i održavanje

**UPOZORENJE:** Nije dopuštena nikakva izmjena ove opreme.

Vaš je uređaj dizajniran za nesmetan rad. Popravke smije izvršiti samo kvalificirano osoblje.

Prije upotrebe na pacijentu, vanjsku stranu vašeg uređaja (osim optičkih dijelova) može se obrisati izopropilnim alkoholom (70 vol-%). Objektiv treba tretirati kao visokokvalitetnu fotografsku opremu i treba ga očistiti standardnom opremom za čišćenje objektiva i zaštiti od štetnih kemikalija. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i ne potapajte uređaj u tečnost. Ne autoklavirajte.

**Garancija:** 5 godina za dijelove i rad. Garancija na bateriju je 1 godina.

**Odlaganje:** Ovaj uređaj sadrži elektroniku i litijum-jonsku bateriju koji se moraju odvojiti za odlaganje i ne mogu se odlagati sa kućnim otpadom. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju.

## Ovaj set uključuje:

DL200 dermatoskop (21 LED, 25 mm 10x leća, odstojnik, prednja ploča sa mrežicom od 10 mm), silikonski omotač, vrpca, kućište od mikrofibre, USB kabel za punjenje, 4 IceCaps

**Tehnički opis:** Posjetite [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) ili kontaktirajte lokalnog DermLite prodavača.

# Instrukce

## Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pro lékařské účely k osvětlování povrchu těla. Používá se pro neinvazivní vizuální vyšetření neporušené kůže.

Tento produkt napájený z baterie je určen k externímu vyšetření pouze v rámci zdravotnických zařízení profesionálních zdravotníků.

Před použitím zkонтrolujte správnou funkci zařízení! Nepoužívejte jej, pokud existují viditelné známky poškození.

**UPOZORNĚNÍ:** Nedívejte se přímo do LED světla. Během vyšetření musí pacienti zavřít oči.

V případě vážného incidentu s používáním tohoto zařízení neprodleně informujte DermLite a, pokud to vyžadují místní předpisy, váš národní zdravotní úřad.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte zařízení v ohni nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. v prostředí bohatém na kyslík).

**VAROVÁNÍ:** Tento výrobek vás může vystavit chemikáliím, včetně methylenchloridu a šestimocného chrómu, o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu nebo reprodukční toxicitu. Další informace najdete na [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnetická kompatibilita

Toto zařízení splňuje požadavky na úroveň EMC emisí a odolnosti podle normy IEC 60601-1-2: 2014. Díky emisním charakteristikám je toto zařízení vhodné pro použití v profesionálním zdravotnickém prostředí i v rezidenčním prostředí (CISPR 11 třída B). Toto zařízení poskytuje odpovídající ochranu radiokomunikační službě. Ve vzácných případech rušení radiokomunikační služby může být nutné, aby uživatel přijal opatření ke zmírnění, například přemístění nebo přesměrování zařízení.

**VAROVÁNÍ:** Vyhnete se použití tohoto zařízení v sousedství nebo naložení s jiným zařízením, protože by to mohlo mít za následek nesprávný provoz. Pokud je takové použití nezbytné, mělo by se toto zařízení a ostatní zařízení sledovat, aby se ověřilo, že fungují normálně.

**VAROVÁNÍ:** Použití jiného příslušenství, než jaké poskytuje výrobce tohoto zařízení, může vést ke zvýšeným elektromagnetickým emisím nebo ke snížení elektromagnetické imunity tohoto zařízení a ke špatnému fungování.

**VAROVÁNÍ:** Přenosné RF vysílače by se neměly používat blíže než 30 cm (12 palců) k žádné části zařízení. Jinak by mohlo dojít ke snížení výkonu tohoto zařízení.

**DŮLEŽITÉ:** Před prvním použitím nabijte interní lithium-iontovou baterii. Podrobnosti najdete v části „Baterie a nabíjení“.

DermLite DL200 je kapesní dermatoskop kompatibilní s chytrými telefony s 10násobným zvětšením určený pro polarizované a nepolární polarizaci kožních lézí, s nebo bez kontaktu s kůží.

**IceCap®:** Chcete-li podpořit opatření ke kontrole infekce, nasadte jeden z přiložených jednorázových IceCaps (IC) na nainstalovaný čelní panel (FP). Chcete-li ji odstranit a zlikvidovat, jednoduše ji vytáhněte.

Držte zařízení tak, aby diody LED směřovaly k pokožce. Umístěte zařízení ~ 25 mm nad pokožku a stisknutím tlačítka napájení (P) zapněte zařízení. Prohlédněte si objektiv s okem 25-50 mm nad objektivem. Přesuňte zařízení blíže nebo dál od pokožky, abyste dosáhli požadovaného zaostření obrazu. Pro dermoskopii s kontaktem s kůží nebo pro použití s fotoaparátem otočte kolečkem (D), abyste prodloužili mezerník (S) a zaostřili obraz. Pro přepínání mezi polarizovaným a polarizovaným osvětlením stiskněte tlačítko Mode (M). Indikátor polarizace (PI) se rozsvítí v polarizovaném režimu. Chcete-li vypnout DermLite, stiskněte tlačítko napájení (P); vypne se automaticky po 3 minutách.

## Demontáž mezerníku.

Distanční sloupek (S) může být odstraněn otočením číselníku (D) proti směru hodinových ručiček nad značně odpor a poté jej stažením ze zařízení. Chcete-li připojit rozpěrku, vložte její 3 nohy do 3 otvorů, dokud nepocítíte odpor. Umístěte zařízení na rovnou plochu a rovnoměrně zatlačte dolů a současně otáčejte kolečkem (D) ve směru hodinových ručiček.

## Demontáž čelní desky.

Faceplate (FP) lze jednoduše vytáhnout z rozpěrky (S) tak, že ji uchopíte za zárezy nehtu. Chcete-li jej znova připojit, jednoduše jej zacvakněte zpět na místo.

## Fotografování.

Vás DermLite DL200 může být připojen k mnoha kamerám nebo chytrým telefonům pomocí adaptérů DermLite MagnetiConnect® (prodává se samostatně). Před fotografováním otřete čelní desku (FP) a očistěte rozpěrku (S).

**Baterie a nabíjení:** **UPOZORNĚNÍ:** Toto zařízení používá speciální lithium-iontovou baterii 3.7V 1800 mAh, kterou lze zakoupit pouze od DermLite nebo od autorizovaného prodejce DermLite. V žádném případě nepoužívejte jinou baterii, než která je určena pro tento přístroj.

Toto zařízení je vybaveno čtyřúrovňovým indikátorem nabíjení (CI). Když je jednotka zapnuta a plně nabita, rozsvítí se všechny čtyři LED diody. Pokud zbývá méně než 75% výdrže baterie, svítí tři LED diody.

Pokud je vybitá více než polovina baterie, svítí dvě LED diody, zatímco jedna LED indikuje, že zbývá méně než 25% kapacity baterie. Chcete-li zařízení nabít, připojte dodaný kabel USB-C k USB k nabíjecímu portu (CP) a ke každému portu USB

kompatibilnímu s normou IEC 60950-1 (5V). Indikátor nabíjení (CI) pulzuje, aby indikoval nabíjení, s počtem pulzujících LED odpovídající úrovni nabítí. Po dokončení nabíjení se rozsvítí všechny čtyři kontrolky. Po letech používání můžete chtít znovu vložit baterii, která je k dispozici pouze přímo od DermLite nebo autorizovaného prodejce DermLite.

Chcete-li vymout baterii (B), sejměte zaklapávací kryt (C): Otevřete jej, počínaje malým výrezem (N), pomocí šroubováku, pak se obraťte kolem krytu a zcela jej uvolněte. Odpojte zástrčku baterie (BP), vložte novou baterii a znovu ji připojte. Pevně nasadte kryt.

**Odstraňování potíží:** Nejnovější informace o odstraňování problémů naleznete na adrese [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com). Pokud vaše zařízení vyžaduje servis, navštivte stránku [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) nebo se obraťte na místního prodejce DermLite.

## Péče a údržba

**VAROVÁNÍ:** Není dovoleno provádět žádné úpravy tohoto zařízení. Vaše zařízení je navrženo pro bezproblémový provoz. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

Před použitím na pacientovi může být zevnějšek zařízení (kromě optických částí) otřen čistým izopropylalkoholem (70% obj.). Čočka by měla být považována za vysoké kvalitní fotografické vybavení a měla by být čištěna standardním zařízením na čištění čoček a chráněna před škodlivými chemikáliemi. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani neponorujte zařízení do kapaliny. Nepoužívejte autokláv.

**Záruka:** 5 let na díly a práci. Na baterii se vztahuje záruka na 1 rok.

**Likvidace:** Tento přístroj obsahuje elektroniku a lithium-iontovou baterii, které musí být pro likvidaci odděleny a nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci.

## Tato sada zahrnuje:

DL200 dermatoskop (21 LED, 25 mm 10x objektiv, rozpěrka, čelní deska s 10 mm retikulem), silikonové pouzdro, šňůrka, pouzdro z mikroválkna, nabíjecí kabel USB, 4 IceCaps

**Technický popis:** Navštivte [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) nebo se obraťte na místního prodejce DermLite.

# Instruktioner

## Anvendelsesformål

Denne enhed er beregnet til medicinske formål til at belyse kropsoverflader. Det bruges til ikke-invasiv visuel undersøgelse af intakt hud.

Dette batteridrevne produkt er kun beregnet til ekstern undersøgelse inden for professionelle sundhedsfaciliteter af medicinske fagfolk.

Kontroller, at enheden fungerer korrekt før brug! Brug ikke enheden, hvis der er synlige tegn på beskadigelse.

Se ikke direkte ind i det røde LED lys. Patienten skal lukke øjnene i løbet af undersøgelsen.

I tilfælde af en alvorlig hændelse med brugen af denne enhed skal du omgående underrette DermLite og, hvis det kræves af lokale forskrifter, din nationale sundhedsmyndighed.

**FORSIGTIG:** Brug ikke enheden i et område med risiko for brand eller ekspllosion (f.eks. iltmættet miljø).

**ADVARSEL:** Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder methylenchlorid og hexavalent krom, som staten Californien kender til at forårsage kræft eller reproductionstoksicitet. For mere information, gå til [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnetisk kompatibilitet

Denne enhed overholder kravene til EMC-emissioner og immunitet i standarden IEC 60601-1-2: 2014. Emissionsegenskaberne for dette udstyr gør det velegnet til brug i professionelt sundhedsmiljø såvel som i boligmiljø (CISPR 11 klasse B). Dette udstyr tilbyder tilstrækkelig beskyttelse

til radiokommunikationstjeneste. I den sjældne tilfælde af interferens med radiokommunikationstjenesten kan brugeren muligvis træffe afhjælpende foranstaltninger, f.eks. Omflytning eller omorientering af udstyr. **ADVARSEL:** Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr bør undgås, fordi det kan resultere i forkert betjening. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr overholdes for at verificere, at de fungerer normalt.

**ADVARSEL:** Brug af andet tilbehør end dem, der leveres af producenten af dette udstyr, kan resultere i øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet af dette udstyr og føre til forkert betjening.

**ADVARSEL:** Bærbare RF-sendere skal ikke bruges tættere end 30 cm til nogen del af enheden. Ellers kan nedbrydning af udstyrets ydelse resultere.

**Vigtigt:** Før første ibrugtagning skal det indvendige lithium-ionbatteri oplades. Se "batteri og opladning" for yderligere oplysninger.

DermLite DL200 er et smartphone-kompatibelt lommedermatoskop med 10x forstørrelse beregnet til polariseret og ikke-polariseret undersøgelse af hudlæsioner, med

eller uden hudkontakt.

## Iskappe®

For at forebygge infektioner kan en af de medfølgende engangsskapper (IC) lægges over den installerede frontplade (FP).

Hold din enhed, så LED'erne er rettet mod huden. Placer enheden ~ 25 mm over huden, og tryk på tænd / sluk-knappen (P) for at tænde for enheden. Se gennem linsen med dit øje 25-50 mm over objektivet. Flyt enheden nærmere eller længere væk fra huden for at opnå det ønskede billedfokus. Ved dermoskopi med hudkontakt eller til kamerabrug skal du dreje på drejeknappen (D) for at udvide Spacer (S) og fokusere billedet.

Tryk på Mode-knappen (M) for at skifte mellem ikke-polariseret og polariseret belysning. Polarisationsindikatoren (PI) lyser i polariseret tilstand.

For at slukke for din DermLite skal du trykke på tænd / sluk-knappen (P); den slukkes automatisk efter 3 minutter.

## Fjernelse af afstandskontakten.

Afstandsstykket (S) kan fjernes ved at dreje skiven (D) mod uret ud over en mærkbar modstand og derefter trække den ud af enheden. For at fastgøre Spacer skal du indsætte sine 3 ben i de 3 huller, indtil der mærkes modstand. Placer enhedens niveau på en plan overflade og skub jævn ned, mens du samtidig drejer uret (D) med uret.

## Fjernelse af frontpladen.

Frontpladen (FP) kan simpelthen trækkes af afstanden (S) ved at gøre den i finger-neglifikken. For at genmontere det, skal du blot klikke det på plads igen.

## Fotografering.

Din DermLite DL200 er muligvis forbundet til mange kameraer eller smartphones ved hjælp af DermLite MagnetiConnect®-adaptere (sælges separat). Før du tager fotos, skal du tørre ansigtspinden (FP) ren og udvide afstandsstykket (S).

## Batteri og opladning

**Forsiktig:** Denne enhed anvender et specialiseret 3.7V 1800 mAh lithium-ionbatteri, som kun kan købes hos DermLite eller hos en autoriseret DermLite forhandler. Brug under ingen omstændigheder et andet batteri end det, der er beregnet til denne enhed. Det kan resultere i beskadigelse af enheden.

Denne enhed er udstyret med en firetrins ladeindikator (CI). Når der er tændt for enheden, og den er fuldt opladet, lyser alle fire LED-lamper. Når der er under 75 % af batterilevetiden tilbage, lyser tre LED'er. Hvis over halvdelen af batteriet er brugt, er to LED'er tændt, mens en enkelt LED angiver, at der er under 25 % af batterikapaciteten tilbage.

For at oplade din enhed tilsluttes det med-

følgende USB-C til-USB-kablet til ladeporten (CP) og alle IEC 60950-1 overensstemmende (5V) USB-porte.

Ladeindikatoren (CI) pulserer for at angive opladning med antallet af pulserende LED'er svarende til ladenniveauet.

Når opladning er færdig, lyser alle fire indikator-LED'er. Efter fuld opladning vil enheden have strøm til cirka 3-8 timers drift, afhængigt af det anvendte lysniveau. Efter nogle års brug vil du måske ønske at udskifte batteriet, som kun kan fås hos DermLite eller en autoriseret DermLite-forhandler.

Fjern batteriet (B) ved at fjerne det fastgørte låg (C): Skrål det åbent, start ved det lille hak (N) ved hjælp af en skruetrækker, og arbejd dig derefter omkring dækslet for at frigøre det helt. Frakobl batteristikket (BP), indsæt et nyt batteri, og tilslut igen. Sæt dækslet på igen.

## Fejlfinding

Se [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com) for de mest aktuelle oplysninger om fejlfinding. Hvis enheden har brug for service, besøg [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) eller kontakt din lokale DermLite forhandler.

## Pleje og vedligeholdelse

**ADVARSEL:** Ingen ændringer af dette udstyr er tilladt.

Din enhed er designet til problemfri drift. Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

Før det bruges på en patient, kan det ydre af din enhed (undtagen de optiske dele) aftørres med isopropylalkohol (70% vol.). Objektivet skal behandles som fotografisk udstyr i høj kvalitet og skal rengøres med standard linserengøringsudstyr og beskyttes mod skadelige kemikalier. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller nedsænk enheden i væske. Autoklaver ikke.

**Garanti:** 5 år for dele og arbejde. Batteriet garanteres i 1 år.

## Bortskaffelse

Denne enhed indeholder elektronik og et lithium-ionbatteri, som skal adskilles inden bortskaffelsen. Ingen af delene må bortslettes sammen med almindeligt husholdningsaffald. De lokale retningslinjer for bortskaffelse skal overholdes.

## Dette sæt inkluderer:

DL200 dermatoskop (21 lysdioder, 25 mm 10x linse, afstandsstyre, frontplade med 10 mm netværk), silikonehylster, lanyard, mikrofiberkasse, USB-ladekabel, 4 IceCaps

## Teknisk beskrivelse

Besøg [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) eller kontakt din lokale DermLite forhandler.

# Anleitung

## Verwendungszweck

Dieses Gerät ist für medizinische Zwecke zur Beleuchtung von Körperoberflächen vorgesehen. Es wird zur nicht-invasiven visuellen Untersuchung intakter Haut verwendet.

Dieses batteriebetriebene Produkt ist nur für die externe Untersuchung in professionellen Gesundheitseinrichtungen durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Beschädigungen vorliegen

**ACHTUNG:** Schauen Sie nicht direkt in die LED-Leuchte. Patienten müssen während der Untersuchungen die Augen schließen.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls bei der Verwendung dieses Geräts benachrichtigen Sie DermLite unverzüglich und, falls dies aufgrund der örtlichen Vorschriften erforderlich ist, Ihre nationale Gesundheitsbehörde.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr (z. B. sauerstoffreiche Umgebung).

**WARNUNG:** Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Methylchlorid und sechswertigem Chrom aussetzen, von denen bekannt ist, dass sie Krebs oder Reproduktionstoxizität verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen an die EMV-Emissionen und die Störfestigkeit der Norm IEC 60601-1-2: 2014. Aufgrund der Emissionseigenschaften dieses Geräts eignet es sich sowohl für den Einsatz im professionellen Gesundheitswesen als auch im Wohnbereich (CISPR 11 Klasse B). Dieses Gerät bietet einen angemessenen Schutz für Funkkommunikationsdienste. In dem seltenen Fall einer Störung des Funkkommunikationsdienstes muss der Benutzer möglicherweise Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen, z. B. das Verschieben oder Neuansichten von Geräten. **WARNING:** Die Verwendung dieses Geräts neben oder gestapelt mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

**WARNUNG:** Die Verwendung von anderem Zubehör als dem vom Hersteller dieses Geräts bereitgestellten kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer vermindernden elektromagnetischen Störfestigkeit dieses Geräts führen und zu einem fehlerhaften Betrieb führen. **WARNUNG:** Tragbare HF-Sender sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an einem Teil des Geräts verwendet werden. Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistung dieses Geräts kommen.

**WICHTIG:** Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den internen Lithium-Ionen-Akku auf. Weitere Informationen finden Sie unter „Batterien und Laden“.

DermLite DL200 ist ein Smartphone-kompatibles Taschendermatoskop mit 10-facher Vergrößerung zur polarisierten und nicht polarisierten Untersuchung von Hautläsionen mit oder ohne Hautkontakt.

## IceCap®

Um Ihre Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung

zu unterstützen, lassen Sie eine der mitgelieferten Einweg-IceCaps (IC) über dem installierten Deckglas (FP) einrasten.

Halten Sie Ihr Gerät so, dass die LEDs auf die Haut gerichtet sind. Positionieren Sie das Gerät ~ 25 mm über der Haut und drücken Sie den Netzschalter (P), um das Gerät einzuschalten. Schauen Sie mit Ihrem Auge 25-50 mm über dem Objektiv durch die Linse. Bewegen Sie das Gerät näher oder weiter von der Haut weg, um den gewünschten Bildfokus zu erzielen. Drehen Sie zur Dermoskopie mit Hautkontakt oder zur Verwendung mit der Kamera das Einstellrad (D), um den Abstandshalter (S) zu verlängern und das Bild zu fokussieren.

Drücken Sie die Modustaste (M), um zwischen nicht polarisierter und polarisierter Beleuchtung umzuschalten. Die Polarisationsanzeige (PI) leuchtet im polarisierten Modus auf.

Drücken Sie den Netzschalter (P), um Ihr DermLite auszuschalten. es schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.

## Abstandshalter entfernen.

Der Abstandshalter (S) kann entfernt werden, indem der Drehknopf (D) gegen den Uhrzeigersinn über einen spürbaren Widerstand hinaus gedreht und dann vom Gerät abgezogen wird. Um den Abstandshalter zu befestigen, stecken Sie seine 3 Beine in die 3 Löcher, bis Sie einen Widerstand spüren. Stellen Sie das Gerät waagerecht auf eine ebene Fläche und drücken Sie es gleichmäßig nach unten, während Sie gleichzeitig den Drehknopf (D) im Uhrzeigersinn drehen.

## Frontplatte entfernen.

Die Frontplatte (FP) kann einfach vom Abstandshalter (S) abgezogen werden, indem Sie sie an den Fingernagelkerben greifen. Zum Wiederanbringen einfach wieder einrasten lassen.

## Fotografie.

Ihr DermLite DL200 kann mit DermLite MagnetiConnect®-Adaptoren (separat erhältlich) an viele Kameras oder Smartphones angeschlossen werden. Wischen Sie vor dem Aufnehmen von Fotos die Frontplatte (FP) sauber und ziehen Sie den Abstandshalter (S) heraus.

## Batterien und Laden

**ACHTUNG:** Dieses Gerät verwendet einen speziellen 3,7V 1800 mAh Lithium-Ionen-Akku, der nur bei DermLite oder einem autorisierten DermLite-Händler erhältlich ist. Verwenden Sie unter keinen Umständen einen anderen Akku als den für dieses Gerät vorgesehenen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden. Dieses Gerät ist mit einer vierstufigen Ladestandsanzeige (CI - Charge Indicator) ausgestattet. Wenn das Gerät eingeschaltet und voll aufgeladen ist, leuchten alle vier LEDs. Wenn weniger als 75% der Batterielebensdauer verbleiben, leuchten drei LEDs. Wenn mehr als die Hälfte der Batterie leer ist, leuchten zwei LEDs. Wenn nur eine einzelne LED leuchtet, bedeutet das, dass weniger als 25% der Batteriekapazität verbleiben.

Um das Gerät zu laden, das mitgelieferte USB-C zu USB-Kabel an den Ladeanschluss (CP - Charging Port) und einen beliebigen IEC 60950-1-kompatiblen (5 V) USB-Anschluss anschließen.

Die Ladestandsanzeige (CI) pulsiert, um den Ladevorgang anzuzeigen, wobei die Anzahl der

pulsierenden LEDs dem Ladezustand entspricht. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten alle vier LED-Anzeigen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, kann es je nach verwendeter Helligkeitsstufe ca. 3 bis 5 Stunden betrieben werden.

Nach jahrelanger Nutzung soll man möglicherweise die Batterie austauschen. Diese ist nur bei DermLite oder einem autorisierten DermLite-Händler erhältlich.

Um die Batterie (B) zu entfernen, nehmen Sie die aufschnappbare Abdeckung (C) ab: Hebeln Sie sie mit einem Schraubendreher beginnend an der kleinen Kerbe (N) auf und arbeiten Sie sich dann um die Abdeckung herum, um sie vollständig zu lösen. Trennen Sie den Batteriestecker (BP), legen Sie eine neue Batterie ein und schließen Sie sie wieder an. Bringen Sie die Abdeckung wieder sicher an.

## Fehlerbeseitigung

Die aktuellsten Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com). Wenn Ihr Gerät gewartet werden muss, besuchen Sie [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) oder wenden Sie sich an Ihren DermLite-Händler.

## Pflege und Wartung

**WARNUNG:** Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig. Ihr Gerät ist für einen störungsfreien Betrieb ausgelegt. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Vor der Anwendung bei einem Patienten kann das Äußere Ihres Geräts (mit Ausnahme der optischen Teile) mit Isopropylalkohol (70% vol.) abgewischt werden. Das Objektiv sollte als hochwertiges Fotogerät behandelt und mit Standard-Objektivreinigungsgeräten gereinigt und vor schädlichen Chemikalien geschützt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit. Nicht autoklavieren.

Garantie: 5 Jahre auf Teile und Arbeit. Die Garantie für den Akku beträgt 1 Jahr.

## Entsorgung

Dieses Gerät enthält Elektronik und einen Lithium-Ionen-Akku, der zur Entsorgung getrennt werden muss und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

## Dieses Set enthält:

DL200-Dermatoskop (21 LEDs, 25 mm 10x Linse, Abstandshalter, Frontplatte mit 10 mm Fadenkreuz), Silikonhülle, Lanyard, Mikrofaser-tasche, USB-Ladekabel, 4 IceCaps

## Technische Beschreibung

Besuchen Sie [www.dermlite.com/technical/](http://www.dermlite.com/technical/) oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen DermLite-Händler.

# Juhised

## Möeldud kasutamiseks

See seade on möeldud meditsiinilistel eesmärkidel kehapindade valgustamiseks. Seda kasutatakse terve naha mitteinvasiivseks visuaalseks uurimiseks.

See patareitoitega toode on möeldud välikeks kontrollimiseks ainult meditsiinitöötajate poolt professionaalsetes tervishoiusutustes.

Enne kasutamist kontrollige seadme korrektset toimimist! Ärge kasutage seda, kui on nähtavaid kahjustuste märke.

**ETTEVAATUST:** Ärge vaadake otse LED-valgust. Patsiendid peavad uuringute ajal silmad sulgema.

Selle seadme kasutamisega seotud tõsise vahejuhtumi korral teatage sellest kohe DermLitele ja kui kohalikud eeskirjad seda nõuavad, siis oma riiklikule tervishoiusutusele.

**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohlikus piirkonnas (nt hapnikurikas keskkond).

**HOIATUS:** See toode võib kokku puutuda kemikaalidega, sealhulgas metüleenkloriid ja kuuevalentne kroom, mis California osariigi teadaolevalt põhjustavad vähki või reproduktiivtoksilisust. Lisateavet leiate veebisaidilt [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Elektromagnetiline ühilduvus**

See seade vastab standardi IEC 60601-1-2: 2014 EMC emissiooni ja häirekindluse taseme nõuetele. Selle seadme heiteomadused muudavad selle kasutamiseks nii professionaalses tervishoiukeskkonnas kui ka elamukeskonnas (CISPR 11 klass B). See seade pakub raadiosideteenusele piisavat kaitset. Raadiosideteenuse häirete harvadel juhtudel võib kasutaja vajada leevendusmeetmeid, näiteks seadme ümberpaigutamist või ümberorienterimist. HOIATUS: Selle seadme kasutamist teiste seadmete läheduses või nendega koos virnastamisel tuleks vältida, kuna see võib põhjustada vale kasutamist.

Kui selline kasutamine on vajalik, tuleks seda varustust ja muid seadmeid jälgida, et kontrollida, kas need töötavad normaalselt.

**HOIATUS.** Lisaseadmete, välja arvatud selle seadme tootja poolt pakutavate tarvikute kasutamine võib põhjustada selle seadme elektromagnetilise kiirguse suurenemist või selle elektromagnetilise häirekindluse vähenemist ja selle vale kasutamist.

**HOIATUS.** Portatiivseid raadiosaatjaid ei tohi kasutada seadme mis tahes osale lähemal kui 30 cm (12 tolli). Vastasel korral võib selle seadme jõudlus halveneda.

**TÄHTIS.** Enne esmakordset kasutamist laadige sisemine liitiumionaku. Üksikaslike peatükist "Aku ja laadimine".

DermLite DL200 on nutitelefonidega ühilduv 10-kordse suurendusega taskuder-

moskoop, mis on ette nähtud nahakahjustuse polariseeritud ja mittepolariseeritud uurimiseks, nahakontaktiga või ilma.

**IceCap®:** nakkuste törjemeetmete toetamiseks libistage üks kaasasolev ühekordne IceCaps (IC) üle paigaldatud esipaneeli (FP). Eemaldamiseks ja utiliseerimiseks tömmake see lihtsalt ära.

Hoidke oma seadet nii, et LED-id on suunatud nahale. Asetage seade ~ 25 mm nahe kohale ja vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu (P). Vaadake läätsi läbi oma silma, läätsest 25-50 mm kõrgemal. Soovitud pildifookuse saamiseks liigutage seadet nahast lähemale või kaugemale. Nahaga kokkupuutuvu dermoskoopia või kaameraga jaoks kasutamiseks keerake ketast (D), et pikendada vahetükki (S) ja fokuseerida pilti.

Polariseerimata ja polariseeritud valgustuse vahel liikumiseks vajutage nuppu Mode (M). Polarisatsiooni indikaator (PI) süttib polariseeritud režiimis.

DermLite väljalülitamiseks vajutage toitenuppu (P); see lülitub automaatselt välja 3 minuti pärast.

Vaherõnga eemaldamine.

Vaherõnga (S) eemaldamiseks keerake ketast (D) vastupäeva üle märgatava takistuse ja tömmake see siis seadmost lahti. Vaherõnga kinnitamiseks sisestage selle 3 jalga 3 auku, kuni vastupidavus on tunda. Asetage seade tasasele pinnale ja suruge ühtlaselt allapoole, samal ajal keerates ketast (D) päripäeva.

Esipaneeli eemaldamine.

Esiplaadi (FP) võib lihtsalt vahedetaililit (S) maha tömmata, haaraates seda küünite sälküdest. Ümberpaigutamiseks kinnitage see lihtsalt oma kohale tagasi.

Fotograafia.

Teie DermLite DL200 võib olla ühendatud paljude kaamerate või nutitelefonidega, kasutades DermLite MagnetiConnect® adapterit (müügil eraldi). Enne fotode tegemist pühkige esiplaat (FP) puhtaks ja lükake vahetükk (S) üles.

**Aku ja laadimine:** **ETTEVAATUST:** See seade kasutab spetsiaalset 3.7V 1800 mAh liitiumioonaku, mida saab osta ainult DermLiteilt või volitatud DermLitei edasimüüjalt. Ärge mingil juhul kasutage muud kui selle seadme jaoks möeldud akut.

See seade on varustatud neljatasandilise laadimisnäidikuga (CI). Kui seade on sisse lülitud ja täielikult laetud, süttivad kõik neli LED-i. Kui aku kestvusest jäääb alla 75%, põleb kolm LED-i. Kui enam kui pool akut on tühi, põlevad kaks LED-i, samal ajal kui üks LED näitab, etaku maast jääb alles vähem kui 25%. Seadme

laadimiseks ühendage kaasasolev USB-C USB-kaabliga laadimisporti (CP) ja IEC 60950-1 ühilduva (5 V) USB-pordiga. Laadimise indikaator (CI) impulsib laadimise tähistamiseks, kusjuures vilkvavate LED-de arv vastab laadimistaseemele. Kui laadimine on lõppenud, süttivad kõik neli märgutuld. Pärast aastatepiikkust kasutamist võiksite aku vahetada, see on saadaval ainult otse DermLiteilt või volitatud DermLitei edasimüüjalt.

**Aku (B) eemaldamiseks eemaldage kinnitatav kate (C):** Lükake see kruvikeerajaga lahti, alustades väikesest sâlgust (N), ja siis liikuge ümber katte, et see täielikult vabastada. Ühendage aku pistik lahti, sisestage uus aku ja ühendage uuesti. Pange kaas kindlasti tagasi.

**Veaotsing:** värskeimat törkeotsingu teavet leiate veebisaidilt [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com).

Kui teie seade vajab hooldust, küllastage veebisaiti [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) või pöörduge kohaliku DermLitei edasimüüja poole.

**Hooldus ja korrasroid**

**HOIATUS:** Selle seadme muutmine pole lubatud.

Teie seade on loodud probleemideta tööks. Remonti tohivad teha ainult kvalifitseeritud hooldustöötajad.

Enne patsiendil kasutamist võib teie seadme välispinna (välja arvatud optilised osad) puhtaks pesta isopropüülalkoholiga (70 mahuprotsenti). Objektiivi tuleks käsitleda kvaliteetse fotoseadmena ning seda tuleks puhastada tavaliste läätsede puhastusseadmetega ja kaitsta kahjulike kemikaalide eest. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega kastke seadet vedelikku. Ärge autokaavi.

**Garantii:** varuosadele ja tööl 5 aastat. Aku garantii on 1 aasta.

**Utiliseerimine:** see seade sisaldab elektroonikat ja liitium-oonakut, mis tuleb utiliseerimiseks eraldada ja mida ei tohi viata koos olmeprügiga. Järgige kohalikke jäätmekätluseeskirju.

**See komplekt sisaldab:**

DL200 dermatoskoop (21 LED-i, 25-kordne 10-kordne lääts, vahedetail, 10-millise silindriga esiplaat), silikoonhüllss, pael, mikrokiudukott, USB-laadimiskaabel, 4 IceCaps

**Tehniline kirjeldus:** küllastage veebisaiti [www.dermlite.com/technical](http://www.dermlite.com/technical) või pöörduge kohaliku DermLitei edasimüüja poole.

# Instrucciones

## Uso previsto

Este dispositivo está diseñado para fines médicos para iluminar superficies corporales. Se utiliza para el examen visual no invasivo de piel intacta.

Este producto que funciona con baterías está diseñado para un examen externo solo en centros de salud profesionales por profesionales médicos.

Compruebe el correcto funcionamiento del dispositivo antes de usarlo! No utilice el dispositivo si hay signos visibles de daños

**PRECAUCIÓN:** no mire directamente a la luz LED. Los pacientes deben cerrar los ojos durante los exámenes.

En caso de un incidente grave con el uso de este dispositivo, notifique a DermLite inmediatamente y, si así lo exige la normativa local, a su autoridad sanitaria nacional.

**PRECAUCIÓN:** no use el dispositivo en áreas de riesgo de incendio o explosiones (por ejemplo, en entornos ricos en oxígeno).

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cloruro de metileno y el cromo hexavalente, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer o toxicidad reproductiva. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Compatibilidad electromagnética

Este dispositivo cumple con los requisitos de nivel de emisiones e inmunidad EMC de la norma IEC 60601-1-2: 2014. Las características de emisión de este equipo lo hacen adecuado para su uso en entornos de atención médica profesional y residencial (CISPR 11 Clase B).

Este equipo ofrece protección adecuada para el servicio de comunicación por radio. En el raro caso de interferencia en el servicio de comunicación por radio, el usuario podría necesitar tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo. **ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso de este equipo adyacente o apilado con otro equipo, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si dicho uso es necesario, este equipo y el otro equipo deben observarse para verificar que están funcionando normalmente.

**ADVERTENCIA:** El uso de accesorios distintos a los proporcionados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y un funcionamiento incorrecto.

**ADVERTENCIA:** Los transmisores de RF portátiles no deben usarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del dispositivo. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este equipo.

**IMPORTANTE:** antes del uso inicial, por favor, cargue la batería interna de iones de litio.

Consulte la sección "Batería y carga" para más detalles

DermLite DL200 es un dermatoscopio de bolsillo compatible con teléfonos inteligentes con un aumento de 10x destinado al examen polarizado y no polarizado de lesiones cutáneas, con o sin contacto con la piel.

## IceCap®

Para apoyar sus medidas de control de infecciones, coloque uno de los IceCaps (IC) desechables sobre la placa frontal (FP) instalada.

Sostenga su dispositivo de modo que los LED

apunten a la piel. Coloque el dispositivo ~ 25 mm por encima de la piel y presione el botón de Encendido (P) para encender el dispositivo. Mire a través de la lente con su ojo 25-50 mm por encima de la lente. Acerque o aleje el dispositivo de la piel para obtener el enfoque de imagen deseado. Para la dermatoscopia con contacto con la piel, o para usar la cámara, gire el dial (D) para extender el espaciador (S) y enfocar la imagen.

Para alternar entre iluminación no polarizada y polarizada, presione el botón Modo (M). El indicador de polarización (PI) se ilumina en modo polarizado.

Para apagar su DermLite, presione el botón de Encendido (P); se apaga automáticamente después de 3 minutos.

## Retirar el espaciador.

El espaciador (S) se puede quitar girando el dial (D) en sentido contrario a las agujas del reloj más allá de una resistencia notable, luego tirando del dispositivo. Para fijar el espaciador, inserte sus 3 patas en los 3 agujeros hasta que sienta resistencia. Coloque el dispositivo nivelado sobre una superficie plana y empuje uniformemente hacia abajo mientras gira simultáneamente el Dial (D) en el sentido de las agujas del reloj.

## Retirar la placa frontal.

La placa frontal (FP) simplemente se puede extraer del espaciador (S) agarrándola por las muescas de las uñas. Para volver a colocarlo, simplemente vuelva a colocarlo en su lugar.

## Fotografía.

Su DermLite DL200 se puede conectar a muchas cámaras o teléfonos inteligentes con adaptadores DermLite MagnetConnect® (se venden por separado). Antes de tomar fotos, limpie la placa frontal (FP) y extienda el espaciador (S).

## Batería y carga

**PRECAUCIÓN:** este dispositivo utiliza una batería especializada de iones de litio de 3.7V 1800 mAh, la cual solo puede ser adquirida en DermLite o en un distribuidor autorizado de DermLite. En ningún caso debe usar otra batería que no sea la diseñada para esta unidad. Hacerlo podría dañarla.

Este dispositivo está equipado con un indicador de carga (CI) de cuatro niveles. Cuando la unidad está encendida y completamente cargada, los cuatro LED se iluminan. Cuando queda menos del 75 % de la vida útil de la batería, se iluminan tres LED. Si se descarga más de la mitad de la batería, se mostrarán dos LED encendidos, mientras que un único LED indica que queda menos del 25 % de la capacidad de la batería.

Para cargar su dispositivo, conecte el cable USB-C a USB suministrado al puerto de carga (CP) y a cualquier puerto USB compatible con IEC 60950-1 (5 V).

El indicador de carga (CI) indica la misma a través del número de LED parpadeantes, los cuales corresponden al nivel de carga total. Cuando la carga se haya completado, los cuatro indicadores LED se iluminarán. Una carga completa permitirá utilizar el dispositivo aproximadamente unas 3 a 8 horas, dependiendo del nivel de brillo utilizado.

Tras unos años de uso, es posible que desee reemplazar la batería, la cual sólo estará disponible en DermLite o en un distribuidor autorizado de DermLite.

Para quitar la batería (B), separe la cubierta a presión (C): ábrala, comenzando en la pequeña muesca (N), usando un destornillador, luego trabaje alrededor de la cubierta para liberarla por completo. Desconecte el enchufe de la batería (BP), inserte una batería nueva y vuelva a conectar. Vuelva a colocar la cubierta de forma segura.

## Solución de problemas

Por favor, consulte [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) para obtener la información más actualizada sobre resolución de problemas. Si su dispositivo requiere servicio técnico, visite [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) o contacte a su distribuidor local de DermLite.

## Cuidado y mantenimiento

**ADVERTENCIA:** no se permite la modificación de este equipo.

Su dispositivo está diseñado para un funcionamiento sin problemas. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal de servicio calificado.

Antes de usarlo en un paciente, el exterior de su dispositivo (excepto las partes ópticas) puede limpiarse con alcohol isopropílico (70% vol.). La lente debe tratarse como un equipo fotográfico de alta calidad y debe limpiarse con un equipo de limpieza de lentes estándar y protegerse de productos químicos nocivos. No utilice productos de limpieza abrasivos ni sumerja el dispositivo en líquido. No esterilizar en autoclave.

**Garantía:** 5 años para piezas y mano de obra. La batería tiene una garantía de 1 año.

## Desecho

Este dispositivo contiene componentes electrónicos y una batería de iones de litio que deben ser desmontados para su desecho, así como podrían no ser desechados junto a la basura doméstica general. Por favor, consulte la normativa local asociada a la eliminación de residuos.

## Este conjunto incluye:

Dermatoscopio DL200 (21 LED, lente 10x de 25 mm, espaciador, placa frontal con retícula de 10 mm), funda de silicona, cordón, estuche de microfibra, cable de carga USB, 4 IceCaps

## Descripción técnica

Visite [www.dermelite.com/technical/](http://www.dermelite.com/technical/) o póngase en contacto con su distribuidor local de DermLite.

# Instructions

## Usage prévu

Cet appareil est destiné à des fins médicales pour éclairer les surfaces corporelles. Il est utilisé pour l'examen visuel non invasif de la peau intacte.

Ce produit à piles est conçu pour un examen externe uniquement dans des établissements de santé professionnels par des professionnels de la santé.

Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil avant utilisation ! N'utilisez pas l'appareil en présence de signes d'endommagements visibles.

**AVERTISSEMENT :** Ne regardez pas l'éclairage LED directement. Les patients doivent fermer les yeux lors des examens.

En cas d'incident grave avec l'utilisation de cet appareil, prévenez immédiatement DermLite et, si la réglementation locale l'exige, votre autorité sanitaire nationale.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas l'appareil dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion (comme par exemple, dans un environnement riche en oxygène).

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chlorure de méthylène et le chrome hexavalent, qui sont connus dans l'État de Californie pour provoquer le cancer ou une toxicité pour la reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Compatibilité électromagnétique

Cet appareil est conforme aux exigences de niveau d'émissions et d'immunité CEM de la norme CEI 60601-1-2: 2014. Les caractéristiques d'émission de cet équipement le rendent approprié pour une utilisation dans un environnement de soins de santé professionnel ainsi que dans un environnement résidentiel (CISPR 11 Classe B). Cet équipement offre une protection adéquate au service de radiocommunication.

Dans les rares cas d'interférence avec le service de radiocommunication, l'utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d'atténuation, telles que déplacer ou réorienter l'équipement.

**AVERTISSEMENT :** L'utilisation de cet équipement à côté ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

**AVERTISSEMENT :** L'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.

**AVERTISSEMENT :** les émetteurs RF portables ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'appareil. Sinon, cela pourrait entraîner une dégradation des performances de cet équipement.

**IMPORTANT :** Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie interne au lithium-ion. Voir « Batterie et charge » pour en savoir plus.

Le DermLite DL200 est un dermatoscope de poche compatible smartphone avec un grossissement 10x destiné à l'examen polarisé et non polarisé des lésions cutanées, avec ou sans contact avec la peau.

Caches IceCap®

Pour prévenir les infections, utilisez un cache jetable IceCap (IC) inclus, par-dessus la plaque frontale (FP).

Tenez votre appareil de sorte que les LED soient dirigées vers la peau. Positionnez l'appareil à environ 25 mm au-dessus de la peau et appuyez sur le bouton d'alimentation (P) pour allumer l'appareil. Regardez à travers la lentille avec votre œil à 25-50 mm au-dessus de la lentille. Rapprochez ou éloignez l'appareil de la peau pour obtenir la mise au point d'image souhaitée. Pour la dermoscopie avec contact avec la peau, ou pour l'utilisation de l'appareil photo, tournez le cadran (D) pour étendre l'entretoise (S) et focaliser l'image.

Pour basculer entre un éclairage non polarisé et un éclairage polarisé, appuyez sur le bouton Mode (M). L'indicateur de polarisation (PI) s'allume en mode polarisé.

Pour éteindre votre DermLite, appuyez sur le bouton d'alimentation (P); il s'éteint automatiquement après 3 minutes.

## Retrait de l'entretoise.

L'entretoise (S) peut être retirée en tournant le cadran (D) dans le sens antihoraire au-delà d'une résistance notable, puis en le retirant de l'appareil. Pour fixer l'entretoise, insérez ses 3 pattes dans les 3 trous jusqu'à sentir une résistance. Placez l'appareil de niveau sur une surface plane et appuyez uniformément vers le bas tout en tournant simultanément le cadran (D) dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Retrait de la façade.

La plaque frontale (FP) peut simplement être retirée de l'entretoise (S) en la saisissant par les encoches de l'ongle. Pour le rattacher, il suffit de le remettre en place.

## La photographie.

Votre DermLite DL200 peut être connecté à de nombreux appareils photo ou smartphones à l'aide d'adaptateurs DermLite MagnetiConnect® (vendus séparément). Avant de prendre des photos, essuyez la plaque avant (FP) et étendez l'entretoise (S).

## Batterie et charge

**AVERTISSEMENT :** Cet appareil utilise une batterie au lithium-ion 3.7V 1800 mAh spécialisée, que vous pouvez uniquement acheter auprès de DermLite ou d'un revendeur DermLite agréé. N'utilisez en aucun cas une autre batterie que celle conçue pour cet appareil au risque d'endommager l'appareil.

Cet appareil est équipé d'un indicateur de charge à quatre niveaux. Lorsque l'appareil est sous tension et complètement chargé, les quatre voyants s'allument. Lorsqu'il reste moins de 75% de la durée de vie de la batterie, trois voyants sont allumés. Si plus de la moitié de la batterie est épuisée, deux voyants sont allumés, tandis qu'un seul indique qu'il reste moins de 25% de la capacité de la batterie.

Pour charger votre appareil, connectez le câble USB-C au câble USB puis au port de charge (CP) et à tout port USB conforme à la norme CEI 60950-1 (5 V).

L'indicateur de charge (CI) clignote pour indiquer la charge, le nombre de LED clignotantes correspondant au niveau de charge.

Une fois le chargement terminé, les quatre voyants sont allumés. À partir d'une charge complète, l'appareil permet environ 3-8 heures de fonctionnement, en fonction du niveau de

## luminosité utilisé.

Au bout de plusieurs années d'utilisation, vous souhaiterez peut-être remplacer la batterie, uniquement disponible auprès de DermLite ou d'un revendeur DermLite agréé.

Pour retirer la batterie (B), détachez le couvercle encliquetable (C): ouvrez-le en commençant par la petite encoche (N) à l'aide d'un tournevis, puis contournez le couvercle pour le libérer complètement. Débranchez la fiche de la batterie (BP), insérez une nouvelle batterie et reconnectez. Remettez le couvercle en place.

## Dépannage

Veuillez consulter [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) pour obtenir les informations de dépannage mises à jour. Dans l'éventualité que votre batterie nécessite une réparation, rendez-vous sur le site [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) ou contactez votre revendeur DermLite local.

## Entretien et maintenance

**AVERTISSEMENT:** Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Votre appareil est conçu pour un fonctionnement sans problème. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Avant de l'utiliser sur un patient, l'extérieur de votre appareil (à l'exception des parties optiques) peut être nettoyé avec de l'alcool isopropylique (70% vol.). L'objectif doit être traité comme un équipement photographique de haute qualité et doit être nettoyé avec un équipement de nettoyage d'objectif standard et protégé contre les produits chimiques nocifs. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs et n'immergez pas l'appareil dans un liquide. Ne pas stériliser à l'autoclave.

Garantie: 5 ans pour les pièces et la main-d'œuvre. La batterie est garantie 1 an.

## Mise au rebut

Cet appareil contient des composants électriques et une batterie lithium-ion qui doivent être séparés pour être mise au rebut et ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Veuillez respecter les réglementations locales en matière de mis au rebut.

## Cet ensemble comprend:

Dermatoscope DL200 (21 LED, objectif 10x 25 mm, entretoise, plaque frontale avec réticule 10 mm), manchon en silicone, longe, étui en microfibre, câble de chargement USB, 4 IceCaps

## Description technique

Visitez [www.dermelite.com/technical/](http://www.dermelite.com/technical/) ou contactez votre revendeur DermLite local.

# Treoracha

## Úsáid Beartaithe

Tá an gléas seo beartaithe chun criocha leighis chun dromchláí corp a shoilsiú. Úsáidtear é le haghaidh scrúdú amhairc neamh-ionrach ar chraiceann slán.

Tá an táirge seo a oibrítear le ceallraí deartha le haghaidh scrúdú seachtrach amháin laistigh d'áiseanna cúram sláinte gaímiúla ag gairmithe míochaine.

Seiceáil oibriú ceart an fheiste sula n-úsáidtear é! Ná húsáid é má tá comharthaí infheticthe damáiste ann.

**AIRE:** Ná breathnaigh go díreach isteach sa solas LED. Ní mór d'othair a súile a dhúnadh le linn scrúdúithe.

I gcás teagmhais thromchúisigh le húsáid na feiste seo, cuir in iúl do DermLite Láithreach agus, má cheanglaítear sin le rialacháin áitiúla, d'údarás sláinte náisiúnta.

**AIRE:** Ná húsáid an gléas i réimse dóiteáin nó riosca pléascach (m.sh. timpeallacht atá saibhir ó thaobh ocsaigine de).

**RABHADH:** Is féidir leis an táirge seo tú a nochtadh do cheimiceáin lena n-áirítear clíoríid meitiléine agus cróimíam heicavaleant, ar eol do Stát California a bheith ina gcúis le hailse nó le tocsaineacht atáirgthe. Le haghaidh tuilleadh fainseáise téigh chuig www.P65Warnings.ca.gov.

Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach Comhlíonann an gléas seo ceanglais leibhéal Astuithe agus Diolúine EMC de chraigdeán caighdeánach IEC 60601-1-2: 2014. De bharr tréithe astaiochtaí an trealamh seo tá sé oiriúnach le húsáid i dtimpeallacht ghairmiúlú cúram sláinte chomh maith le timpeallacht chónaithe (CISPR 11 Aicme B). Tugann an trealamh seo cosaint leordhóthanach don tseirbhís cumarsáide raidió. Sa chás go gcuirtear isteach ar an tseirbhís cumarsáide raidió go hannamh, b'fhéidir go mbeadh ar an úsáideoir bearta maolaithe a ghlacadh, mar shampla trealamh a thionnlú nó a atreoir.

**RABHADH:** Ba cheart úsáid an trealamh seo in aice le trealamh eile nó atá cruchta le trealamh eile a sheachaint toisc go bhféadfadh sé oibriú go míchuí. Más gá úsáid den sórt sin, ba cheart an trealamh seo agus an trealamh eile a urramú chun a fhíorú go bhfuil siad ag feidhmiú de ghnáth.

**RABHADH:** D'fhéadfadh astuithe leictreamaighnéadacha méadaithe nár diolúine leictreamaighnéadach an trealamh seo a bheith mar thoradh ar úsáid gabhálas seachas iad siúd a sholáthraíonn déantúsóir an trealamh seo agus d'fhéadfadh oibriú míchuí a bheith mar thoradh air.

**RABHADH:** Níor cheart tarchuradóirí RF iniompartha a úsáid níos gaire ná 30 cm (12 orlach) d'aon chuid den fheiste. Seachas sin, d'fhéadfadh feidhmíocht an trealamh seo a dhíghrádú.

**TÁBHACHTACH:** Sula n-úsáidtear an chéad uair, muirear an ceallraí ian litiam imheánach. Féach "Battery and Charging" le haghaidh sonrai.

Is dermatoscóp póca atá comhoiriúnach le fón cliste é DermLite DL200 le formhéadú 10x atá beartaithe le haghaidh scrúdú polaraithe agus neamhpholaraithe ar loit chraicinn, le nár

gan teagmhál leis an gcráiceann.

**IceCap®:** Chun tacú le do bhearta rialaithe ionfhabhtaithe, bain úsáid as ceann de na Cártaí Oighir (IC) indiúscartha san áireamh thar an bláta suiteáilte (FP). Chun é a bhaint agus a dhiúscairt, tarraing amach é.

Coinnígh do ghléas ionas go mbeidh na soilse diríthe ar an gcráiceann. Cuir an gléas ~ 25mm os cionn an chraicinn agus brúigh an cnaipe Cumhachta (P) chun an gléas a chasadadh air. Féach tríd an lionsa le do shuíl 25-50 mm os cionn an lionsa. Bog an gléas níos gaire nó níos faide ar shíul ón gcráiceann chun an fócas íomhá inmhíanaithe a fháil. Maidir le deirmeascópach le teagmhál leis an gcráiceann, ní le húsáid ceamara, cas an Dial (D) chun an Spacer (S) a shíneadh agus an íomhá a dhíriú.

Chun toggle idir soilsíú neamhpholaraithe agus soilsíú polaraithe, brúigh an cnaipe Mód (M). Soilseann an Táscaire Polaraithe (PI) i modh polaraithe.

Chun do DermLite a mhúchadh, brúigh an cnaipe Power (P); casann sé go huathoibríoch tar éis 3 níoméad.

An Spacer a bhaint.

Is féidir an Spacer (S) a bhaint tríd an Dialín (D) a chasadadh go frith-deiseal thar fhriotaíocht fhollasach, agus é a tharraingt as an ngléas ansin. Chun an Spacer a cheangal, cuir isteach a 3 chos isteach sna 3 pholl go dtí go mbraitear friotaíocht. Cuir leibhéal na feiste ar dhromchla réidh agus brúigh síos go cothrom é agus an Dial (D) á rothlú ag an am céanna.

An Faceplate a bhaint.

Is féidir an Aghaidhphláta (FP) a tharraingt amach as an Spacer (S) ach é a ghrafadach ag na mearóga mearóige. Chun é a athcheangal, níl ort ach é a chur ar ais.

Grianghrafadóireacht.

Is féidir Do DermLite DL200 a cheangal le go leor ceamaraí ní fón chliste ag baint úsáide as cuibheoirí DermLite MagnetiConnect® (a dhíoltar ar leithlígh). Sula nglacfaidh tú grianghraif, glan an Faceplate (FP) glan agus leathnáigh an Spacer (S).

**Battery and Charging:** **AIRE:** Úsáideann an gléas seo ceallraí ian litiam 3.7V 1800 mAh speisialaithe, nach féidir a cheannach ach ó DermLite nár d'fhéileálaí úðaraithe DermLite. Ná bain úsáid as ceallraí eile in aon chás seachas an ceann atá deartha don aonad seo. Tá Táscaire Muirear ceithre leibhéal feistithe ar an bhfeiste seo. Nuair a dhéantar an t-aonad a chasadadh air agus a ghearrtar go hiomlán, lasann na ceithre LED go léir.

Nuair a fhanann níos lú ná 75% de shaol na ceallraí, soilsítear trí LED. Má dhraenáiltear níos mó ná leath na ceallraí, tá dhá LED ann, agus léiríonn LED amháin go bhfanann níos lú ná 25% de chumas na gceallraí. Chun do ghléas a muirearú, ceangail an USB-C a sholáthraítear le USB le cábla leis an Muirearú Port (CP) agus le haon phort USB comhlíontach IEC 60950-1 (5V). Pulsanna an Táscaire Muirear (CI) chun muirir a léiriú, agus lón na soilse biogacha a fhreagraíonn

do leibhéal an mhuirir. Nuair a bhíonn an muirear criochnaithe, lasann na ceithre tháscaire LED go léir. Tar éis blianta úsáide, b'fhéidir gur mhaith leat an ceallra a athlonnú, nach bhfuil ar fáil ach go díreach ó DermLite nár d'fhéileálaí úðaraithe DermLite.

Chun an ceallraí (B) a bhaint, dícheangail an Léim ar an gclúdach (C): Bíodh Pry ar oscailt, ag tosú ag an gcnaipe bheag (N), ag baint úsáide as scriúire, ansin oibrigh do bhealach timpeall an chlúdaigh chun é a scoileadh go hiomlán. Dínasc an breiseán ceallraí (BP), cuir ceallra nua isteach agus athcheangail. Athcheangail an Clúdach go daingean.

**Fabhtcheartú:** Seiceáil le do thoil www.dermlite.com chun an t-eolas reatha maidir le fabhtcheartú a fháil. Má theastaíonn seirbhísí ar do ghléas, tabhair cuairt ar www.dermlite.com/service nó déan teagmhál le do dhéileálaí áitiúil DermLite.

Cúram agus Cothabháil

**RABHADH:** Ní cheadaítear aon mhodhnú ar an trealamh seo.

Tá do ghléas deartha le haghaidh oibriú saor ó thrioblóid. Is iad pearsanra cálithe seirbhise amháin a dhéanfaidh deisiúcháin.

Sula n-úsáidtear é ar othar, féadfar taobh amuigh de do ghléas (seachas na codanna optúla) a ghlanadh go glan le halcól isopropyl (70% toirte). Ba chóir go ndéileálfar leis an lionsa mar threalamh grianghrafadóireachta ardchaighdeán agus ba chóir é a ghlanadh le trealamh caighdeánach glantachán lionsa agus é a chosaint ó cheimiceáin dhíobhácha. Ná húsáid gníomhairí glantachán scríobacha ná ná bíodh an leacht in leacht. Ná uath-ghreamú.

**Barántas:** 5 mbliana le haghaidh páriteanna agus saothair. Tá gá leis an gcadhnra ar feadh bliana.

**Diúscáirt:** Tá leictreonaic agus ceallraí litiam-ian ar an ngléas seo nach mór a dheighilt le diúscáirt agus ní féidir é a dhiúscáirt le dramhaíl ghinearálta tí. Breathnaigh le do thoil ar rialachán diúscartha áitiúla.

**Airítear leis an tarcar seo:**

DL200 dermatoscope (21 LED, lionsa 10x 10 mm, spacer, líontán le reticule 10 mm), muinchille silicone, lanyard, cás microfiber, cábla USB muirir, 4 IceCaps

**Cur Síos Teicniúil:** Tabhair cuairt ar www.dermlite.com/technical nó déan teagmhál le do dhéileálaí áitiúil DermLite.

# Instrukcije

## Namjena

Ovaj je uređaj namijenjen u medicinske svrhe za osvjetljavanje tjelesnih površina. Koristi se za neinvazivni vizualni pregled netaknute kože.

Ovaj je proizvod namijenjen za vanjske preglede samo u okviru zdravstvenih ustanova od strane medicinskih stručnjaka.

Provjerite pravilan rad uređaja prije uporabe! Ne koristite ga ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.

**OPREZ:** Ne gledajte izravno u LED svjetlo. Tijekom pregleda pacijenti moraju zatvoriti oči.

U slučaju ozbiljnog incidenta s korištenjem ovog uređaja, odmah obavijestite DermLite i, ako to zahtijevaju lokalni propisi, vaše nacionalno zdravstveno tijelo.

**OPREZ:** Ne koristite uređaj u području požara ili eksplozije (npr. Okolina bogata kisikom).

**UPOZORENJE:** Ovaj vas proizvod može izložiti kemikalijama, uključujući metilen-klorid i šestovalentni krom, za koje je država Kalifornija poznato da uzrokuju rak ili reproduktivnu toksičnost. Za više informacija posjetite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Elektromagnetska kompatibilnost**

Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima razine EMC za emisije i imunitet norme IEC 60601-1-2: 2014. Emisijske karakteristike ove opreme čine ga prikladnim za uporabu u profesionalnom zdravstvenom i stambenom okruženju (CISPR 11 Klasa B). Ova oprema nudi odgovarajuću zaštitu od radiokomunikacijske usluge. U rijetkom slučaju ometanja radiokomunikacijske usluge, korisniku će možda trebati poduzeti mjere ublažavanja, poput premještanja ili preusmjeravanja opreme.

**UPOZORENJE:** Treba izbjegavati uporabu ove opreme koja se nalazi uz ili složenu s drugom opremom jer to može rezultirati nepravilnim radom. Ako je takva upotreba potrebna, treba promatrati ovu opremu i drugu opremu kako bi se provjerilo da li normalno rade.

**UPOZORENJE:** Upotreba dodatne opreme osim one koju je osigurao proizvođač ove opreme može rezultirati povećanom elektromagnetskom emisijom ili smanjenjem elektromagnetske otpornosti ove opreme i rezultirati nepravilnim radom.

**UPOZORENJE:** Prijenosni RF odašiljači ne smiju se koristiti na udaljenosti većoj od 30 cm od bilo kojeg dijela uređaja. U suprotnom, može doći do pogoršanja performansi ove opreme.

**VAŽNO:** Prije početne upotrebe, napunite unutarnju litij-ionsku bateriju. Pogledajte "Baterija i punjenje" za detalje.

DermLite DL200 je džepni dermatoskop kompatibilan sa pametnim telefonom s 10x uvećanjem namijenjen polariziranom i nepolariziranom pregledu kožnih oštećenja, sa ili bez kontakta s kožom.

**IceCap®:** Da biste podržali svoje mjere

suzbijanja infekcije, prebacite jedan od uključenih IceCaps za jednokratnu upotrebu (IC) preko instalirane prednje ploče (FP). Za uklanjanje i odlaganje jednostavno ga izvucite.

Držite uređaj tako da LED diode cilijaju na kožu. Postavite uređaj ~ 25 mm iznad kože i pritisnite gumb za napajanje (P) da biste uključili uređaj. Pogledajte kroz objektiv s očima 25-50 mm iznad leće. Pomaknite uređaj bliže ili dalje od kože kako biste postigli željeni fokus slike. Za dermoskopiju s kontaktom s kožom ili za upotrebu fotoaparata, okrenite kotačić (D) kako biste produžili odstojnik (S) i fokusirali sliku. Za prebacivanje između nepolariziranog i polariziranog osvjetljenja pritisnite gumb za način rada (M). Polarizacijski indikator (PI) svijetli u polariziranom načinu rada. Da biste isključili svoj DermLite, pritisnite gumb za napajanje (P); automatski se isključuje nakon 3 minute.

## Uklanjanje odstojnika.

Distančnik (S) može se ukloniti okretanjem brojčanika (D) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, unutar vidljivog otpora, zatim ga izvlačenjem s uređaja. Za pričvršćivanje odstojnika, umetnite njegove 3 noge u 3 rupe dok se ne osjeti otpor. Postavite razinu uređaja na ravnu površinu i ravnomjerne je gurnite prema dolje dok istovremeno rotirate brojčanik (D) u smjeru kazaljke na satu.

## Uklanjanje prednje ploče.

Prednja ploča (FP) može se jednostavno skinuti s odstojnika (hvatajući ga) zarezima na nockima. Za ponovno postavljanje jednostavno ga vratite na mjesto.

## Fotografija.

Vaš DermLite DL200 može biti priključen na mnoge fotoaparate ili pametne telefone pomoću DermLite MagnetiConnect® adaptera (prodaje se zasebno). Prije snimanja fotografije obrišite prednju ploču (FP) i produžite razmaknik (S).

**Baterija i punjenje:** **OPREZ:** Ovaj uređaj koristi specijaliziranu litij-ionsku bateriju od 3.7V 1800 mAh, koju možete kupiti samo od DermLite ili od ovlaštenog distributera DermLite. Ni pod kojim uvjetima ne koristite drugu bateriju osim one koja je namijenjena ovom uređaju.

Ovaj je uređaj opremljen indikatorom punjenja na četiri razine (CI). Kad je jedinica uključena i potpuno napunjena, zasvetle se sve četiri LED diode. Kad ostane manje od 75% trajanja baterije, zasvetljit će se tri LED-a. Ako je prazna više od polovice baterije, dvije su LED lampice, dok jedan LED pokazuje da ostaje manje od 25% kapaciteta baterije. Da biste napunili svoj uređaj, priključite isporučeni USB-C na USB kabel na ulaz za punjenje (CP) i bilo koji USB port koji je u skladu sa IEC 60950-1 (5 V). Indikator naboja (CI) pulsira da

označi punjenje, s brojem pulsirajućih LED dioda koji odgovaraju razini napunjenošt. Kad je punjenje dovršeno, sve četiri LED indikatorske lampice svijetle. Nakon godina uporabe, možda želite ponovno postaviti bateriju, koja je dostupna samo izravno od DermLite ili od ovlaštenog prodavača DermLite.

Da biste uklonili bateriju (B), odvojite poklopac s potpornim poklopcem (C): Odvijte je, počevši od malog ureza (N), odvijačem, a zatim ga obradite oko navlake da biste ga potpuno oslobodili. Isključite utikač za baterije (BP), umetnite novu bateriju i ponovno je povežite. Čvrsto pričvrstite poklopac.

**Rješavanje problema:** Najnovije informacije o rješavanju problema potražite na [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com). Ako je za vaš uređaj potreban servis, posjetite [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) ili se obratite lokalnom prodavaču DermLite.

## Njega i održavanje

**UPOZORENJE:** Nisu dopuštene izmjene ove opreme.

Vaš je uređaj dizajniran za nesmetan rad. Popravke smije obaviti samo kvalificirano osoblje.

Prije upotrebe na pacijentu, vanjsku stranu vašeg uređaja (osim optičkih dijelova) može se obrisati izopropilnim alkoholom (70 vol.%). Objektiv treba tretirati kao visokokvalitetnu fotografsku opremu i očistiti ga standardnom opremom za čišćenje leča i zaštititi od štetnih kemikalija. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i ne uranjajte uređaj u tekućinu. Ne autoklavirajte.

Jamstvo: 5 godina za dijelove i rad. Za akumulator vrijedi 1 godina.

**Odlaganje:** Ovaj uređaj sadrži elektroniku i litij-ionsku bateriju koji se moraju odvojiti za odlaganje i ne mogu se zbrinjavati s kućnim otpadom. Pridržavajte se lokalnih propisa o zbrinjavanju.

## Ovaj skup uključuje:

DL200 dermatoskop (21 LED, 25 mm 10x leća, odstojnik, prednja ploča sa 10 mm kutijice), silikonski rukavac, remen, kućište od mikrofibre, USB kabel za punjenje, 4 IceCaps

**Tehnički opis:** Posjetite [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) ili kontaktirajte lokalnog prodavača DermLite.

# Istruzioni

## Uso previsto

Questo dispositivo è destinato a scopi medici per illuminare le superfici del corpo. Viene utilizzato per l'esame visivo non invasivo della pelle intatta.

Questo prodotto a batteria è progettato per un esame esterno solo all'interno di strutture sanitarie professionali da parte di professionisti medici.

Verificare il corretto funzionamento del dispositivo prima dell'uso. Non usare il dispositivo se vi sono visibili segni di danni.

**ATTENZIONE:** non guardare direttamente la luce a LED. I pazienti devono chiudere gli occhi durante l'esame.

In caso di incidente grave con l'uso di questo dispositivo, informare immediatamente DermLite e, se richiesto dalle normative locali, l'autorità sanitaria nazionale.

**ATTENZIONE:** non usare il dispositivo in aree a rischio di incendio o di esplosione (es. ambienti ricchi di ossigeno).

**AVVERTENZA:** questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, inclusi cloruro di metilene e cromo esavalente, noti allo Stato della California come causa di cancro o tossicità riproduttiva. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Compatibilità elettromagnetica

Questo dispositivo è conforme ai requisiti di livello di emissioni e immunità EMC della norma IEC 60601-1-2: 2014. Le caratteristiche di emissione di questa apparecchiatura la rendono adatta all'uso in ambienti sanitari professionali e residenziali (CISPR 11 Classe B). Questa apparecchiatura offre una protezione adeguata al servizio di comunicazione radio. Nel raro caso di interferenza con il servizio di comunicazione radio, l'utente potrebbe dover adottare misure di mitigazione, come il trasferimento o il riorientamento delle apparecchiature. **AVVERTENZA:** l'uso di questa apparecchiatura adiacente o impilata con altre apparecchiature deve essere evitato perché potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificare che funzionino normalmente.

**AVVERTENZA:** l'uso di accessori diversi da quelli forniti dal produttore di questa apparecchiatura può comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e un funzionamento improprio. **AVVERTENZA:** i trasmettitori RF portatili non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del dispositivo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura.

**IMPORTANTE:** prima dell'uso iniziale, caricare la batteria interna agli ioni di litio. Vedere "Batteria e Carica" per i dettagli.

DermLite DL200 è un dermatoscopio tascaabile compatibile con smartphone con ingrandimento 10x destinato all'esame polarizzato e non polarizzato delle lesioni cutanee, con o senza contatto con la pelle.

## IceCap®

Per evitare di incorrere in infezioni dannose, chiudere uno degli IceCaps (IC) in dotazione sul faceplate (FP) installato.

Tenere il dispositivo in modo che i LED siano rivolti verso la pelle. Posizionare il dispositivo ~ 25 mm sopra la pelle e premere il pulsante di accensione (P) per accendere il dispositivo.

Guarda attraverso l'obiettivo con l'occhio 25-50 mm sopra l'obiettivo. Spostare il dispositivo più vicino o più lontano dalla pelle per ottenere la messa a fuoco dell'immagine desiderata. Per la dermatoscopia a contatto con la pelle o per l'uso della fotocamera, ruotare il quadrante (D) per estendere il distanziatore (S) e mettere a fuoco l'immagine.

Per alternare tra illuminazione non polarizzata e polarizzata, premere il pulsante Modalità (M). L'indicatore di polarizzazione (PI) si illumina in modalità polarizzata.

Per spegnere DermLite, premi il pulsante di accensione (P); si spegne automaticamente dopo 3 minuti.

## Rimozione del distanziatore.

Il distanziatore (S) può essere rimosso ruotando il quadrante (D) in senso antiorario oltre una notevole resistenza, quindi estraendolo dal dispositivo. Per fissare il distanziatore, inserire le sue 3 gambe nei 3 fori fino a quando non si avverte resistenza. Posizionare il livello del dispositivo su una superficie piana e spingere uniformemente verso il basso ruotando contemporaneamente il quadrante (D) in senso orario.

## Rimozione del frontalino.

Il frontalino (FP) può essere semplicemente rimosso dallo spaziatore (S) afferrandolo alle tacche delle unghie. Per ricollegarlo, basta farlo scattare in posizione.

## Fotografia.

DermLite DL200 può essere collegato a molte fotocamere o smartphone utilizzando gli adattatori DermLite MagnetiConnect® (venduti separatamente). Prima di scattare foto, pulire il frontalino (FP) pulito ed estendere il distanziatore (S).

## Batteria e carica

**ATTENZIONE:** Questo dispositivo è dotato di una speciale batteria agli ioni di litio da 3.7V 1800 mAh, che può essere acquistata esclusivamente presso DermLite o presso un rivenditore autorizzato DermLite. Non usare in nessun caso una batteria diversa da quella progettata per questa unità. Farlo può danneggiare l'unità.

Questo dispositivo è dotato di un Indicatore di carica a quattro livelli (CI).

Quando l'unità è accesa e completamente carica, tutti e quattro i LED sono accesi.

Quando rimane meno del 75% di carica, sono illuminati tre LED. Se la batteria è scarica per oltre la metà, due LED sono accesi, mentre un solo LED indica che rimane meno del 25% della capacità della batteria.

Per caricare la batteria, collegare il cavo USB-C in dotazione alla Porta di ricarica (CP) e a qualsiasi porta USB conforme alla normativa IEC 60950-1 (5 V).

L'indicatore di carica (CI) pulserà per indicare la ricarica, il numero dei LED che pulsano corrisponde al livello di carica.

Quando la ricarica è completa, tutti e quattro i LED sono illuminati.

Quando è totalmente carico, il dispositivo consente approssimativamente 3-8 ore di funzionamento, a seconda del livello di luminosità utilizzato.

Dopo anni di utilizzo, potrebbe essere necessario sostituire la batteria, che è disponibile esclusivamente presso DermLite o presso un rivenditore autorizzato DermLite.

Per rimuovere la batteria (B), staccare il coperchio a scatto (C): aprirlo, iniziando dalla piccola tacca (N), usando un cacciavite, quindi aggirare il coperchio per liberarlo completamente. Scollegare la spina della batteria (BP), inserire una nuova batteria e ricollegarla. Riattaccare il coperchio in modo sicuro.

## Risoluzione dei problemi

Visitare il sito [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) per ottenere informazioni aggiornate sulla risoluzione dei problemi. Se il dispositivo necessita di manutenzione, visitare il sito [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) o contattare il rivenditore locale DermLite.

## Cura e manutenzione

**ATTENZIONE:** non è consentita alcuna modifica di questa apparecchiatura.

Il dispositivo è progettato per un funzionamento senza problemi. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale di assistenza qualificato.

Prima dell'uso su un paziente, l'esterno del dispositivo (tranne le parti ottiche) può essere pulito con alcool isopropilico (70% vol.). L'obiettivo deve essere trattato come un'apparecchiatura fotografica di alta qualità e deve essere pulito con un'apparecchiatura standard per la pulizia dell'obiettivo e protetto da sostanze chimiche dannose. Non utilizzare detergenti abrasivi o immergere il dispositivo in liquidi. Non sterilizzare in autoclave.

**Garanzia:** 5 anni per parti e manodopera. La batteria è garantita per 1 anno.

## Smaltimento

Questo dispositivo contiene parti elettroniche e una batteria al litio che devono essere separate per lo smaltimento e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Si prega di osservare le locali norme per lo smaltimento.

## Questo set include:

Dermatoscopio DL200 (21 LED, lente 25x 10x, distanziatore, frontalino con reticolo 10 mm), custodia in silicone, cordino, custodia in microfibra, cavo di ricarica USB, 4 IceCaps

## Descrizione tecnica

Visitare il sito [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) o contattare il rivenditore locale DermLite.

# Instrukcijas

## Paredzētais lietojums

Šī ierīce ir paredzēta medicīniskiem nolūkiem, lai apgaismotu ķermenā virsmas. To lieto neskartas ādas neinvazīvai vizuālai pārbaudei.

Šīs ar akumulatoru darbināmais izstrādājums ir paredzēts ārsta veiktais ārējai pārbaudei tikai profesionālās veselības aprūpes iestādēs.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce darbojas pareizi! Nelietojet to, ja ir redzamas bojājuma pazīmes.

UZMANĪBU: neskatieties tieši LED gaismā. Pārbaužu laikā pacientam jāaizver acis.

Ja rodas nopietns negadījums, izmantojot šo ierīci, nekavējoties informējiet DermLite un, ja to prasa vietējie noteikumi, savu valsts veselības iestādi.

UZMANĪBU: Nelietojet ierīci ugunsgrēka vai sprādzienbīstamā vietā (piemēram, vidē, kas bagāta ar skābekli).

BRĪDINĀJUMS: Šīs produkts var pakļaut kīmiskām vielām, ieskaitot metilēnhlorīdu un sešvērtīgo hromu, par kurām Kalifornijas štats zina vēzi vai reproduktīvo toksicitāti.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnētiskā saderība

Šī ierīce atbilst standarta IEC 60601-1-2: 2014 EMC emisijas un imunitātes līmeņa prasībām. Šī aprīkojuma emisijas raksturliumi padara to piemērotu lietošanai profesionālās veselības aprūpes vidē, kā arī dzīvojamā vidē (CISPR 11 B klase). Šīs aprīkojums piedāvā atbilstošu radiosakaru pakalpojumu aizsardzību. Retos gadījumos, kad rodas traucējumi radiosakaru pakalpojumā, lietotājam, iespējams, būs jāveic mazināšanas pasākumi, piemēram, jāpārvieto vai jāpārorientē aprīkojums.

BRĪDINĀJUMS: Jāizvairās no šī aprīkojuma izmantošanas blakus citam aprīkojumam vai ar to sakrautam, jo tas var izraisīt nepareizu darbību. Ja šāda lietošana ir nepieciešama, šīs aprīkojums un pārējais aprīkojums ir jāievēro, lai pārliecinātos, ka tie darbojas normāli.

BRĪDINĀJUMS: Ja izmantojat citus pierderumus, nevis tos, kurus piegādājis šīs iekārtas ražotājs, tas var izraisīt palielinātu elektromagnētisko izstarojumu vai samazināt šīs ierīces elektromagnētisko imunitāti un izraisīt nepareizu darbību.

BRĪDINĀJUMS: Portatīvos RF raidītājus nedrīkst izmantot tuvāk par 30 cm (12 collām) pret jebkuru ierīces daļu. Pretējā gadījumā šīs iekārtas veikspēja var paslīktināties.

SVARĪGI: Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, uzlādējiet iekšējo litiju jonus akumulatoru. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Akumulators un uzlāde".

DermLite DL200 ir ar viedtārniņiem saderīgs kabatas dermatoskops ar 10x palielinājumu, kas paredzēts ādas bojājumu polarizētai un nepolarizētai pārbaudei ar vai bez saskares ar ādu.

**IceCap®:** lai atbalstītu jūsu infekcijas kontroles pasākumus, uzlieciet vienu no komplektā ieklautajiem vienreizējās lietošanas IceCaps (IC) virs uzstādītās priekšējās plāksnes (FP). Lai noņemtu un iznīcinātu, vienkārši noņemiet to.

Turiet ierīci tā, lai gaismas diodes būtu vērstas uz ādu. Novietojet ierīci ~ 25 mm virs ādas un nospiediet barošanas pogu (P), lai ieslēgtu ierīci. Skatieties caur objektīvu ar aci 25-50 mm virs objektīva. Pārvietojet ierīci tuvāk vai tālāk no ādas, lai iegūtu vēlamo attēlu fokusu. Dermoskopijai ar kontaktu ar ādu vai lietošanai ar kameras pagrieziet pogu (D), lai pagarinātu starpliku (S) un fokusētu attēlu.

Lai pārslēgtos starp polarizēto un polarizēto apgaismojumu, nospiediet režīma pogu (M). Polarizācijas indikators (PI) iedegas polarizētā režīmā.

Lai izslēgtu DermLite, nospiediet barošanas pogu (P); tas automātiski izslēdzas pēc 3 minūtēm.

## Starplikas noņemšana

Starpliku (S) var noņemt, pagriezot ciparripu (D) pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, pārsniedzot ievērojamo pretestību, pēc tam noņemot to no ierīces. Lai pārslēgtos starpliku, ievietojet tās 3 kājas 3 caurumos, līdz jūtama pretestība. Novietojet ierīci uz līdzēnas virsmas un vienmērīgi nospiediet uz leju, vienlaikus pagriezot ciparripu (D) pulkstenrādītāja virzienā.

## Seguma plāksnes noņemšana

Priekšējo plāksni (FP) var vienkārši noņemt no starplika (S), satverot to pie nagu nagu iegriezumiem. Lai atkal pārslēgtu, vienkārši ievietojet to atpakaļ vietā.

## Fotogrāfija.

Jūsu DermLite DL200 var pievienot daudzām kamerām vai viedtārniņiem, izmantojot DermLite MagnetiConnect® adapterus (nopērkams atsevišķi). Pirms fotoattēlu uzņemšanas noņiriet pamatni (FP) un noņiriet starpliku (S).

**Akumulators un lādēšana:** UZMANĪBU: Šī ierīce izmanto specializētu 3.7V 1800 mAh litija jonus akumulatoru, ko var iegādāties tikai no DermLite vai pie pilnvarota DermLite izplatītāja. Nekādā gadījumā nelietojet citu akumulatoru, izņemot to, kas paredzēts šai ierīcei.

Šī ierīce ir aprīkota ar četru līmeni uzlādes indikatoru (CI). Kad iekārta ir ieslēgta un pilnībā uzlādēta, iedegas visas četrās gaismas diodes. Kad akumulatora darbības laiks ir mazāks par 75%, iedegas trīs gaismas diodes. Ja vairāk nekā puse akumulatora ir izlādējusies, iedegas divas gaismas diodes, bet viena gaismas diode norāda, ka paliek mazāk nekā 25% no akumulatora jaudas. Lai uzlādētu ierīci, pievienojet komplektācijā ietilpst ošo USB-C ar USB kabeli lādēšanas portam (CP) un jebkuram IEC 60950-1 saderīgam (5 V) USB portam.

Uzlādes indikators (CI) norāda, ka uzlāde tiek parādīta, un mirgojošo gaismas diožu skaits atbilst uzlādes līmenim. Kad uzlāde ir pabeigta, iedegas visas četrās gaismas diodes. Pēc gadiem ilgas lietošanas, iespējams, vēlēsities novietot akumulatoru, kas ir pieejams tikai tieši no DermLite vai pilnvarota DermLite izplatītāja.

Lai noņemtu akumulatoru (B), noņemiet iespraužamo vāciņu (C): ar skrūvgrieža palīdzību to ieskrūvējiet, sākot ar mazo griezumu (N), pēc tam apvelciet vāciņu, lai tas pilnībā atbrīvotos. Atvienojet akumulatora kontaktā (BP), ievietojet jaunu akumulatoru un atkal izveidojiet savienojumu. Stingri nostipriniet vāku.

**Traucējummeklēšana:** jaunāko problēmu novēršanas informāciju skatiet vietnē [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com). Ja jūsu ierīcei nepieciešama apkope, apmeklējiet vietni [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) vai sazinieties ar vietējo DermLite izplatītāju.

## Kopšana un uzturēšana

**BRĪDINĀJUMS:** Nav atļauts pārveidot šo aprikojumu.

Jūsu ierīce ir paredzēta darbam bez traucējumiem. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.

Pirms lietošanas pacientam ierīces ārpusi (izņemot optiskās daļas) var notīriet ar izopropilspirtu (70 tilp. %). Objektīvs jāuzskata par augstas kvalitātes fotoiekārtu, un tas jāfiksē ar standarta objektīva tīrišanas aprīkojumu un jāaizsargā no kaitīgām kīmiskām vielām. Nelietojet abrazīvus tīrišanas līdzekļus un nemērciet ierīci šķidrumā. Neveiciet autoklāvu.

**Garantija:** 5 gadi detaļām un darbam. Akumulatoram ir garantija 1 gadu.

**Likvidēšana:** Šajā ierīcē ir elektronika un litija jonus akumulators, kas ir jānodedala atkritumu iznīcināšanai, un to nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, ievērojet vietējos atkritumu iznīcināšanas noteikumus.

## Šajā komplektā ietilpst:

DL200 dermatoskops (21 gaismas diode, 25 mm 10x objektīvs, starplika, priekšējā plāksne ar 10 mm retikulu), silikona apvalks, štrope, mikrošķiedras apvalks, USB uzlādes kabelis, 4 IceCaps

**Tehniskais apraksts:** apmeklējiet vietni [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) vai sazinieties ar vietējo DermLite izplatītāju.

# Instrukcijos

## Paskirtis

Šis prietaisas skirtas medicinos tikslams apšvesti kūno paviršius. Jis naudojamas neinvaziniams nepažeistos odos vizualiniams tyrimui.

Šis baterijomis maitinamas gaminys yra skirtas išoriniams gydytojų tikrinimui tik profesionaliose sveikatos priežiūros įstaigose. Prieš naudodami patirkinkite, ar prietaisas veikia tinkamai! Nenaudokite jo, jei yra matomų pažeidimo požymiu.

**ATSARGIAI:** nežiūrėkite tiesiai į LED lemputę. Tyrimų metu pacientai turi užmerkti akis.

Atsiradus rintam šio prietaiso naudojimo incidentui, nedelsdami praneškite „DermLite“ ir, jei to reikalauja vietiniai įstatymai, savo šalies sveikatos priežiūros tarnybai.

**ATSARGIAI:** Nenaudokite prietaiso gaisro ar sprogimo vietose (pvz., aplinkoje, kurioje gausu degunės).

**|SPÉJIMAS:** Šis produktas gali paveikti chemikalus, išskaitant metileno chloridą ir šešiavalentį chromą, kurie, Kalifornijos valstijoje žinoma, gali sukelti vėžį ar toksiškumą reprodukcijai. Norédami gauti daugiau informacijos, apsilankykite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Elektromagnetinis suderinamumas**  
Šis prietaisas atitinka IEC 60601-1-2:

2014 standarto EMC emisijos ir atsparumo reikalavimus. Šios įrangos išmetamujų teršalų charakteristikos leidžia ją naudoti profesinės sveikatos priežiūros aplinkoje, taip pat gyvenamojoje aplinkoje (CISPR 11 B klasė). Ši įranga suteikia tinkamą radijo ryšio paslaugų apsaugą. Retu atveju, kai trikdoma radijo ryšio tarnyba, vartotojui gali tekti imtis švelninimo priemonių, pavyzdžiu, perkelti ar perorientuoti įrangą. |SPÉJIMAS: Reikėtų vengti naudoti šią įrangą greta ar sukrauti su ja, nes ji gali netinkamai veikti. Jei tokis naudojimas yra būtinės, reikia patikrinti šią įrangą ir kitą įrangą, kad patikrinumėte, ar jos veikia normaliai.

**|SPÉJIMAS:** Naudojant priedus, išskyrus tuos, kuriuos pateikia šios įrangos gamintojas, gali padidėti šios įrangos elektromagnetinis spinduliavimas arba sumažėti elektromagnetinis atsparumas ir netinkamai veikti.

**|SPÉJIMAS:** Nešiojamieji radijo siūstuvai turėtų būti naudojami ne arčiau kaip 30 cm (12 colių) nuo bet kurios prietaiso dalies. Priešingu atveju gali pablogėti šios įrangos veikimas.

**SVARBU:** prieš pirmajį naudojimą įkelkite vidinę ličio jony bateriją. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Akumulatorius ir įkrovimas“.

„DermLite DL200“ yra su išmaniaisiais telefonais sederinamas kišeninis dermatoskopas su 10 kartų padidinimu, skirtas poliarizuotam ir nepoliarizuotam odos pažeidimų tyrimui, turint salytų su oda ar be jos.

„IceCap®“: norédami palaikyti savo infekci-

jos kontrolės priemones, uždékite vieną iš pridedamų vienkartiniai „IceCaps“ (IC) virš įmontuoto priekinio skydelio (FP). Norédami išimti ir išmesti, tiesiog ištraukite.

Laikykite savo prietaisą taip, kad šviesos diodai būtų nukreipti į odą. Padékite prietaisą ~ 25 mm virš odos ir paspauskite maitinimo mygtuką (P), kad įjungtumėte įrenginį. Pažvelkite pro lešį savo akimi 25-50 mm virš objektyvo. Norédami gauti norimą vaizdo fokusavimą, perkelkite prietaisą arčiau ar toliau nuo odos. Dermoskopijai su salyčiu su oda arba naudoti fotoaparatu pasukite rankenėlę (D), kad prailgintumėte tarpiklį (S) ir sufokusuotumėte vaizdą. Norédami perjungti nepolarizuotą ir polarizuotą apšvietimą, paspauskite režimo mygtuką (M). Polarizacijos indikatorius (PI) užsidega esant polarizuotam režimui. Norédami išjungti „DermLite“, paspauskite maitinimo mygtuką (P); jis automatiškai išsijungia po 3 minučių.

## Tarpiklio nuémimas.

Tarpiklis (S) gali būti nuimtas pasukant rankenėlę (D) prieš laikrodžio rodyklę, kad būtų didesnis pastebimas pasipriešinimas, tada ištraukite ją iš įrenginio. Norédami pritrūkti tarpikli, ištaikykite 3 kojas į 3 skyles, kol bus jaučiamas pasipriešinimas. Padékite prietaisą lygiu lygiu paviršiumi ir tolygiai paspauskite žemyn, tuo pačiu metu sukdami ratuką (D) pagal laikrodžio rodyklę.

## Plokštės nuémimas.

Viršutinę plokštélę (FP) galima tiesiog nuimti nuo tarpiklio (S), paimant ją už nagų įdubimų. Norédami vėl pritrūkti, tiesiog pritrūktinkite ją atgal į vietą.

## Fotografija.

„DermLite DL200“ gali būti prijungtas prie daugelio fotoaparatų ar išmaniuju telefonu, naudojant „DermLite MagnetiConnect®“ adapterius (parduodamus atskirai). Prieš fotograuodami, nuvalykite dangtelį (FP) ir nuvalykite tarpiklį.

**Akumulatorius ir įkrovimas:** ATSARGIAI: Šiame įrenginyje naudojama specializuota 3.7V 1800 mAh ličio jonų baterija, kurią galima išsigyti tik iš „DermLite“ arba įgaliotojo „DermLite“ atstovo. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kitos baterijos, nei skirta šiam įrenginiui.

Šiame įrenginyje yra keturių lygių įkrovos indikatorius (CI). Kai įrenginys įjungtas ir visiškai įkraunas, užsidega visi keturi šviesos diodai. Kai lieka mažiau nei 75% akumulatoriaus energijos, dega trys šviesos diodai. Jei išeikvojama daugiau nei pusę akumulatoriaus, dega du šviesos diodai, o vienas šviesos diodas rodo, kad liko mažiau nei 25% akumulatoriaus talpos. Norédami įkrauti savo įrenginį, prijunkite pridedamą USB-C prie USB kabelio prie įkrovimo prievedo (CP) ir bet kurio IEC 60950-1 sederinamo (5 V) USB prievedo.

„Charge Indicator“ (CI) impulsai rodo įkrovimą, o pulsuojančiu šviesos diodų skaicius atitinka įkrovos lygi. Kai įkrovimas baigtas, užsidega visi keturi indikatoriai. Po ilgo naudojimo galite pakeisti akumulatorių, kur galima išsigyti tiesiogiai iš „DermLite“ arba įgaliotojo „DermLite“ atstovo.

Norédami išimti akumulatorių (B), nuimkite uždėtą dangtelį (C): Atskite atsuktuvu, atidarydami jį nuo mažo įpjovos (N), tada apverskite dangtelį, kad visiškai jį atlaisvinumėte. Atjunkite akumulatoriaus kištuką (BP), išdékite naujų akumulatorių ir vėl prijunkite. Tvirtai pritrūktinkite dangtelį.

**Trikčių šalinimas:** naujausios informacijos apie trikčių diagnostiką ieškokite svetainėje [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com). Jei jūsų prietaisą reikia prižiūrėti, apsilankykite [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) arba susisiekite su vietiniu DermLite atstovu.

## Priežiūra ir priežiūra

**|SPÉJIMAS:** Šios įrangos modifikuoti neleidžiama.

Jūsų prietaisas skirtas darbui be problemų. Remontas gali būti atliekamas tik kvalifikuoto aptarnavimo personalo.

Prieš naudojimą pacientui, jūsų prietaiso išorę (išskyrus optines dalis) galima švarai nušluostyti izopropilo alkoholiu (70 tūrio proc.). Lėšis turėtų būti traktuojamas kaip aukštos kokybės fotografijos įrangą, ji reikia valyti standartine lėšių valymo įrangą ir apsaugoti nuo kenksmingų cheminių medžiagų. Nenaudokite abrazyvinį valymo priemonių ir nemerkite prietaiso į skystį. Negalima autoklavo.

**Garantija:** 5 metų atsarginėms dalims ir darbui. Akumulatoriui suteikiama garantija 1 metus.

**Šalinimas:** Šiame prietaise yra elektronika ir ličio jonų akumulatorius, kurie turi būti atskirti utilizavimui ir negali būti išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Laikykites vietinių atliekų tvarkymo taisykių.

I ši rinkinį jeina:

DL200 dermatoskopas (21 šviesos diodas, 25 mm 10x objektyvas, tarpinė, prikinė plokštė su 10 mm tinkle), silikono įvorė, diržas, mikropluošto dėklas, USB įkrovimo laidas, 4 IceCaps

**Techninis aprašymas:** Apsilankykite [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) arba susisiekite su vietiniu DermLite atstovu.

# Utasítás

## Rendeltetésszerű használat

Ez az eszköz orvosi célokra szolgál a test-felületek megvilágítására. Az ép bőr nem invazív vizuális vizsgálatára használják.

Ezt az akkumulátorral működtetett terméket kizárolag az egészségügyi szakemberek által végzett, professzionális egészségügyi intézményekben történő külső ellenőrzésre terveztek.

Használat előtt ellenőrizze a készülék megfelelő működését! Ne használja, ha látható sérülések vannak.

**VIGYÁZAT:** Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába. A betegeknek be kell csukniuk a szemüköt a vizsgálatok során.

A készülék használatával kapcsolatos súlyos esemény esetén azonnal értesítse a DermLite készüléket, és ha a helyi előírások megkövetlik, a nemzeti egészségügyi hatóságot.

**VIGYÁZAT:** Ne használja a készüléket tűz vagy robbanásveszélyes környezetben (például oxigénben gazdag környezetben).

**FIGYELMEZTETÉS:** Ez a termék olyan vegyi anyagoknak teheti ki, beleértve a metilén-kloridot és a hat vegyértékű krómöt, amelyekről Kalifornia állam szerint rákot vagy reproduktív toxicitást okozhat. További információ a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov) oldalon található.

## Elektromágneses kompatibilitás

Ez a készülék megfelel az IEC 60601-1-2: 2014 szabvány EMC-kibocsátási és immunitási szintjének követelményeinek. Ennek a berendezésnek a kibocsátási tulajdonságai alkalmassá teszik a felhasználást professzionális egészségügyi környezetben, valamint lakókörnyezetben (CISPR 11 B osztály).

Ez a berendezés megfelelő védelemet nyújt a rádiókommunikációs szolgáltatások számára. A rádiókommunikációs szolgáltatás zavarása esetén a felhasználónak enyhítő intézkedéseket kell hoznia, például át kell helyeznie vagy át kell irányítania a berendezéseket. **VIGYÁZAT:** Kerülje el a berendezés használatát más berendezés mellett vagy egymásra rakva, mert az nem megfelelő működést eredményezhet. Ha ilyen felhasználásra van szükség, akkor ezt a felszerelést és a többi berendezést be kell tartani, hogy ellenőrizhessük, működnek-e rendesen.

**FIGYELMEZTETÉS:** A berendezés gyártójától eltérő kiegészítők használata megnöveli az elektromágneses sugárzást vagy csökkentheti a készülék elektromágneses immunitását, és nem megfelelő működést eredményezhet.

**VIGYÁZAT:** A hordozható RF adókat legfeljebb 30 cm-re (12 hüvelyk) szabad használni a készülék bármely részéhez. Ellenkező esetben a berendezés teljesítménye romlik.

**FONTOS:** Az első használat előtt töltse fel a belső lítium-ion akkumulátort. További részletek: „Akkumulátor és töltés”.

A DermLite DL200 egy okostelefonokkal kompatibilis, tízszeres nagyítású zseb-dermatoszkóp, a bőrkárosodások polarizált és nem polarizált vizsgálatához, bőrrel érintkezve vagy anélkül.

**IceCap®:** A fertőzés elleni küzdelem érdekében támogassa a mellékelt eldobható IceCaps (IC) egyikét a telepített előlapra (FP). Az eltávolításhoz és a hulladékkezeléshez egyszerűen húzza le.

Tartsa a készüléket úgy, hogy a LED-ek a bőrre irányuljanak. Helyezze az eszközt ~ 25 mm-re a bőr fölé, és nyomja meg a bekapcsoló gombot (P) a készülék bekapcsolásához. A szemével nézze át a lencsét 25-50 mm-rel a lencse felett. Mozgassa a készüléket közelebb vagy távolabb a bőrtől, hogy elérje a kívánt képfókuszt. Bőrrel érintkező dermoszkópia vagy kamera használatához fordítsa el a tárcsát (D) a távtartó (S) meghosszabbításához és a kép fókuszálásához.

A nem polarizált és a polarizált megvilágítás közötti váltáshoz nyomja meg az Üzemmod gombot (M). A polarizációs kijelző (PI) polarizált üzemmódban világít.

A DermLite kikapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot (P); 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.

## A távtartó eltávolítása

A távtartót (S) eltávolíthatja úgy, hogy a tárcsát (D) az óramutató járásával meggyező irányba forgatja egy észlelhető ellenállásnál túl, majd lehúzza a készüléktől. A távtartó rögzítéséhez helyezze be a 3 lábat a 3 lyukba, amíg az ellenállás meg nem érezhető. Helyezze a készüléket vízszintesen egy sima felületre, és egyenletesen nyomja le, miközben a tárcsát (D) az óramutató járásával megegyezően forgatja.

## Az előlap eltávolítása

Az előlapot (FP) egyszerűen le lehet húzni a távtartóról (S) úgy, hogy megragadja a köröm bevágásainál. Az újracsatlakozáshoz egyszerűen csavarja vissza a helyére.

## Fényképezés.

A DermLite DL200 készülék sok kamerához vagy okostelefonhoz csatlakoztatható DermLite MagnetiConnect® adapterekkel (külön megvásárolható). A fényképezés előtt tisztítsa meg az előlapot (FP), és húzza ki a távtartót (S).

**Akkumulátor és töltés:** **VIGYÁZAT:** Ez a készülék speciális, 3,7V 1800 mAh méretű lítium-ion akkumulátor használ, amelyet csak a DermLite-től vagy a hivatalos DermLite-kereskedőtől lehet megvásárolni. Semmilyen körülmények között ne használjon más, az ehhez a készülékhöz tervezett akkumulátort.

Ez a készülék négy szintű töltésjelzővel (CI) van felszerelve. Amikor az egységet bekapcsolják és teljesen feltöltik, minden a négy LED kigyullad. Ha az akkumulátor élettartamának kevesebb, mint 75% -a marad, három LED világít. Ha az akkumulátor több mint fele lemerül, két LED világít, míg egyetlen LED azt jelzi, hogy az akkumulátor kapacitásának kevesebb mint 25% -a marad meg. A készülék feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB-C USB-kábelt a töltőporthoz (CP) és az IEC 60950-1 kompatibilis (5 V) USB portoz. A töltésjelző (CI) impulzusokkal jelzi a töltést, és a töltési szintnek megfelelő impulzusos

LED-ek száma. A töltés befejezésekor minden a négy jelzőfény világít. Évekig tartó használat után érdemes újratelepíteni az akkumulátort, amely csak közvetlenül a DermLite-től vagy egy hivatalos DermLite-kereskedőtől szerezhető.

Az akkumulátor (B) eltávolításához vegye le a bepattinttható fedeleit (C): Csavarhúzó segítségével csavarhúzóval csavarja ki a kis bevágástól (N) kezdve, majd mozgassa körül a fedeleit, hogy teljesen kioldja. Húzza ki az akkumulátor dugaszt (BP), helyezze be az új akkumulátort, majd csatlakoztassa újra. Helyezze vissza a fedeleket biztonságosan.

**Hibaelhárítás:** Kérjük, ellenőrizze a [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com) webhelyen a legfrissebb hibaelhárítási információkat. Ha az eszköz javítását igényli, keresse fel a [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi DermLite kereskedővel.

## Ápolás és karbantartás

**VIGYÁZAT:** A berendezés módosítása nem megengedett.

A készülék problémamentes működésre terveztek. Javítást csak szakképzett szerelő végezhet.

A páciensnél történő használat előtt a készülék külsejét (az optikai alkatrészeket kivéve) megtisztíthatjuk izopropil-alkohollal (70 térfogat%). A lencsét minőségi fényképészeti berendezésként kell kezelni, a lencsét tisztító szokásos berendezésekkel meg kell tisztítani, és védeni kell a káros vegyi anyagoktól. Ne használjon sűrolószeret és ne merítse a készüléket folyadékba. Ne autoklávozzon.

**Garancia:** 5 év alkatrészekre és munkára. Az akkumulátor 1 évre érvényes.

**Ártalmatlanítás:** Ez a készülék elektronikát és lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amelyeket el kell különíteni a megsemmisítésre, és nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisíteni. Kérjük, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési előírásokat.

## Ez a készlet tartalmazza:

DL200 dermatoszkóp (21 LED, 25 mm-es 10 lencse, távtartó, előlap 10 mm-es retikkel), szilikikon hüvely, zsinór, mikroszálas tok, USB töltő kábel, 4 IceCaps

**Műszaki leírás:** Látogasson el a [www.dermlite.com/technical](http://www.dermlite.com/technical) webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba a helyi DermLite kereskedővel.

# Instructies

## Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor medische doeleinden om lichaamsoppervlakken te verlichten. Het wordt gebruikt voor niet-invasief visueel onderzoek van intacte huid.

Dit op batterijen werkende product is uitsluitend ontworpen voor uitwendig onderzoek binnen professionele gezondheidszorg door medische professionals.

Controleer voor gebruik de juiste werking van het apparaat! Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade.

**LET OP:** Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht. Patiënten moeten hun ogen sluiten tijdens de onderzoeken.

In geval van een ernstig incident met het gebruik van dit apparaat, dient u DermLite onmiddellijk op de hoogte te stellen en, indien vereist door de lokale regelgeving, uw nationale gezondheidsinstantie.

**OPGELET:** Gebruik dit apparaat niet in brand- of explosierisicogebieden (bijv. zuurstofrijke omgeving).

**WAARSCHUWING:** Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder methyleenchloride en zwaardig chroom, waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker of reproductietoxiciteit veroorzaken. Ga voor meer informatie naar [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnetische compatibiliteit

Dit apparaat voldoet aan de EMC-emissie- en immunitetsnormen van de norm IEC 60601-1-2: 2014. De emissiekenmerken van deze apparatuur maken het geschikt voor gebruik in zowel professionele gezondheidszorg als in woonomgevingen (CISPR 11 Klasse B). Deze apparatuur biedt voldoende bescherming voor radiocommunicatiendiensten. In het zeldzame geval van interferentie met de radiocommunicatiendienst, moet de gebruiker mogelijk mitigerende maatregelen nemen, zoals het verplaatsen of heroriënteren van apparatuur. **WAARSCHUWING:** Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuist gebruik. Als een dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur worden gecontroleerd om te controleren of ze normaal werken.

**WAARSCHUWING:** Het gebruik van andere accessoires dan de accessoires die door de fabrikant van deze apparatuur zijn geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuneit van deze apparatuur en kan leiden tot onjuist gebruik.

**WAARSCHUWING:** draagbare RF-zenders mogen niet dichter dan 30 cm (12 inch) bij enig onderdeel van het apparaat worden gebruikt. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur achteruitgaan.

**BELANGRIJK:** Laad voor het eerste gebruik de interne lithium-ionbatterij op. Zie "Batterij en opladen" voor meer informatie.

DermLite DL200 is een smartphone-compatibele pocketdermatoscoop met 10x vergroting bedoeld voor gepolariseerd en niet-gepolariseerd onderzoek van huidletsels, met of zonder huidcontact.

## IceCap®

Ter ondersteuning van uw maatregelen voor infectiebestrijding, klikt u een van de meegeleverde wegwerp IceCaps (IC) over de geïnstalleerde voorplaat (FP).

Houd uw apparaat zo vast dat de LED's op de huid zijn gericht. Plaats het apparaat ~ 25 mm boven de huid en druk op de aan / uit-knop (P) om het apparaat in te schakelen. Kijk door de lens met uw oog 25-50 mm boven de lens. Plaats het apparaat dichterbij of verder weg van de huid om de gewenste beeldfocus te verkrijgen. Voor dermoscopie met huidcontact of voor gebruik van de camera, draait u aan de draai-knop (D) om de afstandhouder (S) te vergroten en het beeld scherp te stellen.

Druk op de modusknop (M) om te schakelen tussen niet-gepolariseerde en gepolariseerde verlichting. De polarisatie-indicator (PI) licht op in gepolariseerde modus.

Druk op de aan / uit-knop (P) om uw DermLite uit te schakelen; het wordt automatisch na 3 minuten uitgeschakeld.

## Het afstandsstuk verwijderen.

Het afstandsstuk (S) kan worden verwijderd door de draai-knop (D) tegen de klok in te draaien voorbij een merkbare weerstand en deze vervolgens van het apparaat te trekken. Om de afstandhouder te bevestigen, steekt u de 3 poten in de 3 gaten totdat u weerstand voelt. Plaats het apparaat waterpas op een vlak oppervlak en duw gelijkmataar beneden terwijl u tegelijkertijd de draai-knop (D) met de klok mee draait.

## Het voorpaneel verwijderen.

De voorplaat (FP) kan eenvoudig van de afstandhouder (S) worden getrokken door deze bij de vingernagel inkepingen vast te pakken. Om het opnieuw te bevestigen, klikt u het eenvoudig terug op zijn plaats.

## Fotografie.

Uw DermLite DL200 kan op veel camera's of smartphones worden aangesloten met behulp van DermLite MagnetiConnect®-adapters (apart verkrijgbaar). Veeg vóór het maken van foto's de voorplaat (FP) schoon en verleng het afstandsstuk (S).

## Batterij en opladen

**WAARSCHUWING:** dit apparaat gebruikt een gespecialiseerde 3.7V 1800 mAh lithium-ionbatterij, die alleen bij DermLite of een erkende DermLite-dealer kan worden aangeschaft. Gebruik in geen geval een andere batterij dan die is ontworpen voor dit apparaat. Als u dit wel doet, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken. Dit apparaat is uitgerust met een laadindicator (CI) met vier niveaus. Als het toestel is ingeschakeld en volledig is opgeladen, lichten alle vier LED's op. Als het accu-niveau minder dan 75% bedraagt, lichten drie LED's op. Als de accu voor meer dan de helft leeg is, branden er twee LED's. Een enkele LED duidt op een resterende accu-capaciteit van minder dan 25%.

Om uw apparaat op te laden, sluit u de meegeleverde USB-C naar USB-kabel aan op de laadpoort (CP) en een (5V) USB-poort die voldoet aan IEC 60950-1.

De laadindicator (CI) knippert om het laden aan te geven. Het aantal knipperende LED's komt overeen met het laadniveau.

Als de accu volledig is opgeladen, lichten de vier indicatie-LED's op. Als het volledig is opgeladen, werkt het apparaat ongeveer 3-8 uur, afhankelijk van het gebruikte helderheidsniveau.

Na jaren van gebruik wilt u mogelijk de accu vervangen. Deze is enkel beschikbaar bij DermLite of een geautoriseerde dealer van DermLite.

Om de batterij (B) te verwijderen, verwijdert u het klikdeksel (C): Wrik het open, beginnend bij de kleine inkeping (N), met behulp van een schroevenendraaier, en werk dan rond het deksel om het volledig los te maken. Koppel de batterijstekker (BP) los, plaat een nieuwe batterij en sluit deze opnieuw aan. Bevestig de klep opnieuw stevig.

## Probleemplossingen

Kijk op [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com) voor de meest actuele informatie over probleemplossingen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, gaat u naar [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) of neem contact op met uw lokale DermLite-dealer.

## Verzorging en onderhoud

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen aan deze apparatuur zijn niet toegestaan.

Uw apparaat is ontworpen voor een probleemloze werking. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Voorafgaand aan gebruik bij een patiënt, kan de buitenkant van uw apparaat (behalve de optische onderdelen) worden schoongeveegd met isopropylalcohol (70% vol.). De lens moet worden behandeld als hoogwaardige fotografische apparatuur en moet worden gereinigd met standaard lensreinigingsapparatuur en beschermd tegen schadelijke chemicaliën. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of dompel het apparaat niet onder in vloeistof. Niet autoclaveren.

**Garantie:** 5 jaar op onderdelen en arbeid. De batterij heeft een garantie van 1 jaar.

## Verwijdering

Dit apparaat bevat elektronica en een lithium-ionbatterij die moet worden gescheiden voor verwijdering en mag niet worden weggegooid met het gewone huisvuil. Neem de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering in acht.

## Deze set bevat:

DL200 dermatoscoop (21 LED's, 25 mm 10x lens, spacer, voorplaat met 10 mm reticule), siliconen hoes, lanyard, microfiber behuizing, USB-oplaadkabel, 4 IceCaps

## Technische beschrijving

Ga naar [www.dermlite.com/technical/](http://www.dermlite.com/technical/) of neem contact op met uw lokale DermLite-dealer.

# Instrukcje

## Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone do celów medycznych do oświetlania powierzchni ciała. Służy do nieinwazyjnego badania wzrokowego nienaruszonej skóry.

Ten zasilany baterijnie produkt jest przeznaczony do badania zewnętrznego wyłącznie w profesjonalnych zakładach opieki zdrowotnej przez lekarzy.

Przed użyciem sprawdź poprawność działania urządzenia! Nie używaj go, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia.

**UWAGA:** Nie patrz bezpośrednio w światło LED. Podczas badań pacjenci muszą zamknąć oczy.

W przypadku poważnego incydentu związanego z korzystaniem z tego urządzenia, należy natychmiast powiadomić DermLite oraz, jeśli wymagają tego lokalne przepisy, krajowy urząd zdrowia.

**UWAGA:** Nie należy używać urządzenia w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem (np. W środowisku bogatym w tlen).

**OSTRZEŻENIE:** Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chlorku metylenu i sześciowartościowego chromu, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka lub wpływają szkodliwie na rozdrobniość.Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Zgodność elektromagnetyczna  
To urządzenie jest zgodne z wymogami dotyczącymi poziomu EMC w zakresie emisji i odporności normy IEC 60601-1-2: 2014.

Charakterystyka emisji tego urządzenia sprawia, że jest on odpowiedni do użytku w środowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej, a także w środowisku mieszkalnym (CISPR 11 klasa B). To urządzenie zapewnia odpowiednią ochronę usługi łączności radiowej. W rzadkich przypadkach zakłócania usługi łączności radiowej użytkownik może potrzebować środków łagodzących, takich jak przeniesienie lub zmiana orientacji sprzętu.

**OSTRZEŻENIE:** Należy unikać używania tego sprzętu w sąsiedztwie lub ustawiania go na stosie z innym sprzętem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie.

Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować ten sprzęt i inne urządzenia, aby sprawdzić, czy działają normalnie.

**OSTRZEŻENIE:** Korzystanie z akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub obniżenie odporności elektromagnetycznej tego urządzenia i nieprawidłowe działanie.

**OSTRZEŻENIE:** Przenośnych nadajników RF należy używać nie bliżej niż 30 cm (12 cali) od dolnej części urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia działania tego sprzętu.

**WAŻNE:** Przed pierwszym użyciem należy naładować wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Bateria i ładowanie”.

DermLite DL200 to kieszonkowy dermatoskop kompatybilny ze smartfonem z 10-krotnym powiększeniem przeznaczony do spolaryzowanego i niespolaryzowanego badania

zmian skórnnych, z kontaktem ze skórą lub bez.

**IceCap®:** Aby wesprzeć środki kontroli infekcji, zatrzaśnij jeden z dołączonych jednorazowych IceCaps (IC) nad zainstalowanym panelem przednim (FP). Aby usunąć i zutylizować, po prostu wyciągnij go.

Trzymaj urządzenie tak, aby diody LED były skierowane na skórę. Umieść urządzenie ~ 25 mm nad skórą i naciśnij przycisk zasilania (P), aby włączyć urządzenie. Spójrz przez soczewkę okiem 25-50 mm nad soczewką. Przesuń urządzenie bliżej lub dalej od skóry, aby uzyskać pożądaną ostrość obrazu. Aby wykonać dermoskopię z kontaktem ze skórą lub użyć aparatu, obróć pokrętło (D), aby wydłużyć element dystansowy (S) i ustawić ostrość obrazu.

Aby przełączyć między oświetleniem niespolaryzowanym i spolaryzowanym, naciśnij przycisk Trybu (M). Wskaźnik polaryzacji (PI) zapala się w trybie spolaryzowanym.

Aby wyłączyć DermLite, naciśnij przycisk zasilania (P); wyłącza się automatycznie po 3 minutach.

## Usuwanie elementu dystansowego.

Element dystansowy (S) można usunąć, obracając tarczę (D) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, poza zauważalny opór, a następnie ciągając ją z urządzenia. Aby przymocować podkładkę, włóż jej 3 nogi do 3 otworów, aż wyczuwalny będzie opór. Ustaw urządzenie poziomo na płaskiej powierzchni i równomiernie pchnij w dół, jednocześnie obracając pokrętło (D) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

## Zdejmowanie panelu czołowego.

Panel czołowy (FP) można po prostu wyciągnąć z przekładki (S), chwytając go za wycięcia na paznokciach. Aby ponownie podłączyć, po prostu zatrzaśnij go z powrotem na miejscu.

## Fotografia.

Twój DermLite DL200 może być podłączony do wielu aparatów lub smartfonów za pomocą adapterów DermLite MagnetiConnect® (sprzedawanych osobno). Przed zrobieniem zdjęć wytrzyj panel przedni (FP) do czysta i wysuń podkładkę dystansową (S).

**Bateria i ładowanie:** **OSTROŻNIE:** To urządzenie korzysta ze specjalistycznej baterii litowo-jonowej 3.7V 1800 mAh, która można kupić tylko w sieci DermLite lub u autoryzowanego sprzedawcy DermLite. W żadnym wypadku nie należy używać innej baterii niż ta przeznaczona dla tego urządzenia.

To urządzenie jest wyposażone w czteropoziomowy wskaźnik ładowania (CI). Gdy urządzenie jest włączone i w pełni naładowane, zapalają się wszystkie cztery diody LED. Gdy pozostało mniej niż 75% żywotności baterii, świeci trzy diody LED. Jeśli rozładowuje się ponad połowa baterii, zapala się dwie diody LED, a jedna dioda LED wskazuje, że pozostało mniej niż 25% pojemności baterii. Aby naładować urządzenie, podłącz dostarczony kabel USB-C do USB do portu

ładowania (CP) i dowolnego portu USB zgodnego z IEC 60950-1 (5 V). Wskaźnik ładowania (CI) pulsuje, wskazując ładowanie, przy czym liczba pulsujących diod LED odpowiada poziomowi naładowania. Po zakończeniu ładowania zapalają się wszystkie cztery wskaźniki LED. Po latach użytkowania możesz chcieć wymienić baterię, która jest dostępna tylko bezpośrednio w DermLite lub u autoryzowanego sprzedawcy DermLite.

Aby wyjąć baterię (B), zdejmij zatrzaskową pokrywę (C): Podważ ją, zaczynając od małego wycięcia (N), za pomocą śrubokręta, a następnie obejdź osłonę, aby ją całkowicie zwolnić. Odlacz wtyczkę akumulatora (BP), włóż nową baterię i podłącz ponownie. Zamocuj bezpiecznie pokrywę.

**Rozwiązywanie problemów:** Sprawdź [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com), aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Jeśli Twoje urządzenie wymaga serwisowania, odwiedź [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą DermLite.

## Opieka i utrzymanie

**OSTRZEŻENIE:** Żadna modyfikacja tego sprzętu nie jest dozwolona.

Twoje urządzenie jest zaprojektowane do bezproblemowego działania. Napawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Przed użyciem na pacjencie zewnętrzna stronę urządzenia (z wyjątkiem części optycznych) można wyrzeźć do czysta alkoholem izopropylowym (70% obj.). Obiektyw należy traktować jako wysokiej jakości sprzęt fotograficzny i należy go czysty standardowym sprzętem do czyszczenia obiektywu oraz chronić przed szkodliwymi chemikaliami. Nie używaj szorstkich środków czyszczących ani nie zanurzaj urządzenia w cieczy. Nie autoklawować.

**Gwarancja:** 5 lat na część i robocznę. Bateria jest objęta gwarancją przez 1 rok.

**Utylizacja:** To urządzenie zawiera elektronikę i akumulator litowo-jonowy, które należy wydzielić w celu utylizacji i nie można ich wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania.

## Ten zestaw zawiera:

Dermatoskop DL200 (21 diod LED, soczewka 25 mm 10x, przekładka, płyta czołowa z siatką 10 mm), silikonowy ręczak, smycz, futerał z mikrofibry, kabel ładowający USB, 4 IceCaps

**Opis techniczny:** odwiedź [www.dermlite.com/technical](http://www.dermlite.com/technical) lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą DermLite.

# Instruções

## Uso Pretendido

Este dispositivo destina-se a fins médicos para iluminar as superfícies do corpo. É usado para exame visual não invasivo da pele intacta.

Este produto operado por bateria foi projetado para exame externo somente em instalações profissionais de saúde por profissionais médicos.

Verifique o funcionamento correto do dispositivo antes da utilização! Não utilize o dispositivo se existirem sinais visíveis de danos.

**CUIDADO:** Não olhe diretamente para a luz do LED. Os pacientes devem fechar os olhos durante os exames.

No caso de um incidente grave com o uso deste dispositivo, notifique o DermLite imediatamente e, se exigido pela legislação local, sua autoridade nacional de saúde.

**CUIDADO:** não use o dispositivo em áreas de risco de incêndio ou explosão (por exemplo, ambiente rico em oxigénio).

**AVISO:** Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo cloreto de metíleno e cromo hexavalente, que são conhecidos no Estado da Califórnia por causar câncer ou toxicidade reprodutiva. Para obter mais informações, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Compatibilidade eletromagnética

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de nível de EMC e imunidade da norma IEC 60601-1-2: 2014. As características de emissão deste equipamento o tornam adequado para uso em ambientes profissionais de saúde, bem como em ambientes residenciais (CISPR 11 Classe B). Este equipamento oferece proteção adequada ao serviço de comunicação por rádio. No raro evento de interferência no serviço de radiocomunicação, o usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento. **AVISO:** O uso deste equipamento adjacente ou empilhado com outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se tal uso for necessário, este equipamento e o outro equipamento devem ser observados para verificar se estão funcionando normalmente.

**AVISO:** O uso de acessórios diferentes dos fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em operação inadequada.

**AVISO:** Os transmissores portáteis de RF não devem ser usados a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do dispositivo. Caso contrário, poderá resultar em degradação do desempenho deste equipamento.

**IMPORTANTE:** Antes da utilização inicial, carregue a bateria de iões de lítio interna. Consultar "Bateria e Carregamento" para obter detalhes.

O DermLite DL200 é um dermatoscópio de bolso compatível com smartphone com ampliação de 10x destinado ao exame polarizado e não polarizado de lesões de pele, com ou sem contato com a pele.

## IceCap®

Para apoiar as suas medidas de controlo de infecção, encaixe um dos IceCaps (IC) descartáveis incluídos no painel frontal (PF) instalado.

Segure o dispositivo para que os LEDs fiquem direcionados para a pele. Posicione o dispositivo

~ 25 mm acima da pele e pressione o botão Liga / Desliga (P) para ligar o dispositivo. Olhe através da lente com o olho 25-50 mm acima da lente. Mova o dispositivo para mais perto ou mais longe da pele para obter o foco da imagem desejado. Para dermatoscopia com contato com a pele ou para uso da câmera, gire o Dial (D) para estender o espaçador (S) e focalizar a imagem.

Para alternar entre iluminação não polarizada e polarizada, pressione o botão Modo (M). O indicador de polarização (PI) acende no modo polarizado.

Para desligar o DermLite, pressione o botão Liga / Desliga (P); desliga-se automaticamente após 3 minutos.

## Remoção do espaçador.

O espaçador (S) pode ser removido girando o Dial (D) no sentido anti-horário além de uma resistência perceptível e puxando-o para fora do dispositivo. Para prender o espaçador, insira suas 3 pernas nos 3 orifícios até sentir resistência. Coloque o nível do dispositivo em uma superfície plana e empurre para baixo uniformemente enquanto gira o Dial (D) no sentido horário.

## Remoção do painel frontal.

O painel frontal (FP) pode ser simplesmente retirado do espaçador (S), agarrando-o nos entalhes das unhas. Para recolocar, basta encaixá-lo novamente.

## Fotografia.

Seu DermLite DL200 pode ser conectado a muitas câmeras ou smartphones usando os adaptadores DermLite MagnetiConnect® (vendidos separadamente). Antes de tirar fotos, limpe o painel frontal (FP) e estenda o espaçador (S).

## Bateria e carregamento

**CUIDADO:** Este dispositivo usa uma bateria de iões de lítio de 3.7V 1800 mAh especializada, que só pode ser adquirida à DermLite ou a um agente autorizado DermLite. Não utilize, em nenhuma circunstância, uma bateria diferente da concebida para esta unidade. Se o fizer poderá provocar danos na unidade.

Este aparelho está equipado com um Indicador de Carga (CI) de quatro níveis. Quando a unidade está ligada e totalmente carregada, todos os quatro LED acendem. Quando a carga da bateria for inferior a 75%, acendem três LED. Se mais de metade da bateria estiver descarregada, acendem dois LED, enquanto um único LED indica que a capacidade da bateria é inferior a 25%.

Para carregar o seu aparelho, ligue o cabo USB-C para USB fornecido à Porta de Carregamento (CP) e a qualquer porta USB (5V) em conformidade com a IEC 60950-1.

O Indicador de Carga (IC) pulsa para indicar que está a carregar, sendo o nível de carga indicado pelo número de LED a pulsar.

Quando o carregamento estiver concluído, todos os quatro indicadores LED acendem. Com a carga completa, o aparelho pode funcionar durante cerca de 3 a 8 horas, dependendo do nível de luminosidade utilizado.

Após anos de utilização, pode querer substituir a bateria, que só se encontra disponível na DermLite ou num revendedor DermLite autorizado.

Para remover a bateria (B), remova a tampa de encaixe (C): Abra-a, iniciando no pequeno entalhe (N), usando uma chave de fenda, e

contorne a tampa para soltá-la completamente. Desconecte o plugue da bateria (BP), insira uma nova bateria e reconecte. Recoloque a tampa com segurança.

## Resolução de problemas

Consulte [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com) para obter as informações mais recentes sobre a resolução de problemas. Se o seu dispositivo precisar de manutenção, consulte [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) ou entre em contacto com o seu agente local da DermLite.

## Cuidado e manutenção

**AVISO:** Nenhuma modificação deste equipamento é permitida.

Seu dispositivo foi projetado para operação sem problemas. Os reparos devem ser feitos apenas por pessoal qualificado.

Antes de usar em um paciente, o exterior do seu dispositivo (exceto as partes ópticas) pode ser limpo com álcool isopropílico (70% vol.). A lente deve ser tratada como equipamento fotográfico de alta qualidade e deve ser limpa com equipamento de limpeza de lente padrão e protegida de produtos químicos nocivos. Não use produtos de limpeza abrasivos nem mergulhe o dispositivo em líquidos. Não autoclave.

**Garantia:** 5 anos para peças e mão de obra. A bateria tem garantia de 1 ano.

## Eliminação

Este dispositivo contém componentes eletrónicos e uma bateria de iões de lítio que devem ser separados para eliminação e não podem ser eliminados no lixo doméstico. Por favor, respeite os regulamentos locais sobre eliminação.

## Este conjunto inclui:

Dermatoscópio DL200 (21 LEDs, lente 25 mm 10x, espaçador, placa com retículo de 10 mm), manga de silicone, cordão, estojo de microfibra, cabo de carregamento USB, 4 IceCaps

## Descrição Técnica

Para a descrição técnica, visite [www.dermlite.com/technical/](http://www.dermlite.com/technical/) ou entre em contacto com o agente local DermLite.

Em conformidade com a RDC 67:2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a DermLite notificará imediatamente o Departamento de Produtos Médicos da Bleymed e outros distribuidores no Brasil quando uma Reclamação Reportável (envolvendo eventos adversos) for reportada à FDA nos termos do Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR), Parte 803 ou 804, ou dos requisitos de vigilância de outras jurisdições.

# Instrucțiuni

## Utilizarea prevăzută

Acest dispozitiv este destinat scopurilor medicale pentru iluminarea suprafețelor corpului. Este utilizat pentru examinarea vizuală neinvazivă a pielii intacte.

Acest produs cu baterie este conceput pentru examinări externe numai în cadrul unităților medicale profesionale de către profesioniștii medicali.

Verificați funcționarea corectă a dispozitivului înainte de utilizare! Nu-l utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare.

**ATENȚIE:** Nu priviți direct pe lumina LED. Pacienții trebuie să închidă ochii în timpul examinărilor.

În cazul unui incident grav cu utilizarea acestui dispozitiv, anunțați imediat DermLite și, dacă este necesar de reglementările locale, autoritatea dumneavoastră națională de sănătate.

**ATENȚIE:** Nu folosiți dispozitivul în foc sau în zona de risc exploziv (de exemplu, mediu bogat în oxigen).

**AVERTISMENT:** Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv cloruri de metilen și crom hexavalent, care sunt cunoscute de statul California pentru a provoca cancer sau toxicitate asupra funcției de reproducere. Pentru mai multe informații, accesați [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Compatibilitatea electromagnetică

Acest dispozitiv respectă cerințele privind emisiile EMC și nivelul imunității din standarul IEC 60601-1-2: 2014. Caracteristicile de emisie ale acestui echipament îl fac potrivit pentru utilizarea în mediul profesional de asistență medicală, precum și în mediul rezidențial (Clasa B CISPR 11). Acest echipament oferă o protecție adecvată serviciului de comunicații radio. În cazul rarelor interferențe cu serviciul de comunicații radio, utilizatorul ar putea fi nevoie să ia măsuri de atenuare, precum mutarea sau reorientarea echipamentelor.

**AVERTIZARE:** Folosirea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente trebuie evitată, deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare.

Dacă o astfel de utilizare este necesară, acest echipament și celelalte echipamente ar trebui să fie respectate pentru a verifica dacă funcționează normal.

**AVERTIZARE:** Folosirea altor accesorii decât cele furnizate de producătorul acestui echipament poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electomagnetice a acestui echipament și poate duce la o funcționare necorespunzătoare.

**AVERTIZARE:** Transmițătorii RF portabili trebuie folosiți nu mai aproape de 30 cm (12 inci) de orice parte a dispozitivului. În caz contrar, ar putea rezulta degradarea performanței acestui echipament.

**IMPORTANT:** Înainte de utilizarea inițială, vă rugăm să încărcați bateria internă cu ioni de litiu. Consultați „Baterie și încărcare” pentru detalii.

DermLite DL200 este un dermatoscop de buzunar compatibil cu smartphone, cu mărire de 10x, destinat examinării polarizate și

nepolarizate a leziunilor cutanate, cu sau fără contact cu pielea.

**IceCap®:** Pentru a sprijini măsurile de control al infecției, trageți una dintre cele IceCaps (IC) de unică folosință incluse pe placă de față instalată (FP). Pentru a scoate și a elmina, pur și simplu scoateți-l.

țineți dispozitivul astfel încât ledurile să fie orientate spre piele. Poziționați dispozitivul ~ 25mm deasupra pielii și apăsați butonul de pornire (P) pentru a porni dispozitivul. Priveste lentila cu ochiul cu 25-50 mm deasupra obiectivului. Îndepărtați dispozitivul mai aproape sau mai departe de piele pentru a obține focalizarea dorită a imaginii. Pentru dermoscopie cu contact cu pielea sau pentru utilizarea camerei, roțiți cadranul (D) pentru a extinde distanțierul și a focaliza imaginea. Pentru a comuta între iluminarea nepolarizată și polarizată, apăsați butonul Mode (M). Indicatorul de polarizare (PI) se aprinde în modul polarizat.

Pentru a opri DermLite, apăsați butonul Power (P); se stinge automat după 3 minute.

## Îndepărțarea distanțierului.

Distanțatorul (distanțele) poate fi îndepărtat prin rotirea cadranului (D) în sensul acelor de ceasornic, dincolo de o rezistență vizibilă, apoi trăgând-o de pe dispozitiv. Pentru a fixa distanțierul, introduceți cele 3 picioare în cele 3 găuri până când se resimte rezistență. Puneți nivelul dispozitivului pe o suprafață plană și împingeți-l uniform în timp ce roțiți simultan butonul (D) în sensul acelor de ceasornic.

## Scoaterea plăcii de față.

Faceplate (FP) poate fi pur și simplu smuls de distanțier (S) prințându-l la crestăturile unghilor. Pentru a reasambla, pur și simplu fixați-l înapoi.

## Fotografie.

DermLite DL200 dvs. poate fi atașat la multe camere sau smartphone-uri folosind adaptoare DermLite MagnetiConnect® (vândute separat). Înainte de a face fotografii, stergeți Faceplate (FP) curățat și extindeți distanțierul (S).

**Baterie și încărcare:** **ATENȚIE:** Acest dispozitiv folosește o baterie specializată de ioni de litiu de 3.7V 1800 mAh, care poate fi achiziționată doar de la DermLite sau de la un dealer DermLite autorizat. Nu folosiți în niciun caz o altă baterie decât cea proiectată pentru acest aparat.

Acest dispozitiv este echipat cu un indicator de încărcare (CI) la patru niveluri. Când unitatea este pornită și încărcată complet, toate cele patru leduri se aprind. Când rămâne mai puțin de 75% din durata de viață a bateriei, trei LED-uri sunt iluminate. Dacă mai mult de jumătate din baterie este evacuată, două LED-uri sunt pornite, în timp ce un singur LED indică faptul că rămâne mai puțin de 25% din capacitatea bateriei. Pentru a încărca dispozitivul, conectați cablul USB-C furnizat la portul de încărcare (CP) și orice port USB compatibil cu IEC 60950-1 (5V). Indicatorul de încăr-

care (CI) pulsează pentru a indica încărcarea, numărul LED-urilor pulsante corespunzând nivelului de încărcare. Când încărcarea este completă, toate cele 4 LED-uri indicatoare se aprind. După anii de utilizare, este posibil să doriti să repuneți bateria, care este disponibilă doar direct de la DermLite sau de la un dealer DermLite autorizat.

Pentru a scoate bateria (B), detaşați capacul de fixare (C): Încercați-l să se deschidă, începând de la mica crestătură (N), folosind o surubelnită, apoi rulați-vă în jurul capacului pentru a-l elibera complet. Deconectați mufa bateriei (BP), introduceți o baterie nouă și reconectați-vă. Reașerați capacul în siguranță.

**Depanare:** Vă rugăm să verificați [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) pentru cele mai actuale informații de depanare. Dacă dispozitivul dvs. necesită service, accesați [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) sau contactați distribuitorul local DermLite.

## Îngrijire și întreținere

**AVERTIZARE:** Nu este permisă nici o modificare a acestui echipament.

Dispozitivul dvs. este proiectat pentru o funcționare fără probleme. Reparațiile se fac numai de către personalul de service calificat.

Înainte de utilizare la un pacient, exteriorul dispozitivului (cu excepția părților optice) poate fi șters curat cu alcool izopropilic (70% vol.). Obiectivul trebuie tratat ca un echipament fotografic de înaltă calitate și trebuie curățat cu echipamente standard de curățare a lentilelor și protejat de substanțele chimice dăunătoare. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi și nu scufundați dispozitivul în lichid. Nu vă autoclavează.

**Garanție:** 5 ani pentru piese și forță de muncă. Bateria este garantată timp de 1 an.

**Eliminare:** Acest dispozitiv conține echipamente electronice și o baterie de ioni de litiu care trebuie separate pentru eliminare și care nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere generale. Vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare.

## Acest set include:

Dermatoscop DL200 (21 LED-uri, lentilă de 10 mm de 10 mm, distanțier, placă frontală cu reticulă de 10 mm), manșon siliconic, lance, carcăsa din microfibra, cablu de încărcare USB, 4 IceCaps

**Descriere tehnică:** Accesați [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) sau contactați distribuitorul local DermLite.

# Navodila

## Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena za medicinske namene za osvetlitev telesnih površin. Uporablja se za neinvazivni vizualni pregled nedotaknjene kože.

Ta izdelek, ki deluje na baterije, je zasnovan za zunanjji pregled v zdravstvenih ustanovah, ki ga izvajajo zdravstveni delavci.

Pred uporabo preverite pravilno delovanje naprave! Ne uporabljajte ga, če so vidni znaki poškodb.

**POZOR:** Ne glejte direktno v LED lučko.

Bolniki morajo med pregledi zapreti oči.

V primeru resnega incidenta z uporabo te naprave takoj obvestite DermLite in, če to zahtevajo lokalni predpisi, vaš nacionalni zdravstveni organ.

**POZOR:** Naprave ne uporabljajte v nevarnem ali eksplozivnem območju (npr. V okolju, bogatem s kisikom).

**OPOZORILO:** Ta izdelek vas lahko izpostavi kemikalijam, vključno z metilen kloridom in šestivalentnim kromom, za katere država Kalifornija ve, da povzročajo raka ali strupenost za razmnoževanje. Za več informacij obiščite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnetna združljivost

Ta naprava ustrezza zahtevam EMC za emisije in imuniteto standarda IEC 60601-1-2: 2014. Emisijske značilnosti te opreme omogočajo uporabo v profesionalnem zdravstvenem in stanovanjskem okolju (CISPR 11, razred B). Ta oprema nudi ustrezno zaščito radijskim komunikacijskim storitvam. V redkih primerih motenja radijske komunikacijske storitve bo uporabnik morda moral sprejeti omilitvene ukrepe, na primer premestitev ali preusmeritev opreme. **OPOZORILO:** Izogibajte se uporabi te opreme, ki je v bližini ali zloženo z drugo opremo, ker lahko pride do nepravilnega delovanja. Če je taka uporaba potrebna, je treba to opremo in drugo opremo opazovati, da preverita, ali normalno delujeta.

**OPOZORILO:** Uporaba dodatkov, razen tistih, ki jih je zagotovil proizvajalec te opreme, lahko povzroči povečane elektromagnetne emisije ali zmanjšano elektromagnetno odpornost te opreme in povzroči nepravilno delovanje.

**OPOZORILO:** Prenosne radiofrekvenčne oddajnike ne smete uporabljati na nižjih 30 cm od katerega koli dela naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti te opreme.

**POMEMBNO:** Pred prvo uporabo napolnite notranjo litij-ionsko baterijo. Za podrobnosti glejte »Baterija in polnjenje«.

DermLite DL200 je žepni dermatoskop, združljiv s pametnimi telefoni, z 10-kratno povečavo, namenjen polariziranemu in nepolariziranemu pregledu kožnih

poškodb, s stikom s kožo ali brez nje.

**IceCap®:** Da bi podprli svoje ukrepe za nadzor okužbe, priklopite enega od priloženih IceCaps za enkratno uporabo (IC) čez nameščeno prednjo ploščo (FP). Če ga želite odstraniti in odstraniti, ga preprosto potegnite.

Napravo držite tako, da so LED-ji usmerjeni na kožo. Napravo postavite približno 25 mm nad kožo in pritisnite gumb za vklop (P), da vklopite napravo. Skozi objektiv poglejte 25-50 mm nad lečo. Napravo pomaknite bližje ali dlje od kože, da dobite želeno ostrino slike. Za dermoskopijo s stikom s kožo ali za uporabo s kamerou obrnite gumb (D), da podaljšate distančnik (S) in izostrite sliko.

Če želite preklopiti med nepolarizirano in polarizirano osvetlitvijo, pritisnite gumb Mode (M). Polarizacijski indikator (PI) zasveti v polariziranim načinu.

Če želite izklopiti svoj DermLite, pritisnite gumb za vklop (P); samodejno se izklopi po 3 minutah.

## Odstranitev distančnika.

Distančnik (S) lahko odstranite tako, da zavrtite gumb (D) v nasprotni smeri urinega kazalca za opazen upor in ga nato izvlecite iz naprave. Če želite pritrdiriti distančnik, vstavite njegove 3 noge v tri luknje, dokler ne začutite upora. Postavite raven naprave na ravno površino in jo enakomerno potisnite navzdol, hkrati pa vrtite gumb (D) v smeri urinega kazalca.

## Odstranjevanje prednje plošče.

Prednjo ploščico (FP) lahko preprosto potegnete s ploščico (FP) tako, da jo zgrabitte za zareze nohtov. Če želite ponovno pritrdiriti, ga preprosto zaskočite na mestu.

## Fotografija.

Vaš DermLite DL200 je mogoče pritrdirti na številne fotoaparate ali pametne telefone z uporabo adapterjev DermLite MagnetiConnect® (prodaja se posebej). Pred fotografiranjem obrišite prednjo ploščo (FP) in podaljšajte distančnik (S).

**Baterija in polnjenje:** **POZOR:** Ta naprava uporablja specializirano litij-ionsko baterijo 3.7V 1800 mAh, ki jo je mogoče kupiti samo pri DermLite ali pri pooblaščenem prodajalcu DermLite. V nobenem primeru ne uporabljajte druge baterije, razen tiste, ki je bila zasnovana za to enoto.

Ta naprava je opremljena s štiristopenjskim indikatorjem polnjenja (CI). Ko je enota vklapljena in popolnoma napolnjena, svetijo vse štiri LED. Ko ostane manj kot 75% življenjske dobe baterije, svetijo tri LED. Če je več kot polovica akumulatorja izpraznjena, svetita dve LED-luči, ena sama LED-lučka pa kaže, da ostane

manj kot 25% kapacitete baterije. Če želite napolniti svojo napravo, priključite priloženi USB-C s kablom USB na vrata za polnjenje (CP) in na katera koli USB vrata, združljiva s standardom IEC 60950-1. Indikator polnjenja (CI) utripa, kar kaže na polnjenje, pri čemer število utripajočih LED diod ustreza ravni napoljenosti.

Ko je polnjenje končano, svetijo vse štiri indikatorske LED. Po letih uporabe boste morda že zeleli ponovno namestiti baterijo, ki je na voljo samo neposredno pri DermLite ali pooblaščenem prodajalcu DermLite.

Če želite odstraniti baterijo (B), snemite pritrdirni pokrov (C): Odprite ga, začenši z majhnim zarezom (N), z izvijačem, nato pa se potrudite okoli pokrova, da ga popolnoma sprostite. Odklopite napajalni vtič (BP), vstavite novo baterijo in ponovno priključite. Varno pritrdirite pokrov.

**Odpravljanje težav:** Najnovejše informacije o odpravljanju napak poiščite na [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com). Če vaša naprava zahteva servisiranje, obiščite [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) ali se obrnite na lokalnega prodajalca DermLite.

## Nega in vzdrževanje

**OPOZORILO:** Spremembe te opreme niso dovoljene.

Vaša naprava je zasnovana za nemoteno delovanje. Popravila lahko opravi samo usposobljeno servisno osebje.

Pred uporabo na pacientu lahko zunanjost naprave (razen optičnih delov) obrišete z izopropilnim alkoholom (70 vol.-%). Objektiv je treba obravnavati kot kako-vostno fotografjsko opremo in ga očistiti s standardno opremo za čiščenje leč ter zaščititi pred škodljivimi kemikalijami. Ne uporabljajte abrazivnih čistil in ne potopite naprave v tekočino. Ne avtoklavirajte.

**Garancija:** 5 let za dele in delo. Za baterijo velja 1 leto.

**Odstranjevanje:** Ta naprava vsebuje elektroniko in litij-ionsko baterijo, ki jih je treba ločiti za odstranjevanje in jih ne smete odvreči skupaj s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju.

## Ta komplet vključuje:

Dermatoskop DL200 (21 LED, 25 mm 10x leča, distančnik, prednja plošča z 10 mm vtičnico), silikonski tulec, jermen, ohišje iz mikrolaken, USB polnilni kabel, 4 IceCaps

**Tehnični opis:** Obiščite spletno mesto [www.dermelite.com/techniki](http://www.dermelite.com/techniki) ali se obrnite na lokalnega prodajalca DermLite.

# Inštrukcie

## Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je určené na lekárske účely na osvetlenie povrchov tela. Používa sa na neinvazívne vizuálne vyšetrenie neporušenej kožu.

Tento výrobok napájaný z batérií je určený na externé vyšetrenie iba v rámci zdravotníckych zariadení zdravotníckych pracovníkov.

Pred použitím skontrolujte správnu funkciu prístroja! Nepoužívajte ho, ak existujú viditeľné známky poškodenia.

**UPOZORNENIE:** Nepozeraťte sa priamo do svetla LED. Počas vyšetrení musia pacienti zavrieť oči.

V prípade vážneho incidentu pri používaní tohto zariadenia, okamžite informujte DermLite a, ak to vyžadujú miestne predpisy, vás národný zdravotný úrad.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte zariadenie v oblasti s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (napr. V prostredí bohatom na kyslík).

**UPOZORNENIE:** Tento výrobok vás môže vystaviť chemikáliám vrátane metylénchloridu a šesťmocného chrómu, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu alebo reprodukčnú toxicitu. Viac informácií nájdete na [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnetická kompatibilita

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám na úroveň emisií EMC a odolnosti podľa normy IEC 60601-1-2: 2014. Vďaka emisným charakteristikám je toto zariadenie vhodné na použitie v profesionálnom zdravotnom prostredí, ako aj v obytnom prostredí (CISPR 11 trieda B). Toto zariadenie poskytuje primeranú ochranu pre rádiokomunikačné služby. V zriedkavých prípadoch rušenia rádiokomunikačných služieb môže byť potrebné, aby užívateľ prijal opatrenia na zmierenie, ako je premiestnenie alebo presmerovanie zariadenia. **VÝSTRAHA:** Vyhnite sa používaniu tohto zariadenia v susedstve alebo naskladanom s iným zariadením, pretože by to mohlo mať za následok nesprávnu prevádzku. Ak je takéto použitie potrebné, toto zariadenie a ďalšie vybavenie by sa mali dodržiavať, aby sa overilo, či fungujú normálne.

**VÝSTRAHA:** Použitie iného príslušenstva ako je uvedené výrobcom tohto zariadenia by mohlo mať za následok zvýšenie elektromagnetických emisií alebo zníženie elektromagnetickej imunity tohto zariadenia a viest k nesprávnej prevádzke.

**VAROVANIE:** Prenosné RF vysielače by sa nemali používať bližšie ako 30 cm (12 palcov) od ktorejkolvek časti zariadenia. Inak by mohlo dôjsť k zhoršeniu výkonu tohto zariadenia.

**DÔLEŽITÉ:** Pred prvým použitím nabite internú lítium-iónovú batériu. Podrobnosti nájdete v časti „Batéria a nabíjanie“.

DermLite DL200 je vreckový dermatoskop kompatibilný s telefónom s 10-násobným

zväčšením určený na polarizované a nepolárne vyšetrenie kožných lézií s kontaktom alebo bez kontaktu s kožou.

**IceCap®:** Aby ste podporili vaše opatrenia na kontrolu infekcie, zacvaknite jeden z priložených jednorazových ľadových máp (IC) na nainštalovaný čelný panel (FP). Ak ju chcete odstrániť a zlikvidovať, jednoducho ju vytiahnite.

Držte zariadenie tak, aby LED smerovali k pokožke. Umiestnite zariadenie ~ 25 mm nad pokožku a stlačením tlačidla napájania (P) zapnite zariadenie. Pozerať sa objektívom svojim okom 25-50 mm nad objektívom. Premiestnite zariadenie bližšie alebo ďalej od pokožky, aby ste dosiahli požadované zaostrenie. Pri dermoskopii s kontaktom s pokožkou alebo pri použití fotoaparátu otočte číselník (D), aby ste roztiahli medzerník (S) a zaostriť obraz. Ak chcete prepínať medzi polarizovaným a polarizovaným osvetlením, stlačte tlačidlo Mode (M). Indikátor polarizácie (PI) sa rozsvieti v polarizovanom režime. Ak chcete DermLite vypnúť, stlačte vypínač (P); automaticky sa vypne po 3 minútach.

## Demontáž rozpery.

Dištančný stípk (S) je možné odstrániť otočením číselníka (D) proti smeru hodinových ručičiek za viditeľný odpor a jeho vytiahnutím zo zariadenia. Ak chcete pripojiť dištančný stíp, vložte jeho 3 nohy do 3 otvorov, až kým nepocítíte odpor. Položte prístroj na rovnú plochu a rovnomerne zatlačte nadol a súčasne otáčajte kolieskom (D) v smere hodinových ručičiek.

## Demontáž čelnej dosky.

Čelnú dosku (FP) možno jednoducho vytiahnuť z rozpery (S) tak, že ju chytíte za zárezky na nechte. Ak ju chcete znova pripojiť, jednoducho ju zacvaknite na miesto.

## Fotografovanie.

Vás DermLite DL200 môže byť pripojený k mnohým kamerám alebo smartfónom pomocou adaptérów DermLite MagnetiConnect® (predáva sa osobitne). Pred fotografovaním utrite Faceplate (FP) a očistite a roztiahnite medzerník (S).

**Batéria a nabíjanie:** **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie používa špeciálnu lítium-iónovú batériu 3.7V 1800 mAh, ktorú je možné kúpiť iba od DermLite alebo od autorizovaného predajcu DermLite. Za žiadnych okolností nepoužívajte inú batériu, ako je batéria navrhnutá pre tento prístroj.

Toto zariadenie je vybavené štvorúrovňovým indikátorom nabíjania (CI). Keď je jednotka zapnutá a úplne nabité, rozsvietia sa všetky štyri LED diódy. Ak zostane menej ako 75% výdrže batérie, rozsvietia sa tri kontrolky LED. Ak je vybitá viac ako polovica batérie, rozsvietia sa dve kontrolky LED, zatiaľ čo jedna kontrolka LED signalizuje, že zostáva menej ako

25% kapacity batérie. Na nabicie zariadenia pripojte dodaný kábel USB-C k USB k portu nabíjania (CP) a ku každému portu USB kompatibilnému s normou IEC 60950-1 (5V). Indikátor nabíjania (CI) pulzuje, aby indikoval nabíjanie, s počtom pulzujúcich LED, ktoré zodpovedajú úrovni nabitia. Po dokončení nabíjania sa rozsvietia všetky štyri kontrolky. Po rokoch používania môžno budete chcieť znova vložiť batériu, ktorá je k dispozícii iba priamo od DermLite alebo od autorizovaného predajcu DermLite.

Ak chcete vybrať batériu (B), odpojte zacvakávací kryt (C): Odskrutkujte ho, začnite od malého záreza (N) pomocou skruckovača, potom ho obopnite okolo krytu, aby ste ho úplne uvolnili. Odpojte zástrčku batérie (BP), vložte novú batériu a znova ju pripojte. Znova pripojte kryt.

**Riešenie problémov:** Najnovšie informácie o riešení problémov nájdete na stránke [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com). Ak vaše zariadenie vyžaduje servis, navštívte stránku [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) alebo sa obráťte na miestneho predajcu DermLite.

## Starostlivosť a údržba

**VAROVANIE:** Nie je povolená žiadna úprava tohto zariadenia. Vaše zariadenie je navrhnuté na bezproblémovú prevádzku. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál.

Pred použitím na pacientovi môže byť povrch vášho prístroja (okrem optických častí) očistený izopropylalkoholom (70% obj.). S objektívom by sa malo zaobchádzať ako s fotografickým zariadením vysokej kvality a malo by sa čistiť štandardným zariadením na čistenie šošoviek a chrániť pred škodlivými chemikáliami. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani neponárajte zariadenie do tekutiny. Nečakuje v autokláve.

**Záruka:** 5 rokov na diely a prácu. Na batériu sa poskytuje záruka na 1 rok.

**Likvidácia:** Tento prístroj obsahuje elektroniku a lítium-iónovú batériu, ktorá sa musí separovať na likvidáciu a nesmie sa likvidovať s bežným domovým odpadom. Dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii.

## Táto sada obsahuje:

DL200 dermatoskop (21 LED, 25 mm 10x šošovka, rozpera, čelná doska s 10 mm retikulom), silikónové puzdro, šnúrka, puzdro z mikrovlákna, nabíjací kábel USB, 4 IceCaps

**Technický popis:** Navštívte [www.dermlite.com/technical](http://www.dermlite.com/technical) alebo sa obráťte na miestneho predajcu DermLite.

# Ohjeet

## Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu lääkinnällisiin tarkoituksiin kehon pintojen valaisemiseksi. Sitä käytetään ehjän ihon ei-invasiiviseen visuaaliseen tutkimiseen.

Tämä akkukäytöinen tuote on suunniteltu vain lääketieteen ammattilaisten suorittamaan ulkopuoliselle tutkimukselle. Tarkista laitteen oikea toiminta ennen käyttöä! Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä merkkejä vaurioista.

**HUOMIO:** Älä katso suoraan LED-valoon. Potilaiden on suljettava silmänsä tutkimuksen ajaksi.

Jos kyseessä on vakava vaaratilanne tämän laitteen käytössä, ilmoita siitä välittömästi DermLiteille ja, jos paikalliset määräykset sitä vaativat, kansalliselle terveysviranomaiselleesi.

**VAROTOIMI:** Älä käytä laitetta tulipalovaara- tai räjähdyssalilla alueella (esim. happirikas ympäristö).

**VAROITUS:** Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, mukaan lukien metyleenikloridi ja kuusiarvoisen kromi, joiden Kalifornian osavaltion tiedetään aiheuttavan syöpää tai lisääntymistoksisuutta. Lisätietoja on osoitteessa [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Elektromagneettinen yhteensopivuus**  
Tämä laite täyttää standardin IEC 60601-1-2: 2014 EMC-päästö- ja immunitettilasovatimukset. Tämän laitteen päästöominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi ammattimaisessa terveydenhoitoypäristössä sekä asuinypäristössä (CISPR 11 luokka B). Tämä laite tarjoaa riittävän suojan radioviestintäpalveluille. Jos radioviestintäpalvelun kohdistuu häiriöitä, käyttäjä voi joutua toteuttamaan lieventäviä toimenpiteitä, kuten siirtämään laitteita tai suuntaamaan niitä uudelleen. **VAROITUS:** Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vieressä tai pinottua niiden kanssa tulee välttää, koska se voi johtaa virheelliseen toimintaan. Jos tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä laitetta ja muita varusteita tulee tarkkailla varmistaakseen, että ne toimivat normaalista.

**VAROITUS:** Muiden kuin tämän laitteen valmistajan toimittamien lisävarusteiden käyttö voi lisätä laitteen sähkömagneettisia päästöjä tai vähentää sähkömagneettista häiriönsietoa ja johtaa väärän toimintaan.

**VAROITUS:** Kannettavia RF-lähettimiä ei saa käyttää lähempänä kuin 30 cm (12 tuumaa) laitteen mihinkään kohtaan. Muuten tämän laitteen suorituskyky saattaa heikentyä.

**TÄRKEÄÄ:** Ennen ensimmäistä käyttöä lataa sisäinen litiumioniaku. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Akku ja lataaminen".

DermLite DL200 on älypuhelimien kanssa yhteensopiva 10-kertaisella suurella dermatoskoopilla, joka on tarkoitettu ihovaurioiden polarisoituneeseen ja polarisoitumattomaan tutkimukseen, ihokosketuksella tai ilman.

## IceCap®

Auta ehkäisemään infektiota napsauttamalla mukana toimitettu kertakäyttöinen IceCap-kansi (IC) asennetun kuvapinnan (FP) päälle.

Pidä laitetta niin, että LEDit ovat suunnattu iholle. Sijoita laite ~ 25 mm ihon yläpuolelle ja käynnistä laite painamalla virtapainiketta (P). Katso linssin läpi silmästäsi 25-50 mm linssin yläpuolella. Siirrä laite lähemäksi tai kauempaan iholta saadaksesi halutun kuvan tarkennuksen. Dermoskopiaa varten, jossa on ihokosketuksia, tai kamerakäyttöön, käänän valintakiekko (D) laajentaaksesi välike (S) ja tarkenna kuva. Voit siirtyä polarisoimattoman ja polarisoivun valaistuksen väillä painamalla Mode-painiketta (M). Polarisaatioilmainsin (PI) palaa polarisoitussa tilassa.

Sammuta DermLite-laitteesi painamalla virtapainiketta (P); se sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

## Välike irrotetaan.

Välike (S) voidaan poistaa käänämällä valitsinta (D) vastapäivään huomattavan vastuksen yli ja vetämällä se sitten laitteesta. Kiinnitä välikappale asettamalla sen 3 jalkaa 3 reikään, kunnes vastus tuntuu. Aseta laite tasolle tasaiselle alustalle ja työnnä se tasaiseksi alas käänämällä samalla valitsinta (D) myötäpäivään.

## Etulevy poistaminen.

Etulevy (FP) voidaan yksinkertaisesti vetää pois välikappaleesta (S) tarttumalla se sormen kärjissä. Kiinnitä se takaisin napsauttamalla se takaisin paikalleen.

## Valokuvaus.

DermLite DL200 voidaan liittää moniin kameroihin tai älypuhelimiin käänämällä DermLite MagnetiConnect® -sovittimia (myydään erikseen). Pyyhi ennen valokuvien ottamista etulevy (FP) puhtaana ja jatka välikappaletta (S).

## Akku ja lataaminen

**HUOMIO:** Tässä laitteessa on erityinen 3.7V 1800 mAh litiumioniaku, jota saa vain DermLiteiltä tai valtuutetulta DermLite-jälleenmyyjältä. Älä missään tapauksessa käytä muuta kuin tälle laitteelle suunniteltua akkuja. Muutoin laite voi vaurioitua.

Tässä laitteessa on nelitasoinen latauksen ilmaisin (CI). Akun ollessa ladattu täyteen, kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat laitteen ollessa kytkeytyneenä päälle. Kun akun varaus on jäljellä alle 75 prosenttiä, kolme LED-merkkivaloa palaa. Kun akun varauksesta on kulunut yli puolet, kaksi LED-merkkivaloa palaa. Yksi LED-valo ilmaisee, että alle 25 prosenttiä akun täydestä varauksesta on jäljellä.

Lataa laite kytkeytä mukana toimitettu USB-C – USB -kaapeli latausporttiin (CP) ja standardin IEC 60950-1 mukaiseen USB-porttiin (5 V).

Latauksen ilmaisin (CI) vilkkuu lataamisen merkiksi. Vilkkuvien LED-valojen määrä ilmaisee lataustason.

Kun lataus on valmis, kaikki neljä LED-merkkivaloa palavat. Täyteen ladattuna laitteen käyttöaika on noin 3–8 tuntia käytetystä kirkkaustasosta riippuen.

Vuosien käytön jälkeen saattaa olla tarpeen vaihtaa akku. Akkuja on saatavilla vain DermLiteiltä tai valtuutetulta DermLite-jälleenmyyjältä.

Irrota akku (B) irrottamalla napsautuskansi (C): Kiinnitä se avaamalla pienestä lovista (N) ruuvimeisselillä ja työnnä sitten kansi ympäri vapauttaaksesi sen kokonaan. Irrota akkutulppa (BP), aseta uusi akku ja kytke sitten uudelleen. Kiinnitä kansi takaisin paikalleen.

## Vianmääritys

Katso uusimmat vianmääritystiedot ositteesta [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com). Jos laitteesi vaatii huoltoa, käy osoitteessa [www.derm-lite.com/service](http://www.derm-lite.com/service) tai ota yhteyttä paikalliseen DermLite-jälleenmyyjään.

## Hoito ja ylläpito

**VAROITUS:** Tämän laitteen muutoksia ei sallita.

Laitteesi on suunniteltu häiriöttömään käyttöön. Korjausia saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.

Ennen käyttöä potilaalla laitteen ulkopinta (paitsi optiset osat) voidaan pyyhkiä puhtaaksi isopropylialkoholilla (70 tilavuusprosenttia). Linssiä on käsiteltävä korkealaatuiseksi valokuvausvälineenä, ja se on puhdistettava tavallisella linssipuhdistuslaitteella ja suojaillava haitalliselta kemikaaleilta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai upota laitetta nesteeseen. Älä autoklaavi.

Takuu: 5 vuotta osille ja töille. Akun takuu on yksi vuosi.

## Hävittäminen

Tämä laite sisältää elektroniikkaa ja litiumioniakun, jotka on lajiteltava hävittämistä varten. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Noudata paikallisia jätteenkäsitylemääräyksiä.

## Tämä sarja sisältää:

DL200-dermatoskooppi (21 LEDiä, 25 mm 10x -objektiivi, välike, etulevy 10 mm: n hihnapinnalla), silikoniholki, kaulanauha, mikrokuitukotelo, USB-latauskaapeli, 4 IceCaps

## Tekninen kuvaus

Katso osoitteesta [www.dermlite.com/technical/](http://www.dermlite.com/technical/) tai ota yhteyttä paikalliseen DermLite-jälleenmyyjään.

# Instruktioner

## Avsedd användning

Denna enhet är avsedd för medicinska ändamål för att belysa kroppsytor. Det används för icke-invasiv visuell undersökning av intakt hud.

Denna batteridrivna produkt är utformad för extern undersökning endast inom professionella hälso- och sjukvårdsanläggningar av läkare.

Kontrollera att enheten fungerar ordentligt före användning! Använd inte enheten om det finns tydliga tecken på skador.

**VARNING:** Titta inte direkt in i LED-ljuset. Patienterna måste sluta ögonen under undersöningen.

Vid en allvarlig händelse med användning av denna enhet, meddela DermLite omedelbart och, om det krävs enligt lokala bestämmelser, din nationella hälsomyndighet.

**FÖRSIKTIGT:** Använd inte apparaten i utrymmen med risk för brand eller explosion (t.ex. syrerik miljö).

**VARNING:** Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive metylenklorid och sexvärt krom, som är kända av staten Kalifornien för att orsaka cancer eller reproduktionstoxicitet. Mer information finns på [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Elektromagnetisk kompatibilitet

Den här enheten uppfyller EMC: s utsläpps- och immunitetskrav i standarden IEC 60601-1-2: 2014. Utsläppskarakteristiken

för denna utrustning gör den lämplig för användning i professionell hälsovårdsmiljö och bostadsmiljö (CISPR 11 klass B). Denna utrustning erbjuder adekvat skydd för radiokommunikationstjänster. I det sällsynta fallet av störningar i radiokommunikationstjänsten kan användaren behöva vidta begränsningsåtgärder, till exempel omflyttning eller omorientering av utrustning.

**VARNING:** Användning av denna utrustning intill eller staplad med annan utrustning bör undvikas eftersom den kan leda till felaktig användning. Om sådan användning är nödvändig, bör denna utrustning och annan utrustning följas för att verifiera att de fungerar normalt.

**VARNING:** Användning av andra tillbehör än de som tillhandahålls av tillverkaren av denna utrustning kan leda till ökade elektromagnetiska utsläpp eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna utrustning och leda till felaktig användning.

**VARNING:** Bärbara RF-sändare ska inte användas närmare än 30 cm till någon del av enheten. Annars kan försämring av prestandan för denna utrustning resultera.

**VIKTIGT:** Ladda det interna litiumjonbatteriet före den första användningen. Se "Batteri & laddning" för detaljer.

DermLite DL200 är ett smarttelefonkompatibelt dermatoskop med 10x förstoring avsedd för polariserad och icke-polariserad undersökning av hudskador, med eller utan hudkontakt.

## IceCap®

Fäst en av de medföljande engångs IceCaps (IC) över den installerade skärmen (FP) som ett led i skyddet mot infektioner.

Håll din enhet så att lysdioderna riktar sig mot huden. Placera enheten ~ 25 mm ovanför huden och tryck på strömbrytaren (P) för att slå på enheten. Titta igenom linsen med ögat 25-50 mm ovanför linsen. Flytta enheten närmare eller längre bort från huden för att få önskat bildfokus.

För dermoskopi med hudkontakt eller för kamerabruk, vrid på ratten (D) för att utöka Spacer (S) och fokusera bilden.

Tryck på Mode-knappen (M) för att växla mellan icke-polariserad och polariserad belysning. Polarisationsindikatorn (PI) tänds i polariserat läge.

För att stänga av din DermLite, tryck på strömbrytaren (P); den stängs av automatskt efter 3 minuter.

## Ta bort Spacer.

Avståndet (S) kan tas bort genom att vrida ratten (D) moturs utanför ett märkbart motstånd och sedan dra det från enheten. För att fästa Spacer, sätt in de tre benen i de 3 hålen tills motstånd känns. Placera enhetens nivå på en plan yta och tryck jämnt ner samtidigt som du vrider ratten (D) medurs.

## Ta bort frontplattan.

Ansiktsplattan (FP) kan helt enkelt dras av avståndet (S) genom att ta tag i det i naglarna. För att återfästa, klicka helt enkelt igen på plats.

## Fotografi.

Din DermLite DL200 kan vara ansluten till många kameror eller smartphones med DermLite MagnetiConnect®-adaptrar (säljs separat). Innan du tar foto, torka av ansiktsplattan (FP) och rengör Spacer (S).

## Batteri & laddning

**VARNING:** Denna enhet använder ett speciellt 3.7V 1800 mAh litiumjonbatteri som endast kan köpas från DermLite eller från en godkänd DermLite-återförsäljare. Något annat batteri är det som tillverkats för denna enhet får inte under några som helst omständigheter användas, då det kan skada enheten.

Enheden är utrustad med en fyrrivåladdningsindikator (CI). När enheten är påslagen och fulladdad tänds alla fyra lysdioder. När mindre än 75% av batteriets livslängd återstår, tänds tre lysdioder. Om mer än hälften av batteriet är tömt är två lysdioder tända medan en enda lysdiod indikerar att mindre än 25 % av batterikapaciteten återstår.

Enheden laddas genom att ansluta den medföljande USB-C till USB-kabeln till laddningsporten (CP) och en IEC 60950-1-kompatibel (5V) USB-port.

Laddningsindikatorn (CI) pulserar för att

indikera laddning, med antalet pulserande lysdioder motsvarande laddningsnivån.

När laddningen är klar tänds alla fyra indikatorlampor. En fulladdning av enheten räcker till cirka 3-8 timmars drift, beroende på vilken ljusstyrka som används.

Efter flera års användning kanske du vill byta ut batteriet, som endast kan köpas från DermLite eller en auktoriserad DermLite-återförsäljare.

För att ta bort batteriet (B), lossa luckan (C): Skruva loss den, börja vid det lilla skåran (N) med hjälp av en skravmejsel och arbeta sedan runt locket för att lossa det helt. Koppla ur batteripluggen (BP), sätt i ett nytt batteri och anslut det igen. Sätt tillbaka locket ordentligt.

## Felsökning

Vänligen besök [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) för uppdaterad information om felsökning. Om din enhet kräver underhåll, besök [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) eller kontakta din lokala DermLite-återförsäljare.

## Vård och underhåll

**VARNING:** Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten.

Din enhet är utformad för problemfri drift. Reparationer får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Innan du använder en patient kan utsidan av din enhet (utom de optiska delarna) torka av med isopropylalkohol (70% vol.). Linsen ska behandlas som högkvalitativ fotografisk utrustning och ska rengöras med standardlinsrengöringsutrustning och skyddas mot skadliga kemikalier. Använd inte slipande rengöringsmedel eller fördjupa enheten i vätska. Autoklavera inte.

**Garanti:** 5 år för delar och arbetskraft. Batteriet är garanterat i 1 år.

## Avfallshantering

Denna enhet innehåller elektronik och litiumjonbatteri som måste tas ut för att avfallshanteras och får ej blandas med hushållsavfall. Vänligen beakta lokala regler för hantering av sådant avfall.

## Denna uppsättning inkluderar:

DL200 dermatoskop (21 lysdioder, 25 mm 10x objektiv, distans, frontplatta med 10 mm nästycke), silikonhylsa, lanyard, mikrofiberfodral, USB laddkabel, 4 IceCaps

## Teknisk beskrivning.

Besök [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) eller kontakta din lokala DermLite-återförsäljare.

# Talimatlar

## Kullanım amacı

Bu cihaz, vücut yüzeylerini aydınlatmak için tıbbi amaçlar için tasarlanmıştır. Sağlam derinin non-invaziv görsel muayenesi için kullanılabilir.

Pille çalışan bu ürün, yalnızca tıp uzmanları tarafından profesyonel sağlık kuruluşlarında harici muayene için tasarlanmıştır.

Kullanmadan önce cihazın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin! Görünür hasar belirtileri varsa cihazı kullanmayın.

**DİKKAT:** Doğrudan LED ışığına bakmayın. Hastalar muayene sırasında gözlerini kapatmalıdır.

Bu cihazın kullanımıyla ilgili ciddi bir olay olması durumunda, derhal DermLite'ye ve yerel yönetmeliklerin gerektirmesi durumunda ulusal sağlık yetkilinize haber verin.

**DİKKAT:** Cihazı yanın veya patlayıcı riskli alanlarda (örn. Oksijen açısından zengin ortam) kullanmayın.

**UYARI:** Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere veya üreme toksisitesine neden olduğu bilinen metilen klorür ve altı değerlikli krom gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov) adresini ziyaret edin.

## Elektromanyetik uyumluluk

Bu cihaz, IEC 60601-1-2: 2014 standartının EMC Emisyonları ve Bağışıklık seviyesi gerekliliklerine uygundur. Bu ekipmanın emisyon özellikleri, profesyonel sağlık bakım ortamında ve konut ortamında (CISPR 11 Sınıf B) kullanım için uygun olmasını sağlar. Bu ekipman radyo iletişim servisine yeterli koruma sağlar. Radyo iletişim servisine nadiren müdahale edilmesi durumunda, kullanıcının ekipmanın yerini değiştirmek veya yeniden yönlendirmek gibi hafifletici önlemler alması gerekebilir.

**UYARI:** Bu ekipmanın başka bir cihaza bitişik veya üst üste istiflenmiş kullanımından kaçınılmalıdır çünkü yanlış çalışmaya neden olabilir. Bu tür bir kullanım gerekirse, bu ekipmanın ve diğer ekipmanın normal çalıştığını doğrulamak için gözlemlenmesi gereklidir.

**UYARI:** Bu ekipmanın üreticisi tarafından sağlananlar dışındaki aksesuarların kullanılması, elektromanyetik emisyonların artmasına veya bu ekipmanın elektromanyetik bağışıklığının azalmasına neden olabilir ve yanlış çalışmaya neden olabilir.

**UYARI:** Taşınabilir RF vericileri cihazın herhangi bir kısmına 30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında düşüş meydana gelebilir.

**ÖNEMLİ:** İlk kullanımından önce lütfen dahili lityum iyon pilin şarj edin. Ayırtılar için "Pil ve Şarj Etme" konusuna bakın.

DermLite DL200, cilt teması olan veya olmayan cilt lezyonlarının polarize ve polarize olmayan muayenesi için tasarlanmış 10x büyütümlü, akıllı telefonla uyumlu bir cep dermatoskopudur.

## IceCap®:

Enfeksiyon kontrol önlemlerinizi desteklemek için, birlikte verilen tek kullanımlık IceCap'lerden (IC) takılı koruyucu çerçeveyin (FP) üzerine oturtun. Çıkmak ve atmak için basıtle çekin.

Cihazınızı, LED'ler cilde odaklanacak şekilde tutun. Cihazı cildin ~25mm üzerine yerleştirin ve cihazı açmak için Güç düğmesine (P) basın. Merceğe, gözünüz merceğin 25-50 mm üzerinde olacak şekilde bakın. İstediğiniz görüntü odağını elde etmek için cihazı cildinizin yaklaştıran veya uzaklaştırın. Cilt ile temas eden dermoskop veya kamera kullanımı için, Ara Parçayı (S) uzatmak ve görüntüyü odaklamak için Kadranı (D) çevirin.

Polarize olmayan ve polarize aydınlatma arasında geçiş yapmak için Mod düğmesine (M) basın. Polarizasyon Göstergesi (PI) polarize modda yanar.

DermLite cihazınızı kapatmak için Güç düğmesine (P) basın; 3 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

## Ara Parçasının Çıkarılması.

Ara Parça (S), Kadranı (D) fark edilir bir direncin ötesinde saat yönünün tersine çevirip ardından cihazdan çekerek çıkarılabilir. Ara Parçayı takmak için, direnç hissedilene kadar 3 bacağı 3 delige sokun. Cihaz seviyesini düz bir yüzeye yerleştirin ve Kadranı (D) aynı anda saat yönünde döndürürken eşit olarak aşağı doğru itin.

## Ön Kapağı Çıkarma.

Ön panel (FP) tırnak tırnaklarından tutarak Ara Parçasından (S) kolayca çıkarılabilir. Tekrar takmak için yerine oturtun.

## Fotoğrafçılık.

DermLite DL200'ünüz, DermLite MagnetiConnect® adaptörleri (ayrı satılır) kullanılarak birçok kameraya veya akıllı telefona takılabilir. Fotoğraf çekmeden önce Ön Kapağı (FP) silin ve Ara Parçayı (S) uzatın.

**Pil ve Şarj DİKKAT:** Bu cihaz, yalnızca DermLite'den veya yetkili bir DermLite satıcısından satın alınabilen özel bir 3.7V 1800 mAh lityum iyon pil kullanır. Hiçbir koşulda bu ünite için tasarlanandan başka bir pil kullanmayın.

Bu cihaz dört seviyeli bir Şarj Göstergesi (CI) ile donatılmıştır. Ünite açıldığında ve tamamen şarj olduğunda, dört LED'in tümü yanar. Pil ömrünün% 75inden azi kaldırıldığı, üç LED yanar. Pilin yarısından fazlası boşalmışsa, iki LED yanar, tek bir LED ise pil kapasitesinin% 25'inden azının kaldırıldığını gösterir. Cihazınızı şarj etmek için, birlikte verilen USB-C - USB kablosunu Şarj Portuna (CP) ve IEC 60950-1 uyumlu (5V) USB portuna bağlayın. Şarj Göstergesi (CI) şarj seviyesini göstermek için yanıp sönen LED'lerin sayısını ile şarj seviyesini gösterir. Şarj işlemi tamamlandığında, dört göstergesi

LED'inin tümü yanar. Yıllar süren kullanımdan sonra, yalnızca doğrudan DermLite'den veya yetkili bir DermLite bayisinden temin edilebilen pil yeniden takmak isteyebilirsiniz.

Pili çıkarmak için (B), takılan Kapağı (C) çıkarın: Küçük çentikten (N) baslayarak, bir tornavida kullanarak açın, sonra tamamen serbest bırakmak için Kapağı etrafında çalışın. Akü Tapasını (BP) ayırin, yeni bir akü takın ve tekrar takın. Kapağı sıkıca tekrar takın.

## Sorun Giderme

En güncel sorun giderme bilgileri için lütfen dermlite.com adresini kontrol edin. Cihazınızın bakıma ihtiyacı varsa, [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) adresini ziyaret edin veya yerel DermLite satıcınıza başvurun.

## Bakım ve Onarım

**UYARI:** Bu ekipmanda değişiklik yapılması izin verilmez.

Cihazınız sorunsuz kullanım için tasarlanmıştır. Onarımlar sadece kalifiye servis personeli tarafından yapılacaktır.

## Temizlik

Cihazınızın dış kısmı, optik parçalar hariç, bir hasta üzerinde kullanılmadan önce izopropil alkol (% 70 hacim) ile temizlenebilir. Lens yüksek kaliteli fotoğraf ekipmanı olarak görülmeli ve standart lens temizleme ekipmanı ile temizlenmeli ve zararlı kimyasallardan korunmalıdır. Ekipmanın hiçbir yerinde aşındırıcı malzeme kullanmayın veya cihazı sıvıya batırmayın. Otoklavlamayın.

**Garanti:** Parçalar ve işçilik için 5 yıl. Pil 1 yıl garantisidir.

## Bertaraf

Bu cihaz, elden çıkarılması için ayrılmış gereken ve genel ev atıkları ile birlikte atılamayacak elektronik ve lityum iyon pil içerir. Lütfen yerel atma düzenlemelerine uyın.

Bu set sunları içerir: DL200 dermatoskop (21 LED, 25 mm 10x lens, ara parçası, 10 mm retiküllü ön panel), silikon kapak, kordon, mikrofiber kılıf, USB şarj kablosu, 4 IceCaps

## Teknik Açıklama

[Www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) adresini ziyaret edin veya yerel DermLite satıcınıza başvurun.

# Οδηγίες

## Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς για να φωτίζει τις επιφάνειες του σώματος. Χρησιμοποιείται για μη επεμβατική οπτική εξέταση ανέπαφου δέρματος.

Αυτό το προϊόν που λειτουργεί με μπαταρία έχει σχεδιαστεί για εξωτερική εξέταση μόνο σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περιθαλψής από ιατρούς.

Ελέγχετε πως η συσκευή λειτουργεί σωστά πριν από την χρήση! Να μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν υπάρχουν ορατά σημεία βλάβης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην κοιτάτε απευθείας στο φως δύσος φωτεκπομπής(LED). Οι ασθενείς πρέπει να κλείνουν τα μάτια τους κατά την εξέταση.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος με τη χρήση αυτής της συσκευής, ενημερώστε αμέσως το DermLite και, εάν το απαιτούν οι τοπικοί κανονισμοί, την εθνική υγειονομική αρχή σας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης (π.χ. περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο)

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, όπως μεθυλενοχλωρίδιο και εξασθενές χρώμιο, τα οποία είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο ή τοξικότητα στην αναπαραγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επιπέδων εκπομπών και ανοσίας EMC του προτύπου IEC 60601-1-2: 2014. Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περιθαλψής καθώς και σε περιβάλλον κατοικιών (CISPR 11 Class B). Αυτός ο εξοπλισμός προσφέρει επαρκή προστασία στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας. Σε σπάνια περίπτωση παρέμβασης στην υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει μέτρα μετεγκατάσταση ή πεπαντροσανατολισμό εξοπλισμού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αυτού του εξοπλισμού που βρίσκεται δίπλα ή στηρίζεται με άλλο εξοπλισμό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία.

Εάν απαιτείται τέτοια χρήση, αυτός ο εξοπλισμός και ο άλλος εξοπλισμός πρέπει να τηρούνται για να επιβεβαιωθεί ότι λειτουργούν κανονικά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η χρήση αέρεσμάρ σε από τον κατασκευαστή αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ασυλία αυτού του εξοπλισμού και να οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι φορητοί πομποί RF δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 30 cm (12 ίντσες) σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Πριν από την αρχική χρήση, παρακαλείστε να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου. Βλέπε «Μπαταρία και Φόρτιση» για λεπτομέρειες.

To DermLite DL200 είναι ένα δερμοσκόπιο τσέπτη συμβατό με smartphone με μεγέθυνση 10x που προορίζεται για πολωμένη και μη πολωμένη εξέταση δερματικών βλαβών, με ή χωρίς επαφή με το δέρμα.

## IceCap®

Για την υποστήριξη των μέτρων ελέγχου μολύσεων, κλειδώστε ένα από τα IceCaps (IC) μιας χρήσης που περιλαμβάνονται στο πακέτο πάνω από την πλάκα σύσφιξης (FP).

Κρατήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε οι λυχνίες LED να απευθύνονται στο δέρμα. Τοποθετήστε τη συσκευή ~ 25mm πάνω από το δέρμα και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας (P) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Κοπάξτε τον φακό με το μάτι σας 25-50 mm πάνω από τον φακό. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά ή πιο μακριά από το δέρμα για να αποκτήσετε την επιθυμητή εστίαση της εικόνας. Για δερματοσκόπηση με επαφή με το δέρμα ή για χρήση φωτογραφικής μηχανής, γυρίστε τον επιλογέα (D) για να επεκτείνετε το Spacer (S) και να εσπιάσετε την εικόνα.

Για εναλλαγή μεταξύ μη πολωμένου και πολωμένου φωτισμού, πιέστε το πλήκτρο Mode (M). Ο δείκτης πόλωσης (PI) ανάβει σε πολωμένη λειτουργία.

Για να απενεργοποιήσετε το DermLite, πιέστε το κουμπί λειτουργίας (P). απενεργοποιείται αυτομάτα μετά από 3 λεπτά.

## Αφαίρεση του Spacer.

Ο διαχωριστής (S) μπορεί να αφαιρεθεί περιστρέφοντας τον επιλογέα (D) αριστερόστροφα πέρα από μια αξιοσημείωτη αντίσταση και στη συνέχεια τραβώντας τον προς τα έξω από τη συσκευή. Για να επισυνάψετε το Spacer, τοποθετήστε τα 3 πόδια του μέσα στις 3 οπές μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση.

Τοποθετήστε το επίπεδο της συσκευής σε μια επιπέδη επιφάνεια και πιέστε ομοιόμορφα προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα περιστρέψτε το Dial (D) δεξιόστροφα.

## Αφαίρεση της πρόσωψης.

Η πρόσωψη (FP) μπορεί απλώς να τραβηγτεί από το Spacer (S) αρπάζοντάς το στις εγκοπές των νυχών. Για να επανασυνδέετε, απλά ασφαλίστε το στη θέση του.

## Φωτογραφία.

To DermLite DL200 σας μπορεί να συνδεθεί σε πολλές κάμερες ή smartphones χρησιμοποιώντας προσαρμογείς DermLite MagnetConnect® (πωλούνται ξεχωριστά). Πριν από τη λήψη φωτογραφιών, σκουπίστε την Faceplate (FP) καθαρή και επεκτείνετε το Spacer (S).

## Μπαταρία και Φόρτιση

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7V 1400 mAh , η οποία μπορεί να αγοραστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και πωλητή DermLite. Σε καμιά περίπτωση μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλες από αυτές σχεδιασμένες για αυτήν τη μονάδα. Κάπι τέτοιο μπορεί να επιφέρει βλάβη στην μονάδα.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ένδειξη φόρτισης τεσσάρων επιπέδων (CI). Όταν η μονάδα είναι ανοιχτή και πλήρως φορτισμένη, ανάβουν και τα τέσσερα φωτάκια. Όταν απομένει λιγότερο από 75% της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, ανάβουν τριά LED. Αν η μπαταρία έχει εξαντληθεί σε περισσότερο από το 25% της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Για την φόρτιση της συσκευής σας, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB-C σε USB στην θύρα φόρτισης (CP) και σε οποιαδήποτε τυχόν συμβατή θύρα USB IEC 60950-1 (5V).

Η ένδειξη φόρτισης (CI) αναβοσβήνει όταν φορτίζει, με τον αριθμό των κόκκινων λυχνιών LED να αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο φόρτισης.

Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, και οι τέσσερεις ενδείξεις LED είναι φωτεινές. Μετά από μια πλήρη φόρτιση, η συσκευή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 3-8 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο φωτεινότητας που χρησιμοποιείται. Έπειτα από χρήση, μπορεί να θελήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο από την DermLite ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και πωλητή της DermLite .

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία (B), αποσυνδέστε το κάλυμμα κάλυψης (C): Ανοίξτε το, ξεκινώντας από τη μικρή εγκοπή (N), χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κάλυμμα για να το απελευθερώσετε τα τελείως. Αποσυνδέστε το βύσμα μπαταρίας (BP), τοποθετήστε μια νέα μπαταρία και επανασυνδέστε την. Επανατοποιηθήστε το κάλυμμα ασφαλώς.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.dermlite.com](http://www.dermlite.com) για τις τελευταίες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν η συσκευή σας απαιτεί επισκευή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σας και πωλητή της DermLite.

## Φροντίδα και συντήρηση

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.

Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπη λειτουργία. Οι επισκευές γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Πριν τη χρήση σε έναν ασθενή, το εξωτερικό της συσκευής σας (εκτός από τα οπικά μέρη) μπορεί να καθαριστεί με ισοπροπυλική αλκοόλη (70% vol.). Ο φακός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φωτογραφικός εξοπλισμός υψηλής ποιότητας και πρέπει να καθαρίζεται με τον συνήθη εξοπλισμό καθαρισμού των φακών και να προστατεύεται από επιβλαβείς χημικές ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα καθαρισμού ή βιθύζετε τη συσκευή σε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε αυτόκαυστο.

Εγγύηση: 5 έτη για ανταλλακτικά και εργασία. Η μπαταρία είναι εγγυημένη για 1 έτος.

## Απόρριψη

Αυτή η συσκευή περιέχει ηλεκτρονικά και μια μπαταρία ιόντων λιθίου τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται κατά την διάρκεια της απόρριψης και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα γενικά οικιακά απόρριμμα. Παρακαλούμε όπως τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.

## Αυτό το σετ περιλαμβάνει:

Δερματοσκόπιο DL200 (21 LED, 25 mm φακός 10x, διαχωριστικό, πρόσωψη με διασταύρωση 10 mm, μανίκι σιλικόνης, κορδόνι, θήκη μικροίνων, καλώδιο φόρτισης USB, 4 IceCaps

## Τεχνική Περιγραφή

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.dermlite.com/technical/](http://www.dermlite.com/technical/) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο και πωλητή της DermLite.

# ИНСТРУКЦИИ

## Предназначение

Това устройство е предназначено за медицински цели за осветяване на телесни повърхности. Използва се за неинвазивно визуално изследване на непокътната кожа.

Този продукт, работещ с батерия, е предназначен за външен преглед само в рамките на професионални здравни заведения от медицински специалисти. Проверете правилната работа на устройството преди употреба! Не го използвайте, ако има видими признания на повреда.

**ВНИМАНИЕ:** Не гледайте директно в LED светлината. Пациентите трябва да затворят очите си по време на прегледи. В случай на сериозен инцидент с използването на това устройство, незабавно уведомете DermLite и, ако това се изисква от местните разпоредби, вашият национален здравен орган.

**ВНИМАНИЕ:** Не използвайте устройството в пожарна или взривоопасна зона (напр. Богата на кислород среда).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този продукт може да ви изложи на химикали, включително метиленхорпид и шестовалентен хром, за които е известно, че в Калифорния причиняват рак или репродуктивна токсичност. За повече информация посетете [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Електромагнитна съвместимост

Това устройство отговаря на изискванията за ниво на емисии и имунитет по EMC на стандарта IEC 60601-1-2: 2014. Емисионните характеристики на това оборудване го правят подходящ за използване в професионална здравна среда, както и в жилищна среда (CISPR 11 клас Б). Това оборудване предлага адекватна защита на радиокомуникационната услуга. В редки случаи на намеса в радиокомуникационната услуга може да се наложи потребителят да предприеме мерки за смякване, като например преместване или преориентиране на оборудването.

**ВНИМАНИЕ:** Използването на това оборудване, съседно или подредено с друго оборудване, трябва да се избегва, защото това може да доведе до неправилна работа.

Ако е необходимо такова използване, това оборудване и другото оборудване трябва да се наблюдават, за да се провери дали работят нормално.

**ВНИМАНИЕ:** Използването на аксесоари, различни от тези, предоставени от производителя на това оборудване, може да доведе до повишени електромагнитни емисии или понижен електромагнитен имунитет на това оборудване и да доведе до неправилна работа.

**ВНИМАНИЕ:** Преносимите радиочестотни предаватели трябва да се използват не по-малко от 30 см (12 инча) към която и да е част от устройството. В противен случай може да се влоши работата на това оборудване.

**ВАЖНО:** Преди първоначална употреба, моля, заредете вътрешната литиево-йонна батерия. Вижте "Батерия и зареждане" за подробности.

DermLite DL200 е съвместим със смартфон джобен дерматоскоп с 10-кратно увеличение, предназначен за поляризирано и неполяризирано изследване на кожни лезии, със или без контакт с кожата.

**IceCap®:** За да подкрепите вашите мерки за контрол на инфекцията, щракнете едно от включните за еднократна употреба IceCaps (IC) върху инсталираната лицева плоча (FP). За да го извладите и изхвърлите, просто го издърпайте.

Дръжте устройството си така, че светодиодите да са насочени към кожата. Поставете устройството на ~25 mm над кожата и натиснете бутона за захранване (P), за да включите устройството.

Погледнете през лещата с окото си на 25-50 mm над обектива. Преместете устройството по-близо или по-далеч от кожата, за да получите желания фокус на изображението. За дермоскопия с контакт с кожата или за използване на камерата завъртете циферблата (D), за да разширите дистанционера (S) и фокусирайте изображението.

За да превключвате между неполяризирано и поляризирано осветление, натиснете бутона Mode (M). Поляризационният индикатор (PI) светва в поляризиран режим.

За да изключите вашия DermLite, натиснете бутона за захранване (P); той се изключва автоматично след 3 минути.

## Премахване на дистанционера.

Пространството (S) може да бъде отстранено чрез завъртане на циферблата (D) обратно на часовниковата стрелка извън забележимо съпротивление, след което го издърпайте от устройството. За да прикрепите дистанционера, поставете неговите 3 крака в 3-те отвора, докато се усети съпротива. Поставете нивото на устройството върху равна повърхност и равномерно натиснете надолу, като едновременно въртите циферблата (D) по посока на часовниковата стрелка.

## Премахване на лицевата плоча.

Лицевата плоча (FP) може просто да бъде свалена от дистанционера (S), като я хване за ноктите на ноктите. За да прикачете отново, просто го поставете обратно на място.

## Фотография.

Вашият DermLite DL200 може да бъде прикачен към много камери или смартфони с помощта на адаптер DermLite Magnetic-Connect® (продава се отделно). Преди да направите снимки, избръшете чистата лицева плоча (FP) и разширете дистанционера (S).

**Батерия и зареждане:** **ВНИМАНИЕ:** Това устройство използва специализирана 3.7V 1800 mAh литиево-йонна батерия, която може да бъде закупена само от DermLite или от оторизиран дилър на DermLite. В никакъв случай не използвайте друга батерия, различна от тази, предназначена за този уред.

Това устройство е оборудвано с четиристепенен индикатор за зареждане (CI). Когато устройството е включено и напълно заредено, всички четири светодиода светват. Когато остане по-малко от 75% от живота на батерията, три светодиода светват. Ако е изтощена повече от половината батерия, светват два светодиода, докато един светодиод показва, че остава по-малко от 25% от капацитета на батерията. За да зареждате устройството си, свържете

предоставения USB-C към USB кабел към порта за зареждане (CP) и всеки USB порт, съвместим с IEC 60950-1 (5V). Индикаторът за зареждане (CI) импулсира, за да посочи зареждането, като броят на импулсите светодиоди съответства на нивото на зареждане. Когато зареждането приключи, всички четири индикаторни светодиода светят. След години употреба може да пожелаете да поставите отново батерията, която е достъпна директно от DermLite или от оторизиран дилър на DermLite.

За да извладите батерията (B), свалете капака за щракване (C): Отворете я, като започнете от малкия изрез (N), като използвате отвертка, след това заобикаляйте капака, за да го освободите напълно. Извлечете щепсела на акумулатора (BP), поставете нова батерия и свържете отново. Поставете отново безопасно капака.

**Отстраняване на неизправности:** Моля, проверете [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com) за най-актуална информация за отстраняване на проблеми. Ако вашето устройство изисква обслужване, посетете [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) или се свържете с вашия местен DermLite дилър.

## Грижи и поддръжка

**ВНИМАНИЕ:** Не се допускат модификации на това оборудване.

Вашето устройство е проектирано за безпроблемна работа. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифициран сервизен персонал.

Преди употреба върху пациент, външната част на вашето устройство (с изключение на оптичните части) може да се избърше чисто с изопропилов алкохол (70 обемни процента). Обективът трябва да се третира като висококачествено фотографско оборудване и да се почиства със стандартно оборудване за почистване на обектива и да се защитава от вредни химикали. Не използвайте абразивни почистващи препарати и не потапяйте устройството в течност. Не автоклавирайте.

**Гаранция:** 5 години за части и труд. Батерията е с гаранция за 1 година.

**Изхвърляне:** Това устройство съдържа електроника и литиево-йонна батерия, които трябва да бъдат отделени изхвърляни и да не бъдат изхвърляни с битови отпадъци. Моля, спазвайте местните разпоредби за изхвърляне.

## Този набор включва:

Дерматоскоп DL200 (21 светодиода, 25 mm 10x обектив, дистанционер, лицева плоча с 10 mm ретикула), силиконова втулка, ремък, калъф от микрофибръ, USB кабел за зареждане, 4 IceCaps

**Техническо описание:** Посетете [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) или се свържете с местния дилър на DermLite.

# ИНСТРУКЦИИ

**Предполагаемое использование**  
Этот прибор предназначен для медицинских целей для освещения поверхностей тела. Используется для неинвазивного визуального осмотра неповрежденной кожи.

Этот продукт с батарейным питанием предназначен для внешнего осмотра только в профессиональных медицинских учреждениях медицинскими работниками. Проверьте правильность работы устройства перед использованием! Не используйте устройство, если есть видимые признаки повреждения.

**ВНИМАНИЕ:** Не смотрите прямо на светодиодный свет. Пациенты должны закрывать глаза во время обследования. В случае серьезного инцидента с использованием этого устройства немедленно уведомите DermLite и, если этого требуют местные правила, ваш национальный орган здравоохранения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте устройство в местах пожара или взрыва (например, в среде, богатой кислородом). **ВНИМАНИЕ!** Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая хлористый метилен и шестивалентный хром, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак или репродуктивную токсичность. Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Электромагнитная совместимость Данное устройство соответствует требованиям уровня электромагнитной совместимости и уровня помехоустойчивости стандарта МЭК 60601-1-2: 2014. Излучающие характеристики этого оборудования делают его пригодным для использования в профессиональной медицинской среде, а также в жилых помещениях (CISPR 11, класс В). Это оборудование обеспечивает адекватную защиту радиосвязи. В редких случаях возникновения помех для службы радиосвязи пользователю может потребоваться принять меры по смягчению, такие как перемещение или переориентация оборудования. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Следует избегать использования данного оборудования рядом с другим оборудованием или в сочетании с другим оборудованием, так как это может привести к неправильной работе. Если такое использование необходимо, это оборудование и другое оборудование должны быть проверены, чтобы убедиться, что они работают нормально.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование принадлежностей, отличных от тех, которые предоставлены производителем данного оборудования, может привести к увеличению электромагнитных излучений или снижению электромагнитной помехоустойчивости данного оборудования и неправильной эксплуатации.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Переносные радиочастотные передатчики следует использовать на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от любой части устройства. В противном случае это может привести к снижению производительности этого оборудования.

**ВАЖНО:** Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите внутреннюю литий-ионную батарею. См. «Аккумулятор

и зарядка» для получения подробной информации.

DermLite DL200 - это совместимый со смартфоном карманный дерматоскоп с 10-кратным увеличением, предназначенный для поляризованного и неполяризованного исследования поражений кожи с или без контакта с кожей.

## IceCap®:

Для поддержки ваших мер инфекционного контроля, наденьте один из включенных одноразовых IceCaps (IC) поверх установленной лицевой панели (FP). Чтобы снять и утилизировать, просто снимите его.

Держите устройство так, чтобы светодиоды были направлены на кожу. Расположите устройство на расстоянии ~ 25 мм над кожей и нажмите кнопку питания (P), чтобы включить устройство. Посмотрите в объектив на 25-50 мм выше объектива. Переместите устройство ближе или дальше от кожи, чтобы получить желаемый фокус изображения.

Для дермоскопии при контакте с кожей или для использования камеры поверните диск (D), чтобы выдвинуть проставку (S), и сфокусировать изображение.

Для переключения между неполяризованным и поляризованным освещением нажмите кнопку режима (M). Индикатор поляризации (PI) загорается в поляризованном режиме.

Чтобы выключить DermLite, нажмите кнопку питания (P); выключается автоматически через 3 минуты.

## Снятие проставки.

Проставку (S) можно снять, повернув диск (D) против часовой стрелки за пределы заметного сопротивления, а затем вытянув его из устройства. Чтобы прикрепить проставку, вставьте ее 3 ножки в 3 отверстия, пока не почувствуете сопротивление. Положите устройство на ровную поверхность и равномерно нажмите вниз, одновременно поворачивая диск (D) по часовой стрелке.

## Снятие лицевой панели.

Лицевую панель (FP) можно просто снять с проставки (S), схватив ее за выемки для ногтей. Чтобы снова прикрепить его, просто установите его на место.

## Фотография.

Ваш DermLite DL200 может быть подключен ко многим камерам или смартфонам с помощью адаптеров DermLite MagnetiConnect® (продаются отдельно). Перед съемкой проприте лицевую панель (FP) и вытяните проставку (S).

## Аккумулятор и зарядка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В этом устройстве используется специальная литий-ионная батарея 3.7V 1800 mAh, которую можно приобрести только у DermLite или у официального дилера DermLite. Ни при каких обстоятельствах не используйте другую батарею, кроме той, которая предназначена для данного устройства.

Это устройство оснащено четырехуровневым индикатором заряда (CI). Когда устройство включено и полностью заряжено, загораются все четыре светодиода. Если срок службы батареи составляет менее 75%, горят три светодиода. Если разряжена более

половины батареи, горят два светодиода, а один светодиод указывает, что осталось менее 25% емкости батареи. Для зарядки устройства подключите прилагаемый кабель USB-C к USB-порту к порту для зарядки (CP) и к любому порту USB, совместимому с IEC 60950-1 (5 В). Индикатор заряда (CI) пульсирует для индикации зарядки, причем количество пульсирующих светодиодов соответствует уровню заряда. Когда зарядка завершена, горят все четыре светодиодных индикатора. После нескольких лет использования вы можете заменить батарею, которую можно приобрести только у DermLite или у официального дилера DermLite.

Чтобы извлечь аккумулятор (B), снимите защелкивающуюся крышку (C): откройте ее, начав с небольшой отвертки (N), используя отвертку, затем обойдите крышку, чтобы полностью освободить ее. Отсоедините штекер аккумулятора (BP), вставьте новый аккумулятор и снова подключите. Надежно установите крышку на место.

## Устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте [dermlite.com](http://www.dermlite.com) для самой последней информации об устранении неполадок. Если ваше устройство требует обслуживания, посетите сайт [www.dermlite.com/service](http://www.dermlite.com/service) или обратитесь к местному дилеру DermLite.

## Уход и обслуживание

**ВНИМАНИЕ:** Модификация данного оборудования не допускается.

Ваше устройство предназначено для бесперебойной работы. Ремонт должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

## Уборка

Внешний вид вашего устройства, за исключением оптических частей, может быть вымыт чистым изопропиловым спиртом (70 об. %) Перед использованием на пациенте. Объектив следует рассматривать как высококачественное фотографическое оборудование и очищать стандартным оборудованием для чистки объективов и защищать от вредных химических веществ. Не используйте абразивные материалы на любой части оборудования и не погружайте устройство в жидкость. Не автоклавировать.

**Гарантия:** 5 лет на запчасти и работы. Батарея имеет гарантию 1 год.

## Утилизация

Это устройство содержит электронику и литий-ионную батарею, которые должны быть отделены для утилизации и не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации.

Этот набор включает в себя:

Дерматоскоп DL200 (21 светодиод, 25 мм объектив 10x, проставка, лицевая панель с сеткой 10 мм), силиконовый чехол, шнур, чехол из микрофибры, USB-кабель для зарядки, 4 IceCaps

## Техническое описание

Посетите [www.dermlite.com/technical](http://www.dermlite.com/technical) или обратитесь к местному дилеру DermLite.



# Інструкції

## Передбачуване використання

Цей пристрій призначений для медичних цілей для освітлення поверхонь тіла.

Застосовується для нейінвазивного візуального огляду неушкодженої шкіри.

Цей виріб, що працює від акумуляторів, призначений для зовнішнього огляду медичними працівниками лише у професійних закладах охорони здоров'я.

Перед використанням перевірте правильність роботи пристрою! Не використовуйте пристрій, якщо є видимі ознаки пошкодження.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не дивіться прямо у світлодіодне світло. Під час обстеження пацієнти повинні закрити очі.

У випадку серйозного інциденту з використанням цього пристрою негайно повідомте про це DermLite та, якщо це вимагається місцевими нормами, ваш національний орган охорони здоров'я.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте пристрій у зоні пожежі чи вибухонебезпеки (наприклад, у середовищі, багатому киснем).

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей продукт може піддавати дії хімічних речовин, включаючи метиленхлорид та шестивалентний хром, які, як відомо, штату Каліфорнія викликають рак або репродуктивну токсичність. Для отримання додаткової інформації відвідайте [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Електромагнітна сумісність

Цей пристрій відповідає вимогам щодо викидів EMC та рівня імунітету стандарту IEC 60601-1-2: 2014. Характеристики викидів цього обладнання роблять його придатним для використання в професійних медичних та житлових умовах (CISPR 11 класу B). Це обладнання забезпечує належний захист радіозв'язку. У рідкісних випадках перешкод для служби радіозв'язку користувачеві може знадобитися вжити заходів щодо пом'якшення ситуації, таких як переміщення або переорієнтація обладнання.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Слід уникати використання цього обладнання, розташованого поруч з іншим обладнанням або складного з ним, оскільки це може привести до неправильної роботи. Якщо таке використання є необхідним, слід спостерігати за цим обладнанням та іншим обладнанням, щоб переконатися, що вони працюють нормальну.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використання аксесуарів, крім тих, що надані виробником цього обладнання, може привести до збільшення електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості цього обладнання та привести до неправильної роботи.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Портативні радіочастотні передавачі слід використовувати не більше 30 см (12 дюймів) до будь-якої частини пристрію. Інакше це може привести до погіршення експлуатаційних характеристик цього обладнання.

**ВАЖЛИВО:** Перед початковим використанням зарядіть внутрішню літій-іонну батарею. Детальніше див. У розділі «Акумулятор та зарядка».

DermLite DL200 Hybrid - це сумісний зі смартфонами кишеневий дерматоскоп із 10-кратним збільшенням, призначений для дослідження уражень шкіри з поляризованим або неполяризованим освітленням, з

контактом зі шкірою або без неї.

## IceCap®

Щоб підтримати ваші заходи боротьби з інфекцією, встановіть один із включених одноразових IceCaps (IC) на встановлену передню панель (FP). Щоб вийняти та утилізувати, просто зніміть його.

Тримайте DermLite DL200 так, щоб світлодіоди були спрямовані на шкіру. Розташуйте пристрій на ~25 мм над шкірою та натисніть кнопку живлення (P), щоб увімкнути пристрій. Подивіться крізь лінзу оком на 25-50 мм над вашим DermLite. Перемістіть пристрій близче або далі від шкіри, щоб отримати бажаний фокус зображення. Для дермоскопії при контакті зі шкірою або для використання камери поверніть циферблат (D), щоб розширити проставку (S) та сфокусувати зображення. Для перемикання між неполяризованим та поляризованим підсвічуванням натисніть кнопку режиму (M). Індикатор поляризації (PI) світиться в поляризованому режимі. Щоб вимкнути DermLite, натисніть кнопку живлення (P); він автоматично вимикається через 3 хвилини.

## Зняття розпірки

Розпірку (S) можна зняти, повернувши циферблат (D) проти годинникової стрілки за межі помітного опору, а потім витягнувши його з пристроя. Щоб прикріпити розпірку, вставте її з ніжки в 3 отвори, поки не відчується опір. Поставте пристрій на рівну поверхню і рівномірно натискайте вниз, одночасно обертаючи циферблат (D) за годинниковою стрілкою.

## Зняття передньої панелі

Лицьову панель (FP) можна просто зняти з розпірки (S), скопивши її за вирізи нігтів. Для повторного кріplення просто закріпіть його на місці.

## Фотографія

Ваш DermLite DL200 може бути підключений до багатьох камер або смартфонів за допомогою адаптерів DermLite Magneti-Connect® (продаються окремо). Перш ніж фотографувати, витріть передню панель (FP) чистою і витягніть проставку (S).

## Акумулятор і зарядка

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей пристрій використовує спеціальну літій-іонну батарею на 3,7 В на 670 мАг, яку можна придбати лише у DermLite або в уповноваженого дилера DermLite. За жодних обставин не використовуйте інший акумулятор, крім розробленого для цього пристрою.

Цей пристрій оснащений чотирирівневим індикатором заряду (CI). Коли пристрій увімкнено і повністю заряджено, загоряються всі чотири світлодіоди. Коли залишається менше 75% часу автономної роботи, загоряються три світлодіоди. Якщо більше половини акумулятора розряджено, два світлодіоди світяться, тоді як один світлодіод вказує, що залишається менше 25% ємності акумулятора.

Щоб зарядити пристрій, підключіть USB-C до USB-кабелю, що входить до комплекту, до зарядного порту (CP) та будь-якого USB-порту, сумісного з IEC 60950-1 (5 В). Індикатор заряду (CI)

імпульсує, щоб вказати зарядку, із числом пульсуючих світлодіодів, що відповідає рівню заряду. Коли зарядка завершена, усі чотири світлодіодні індикатори світяться.

Після багатьох років використання, можливо, ви захотите замінити акумулятор, який доступний лише безпосередньо у DermLite або в уповноваженого дилера DermLite.

Щоб вийняти акумулятор (B), від'єднайте застібну кришку (C): Відкрийте її, починаючи з невеликого вирізу (N), за допомогою викрутки, а потім обводьте кришку, щоб повністю звільнити. Від'єднайте штекер акумулятора (BP), вставте новий акумулятор і знову підключіть. Надійно прикріпіть кришку.

## Вирішення проблем

Будь ласка, перевірте [www.dermelite.com](http://www.dermelite.com), щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо усунення несправностей. Якщо ваш пристрій потребує обслуговування, відвідайте [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service) або зв'яжіться з місцевим дилером DermLite.

## Догляд та обслуговування

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускається модифікація цього обладнання. Ваш пристрій розроблений для безперебійної роботи. Ремонт повинен проводити тільки кваліфікований сервісний персонал.

## Прибирання

Зовнішній вигляд пристрою, крім оптичних деталей, перед використанням на пацієнти можна протирати ізопропіловим спиртом (70 об. %). Об'єктив слід розглядати як високоякісне фотообладнання та чистити стандартними обладнаннями для чищення об'єктів та захищати їх від шкідливих хімічних речовин. Не використовуйте абразивний матеріал на будь-який частині обладнання та не занурюйте пристрій у рідину. Не автоклавуйте.

**Гарантія:** 5 років на деталі та робочу силу. Гарантія на батарею становить 1 рік.

## Утилізація

Цей пристрій містить електроніку та літій-іонну батарею, які потрібно відокремити для утилізації та не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил утилізації.

## Набір DermLite DL200

включає:

- Дерматоскоп DL200 (21 світлодіод, 10-міліметровий об'єктив, розпірка, передня панель із сіткою 10 мм), силіконова кришка, талреп, футляр з мікрофібрі, зарядний кабель USB, 4 крикяні шапки.

## Технічний опис

Відвідайте [www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical) або зв'яжіться з місцевим дилером DermLite.

# 명령

## 사용 목적

이 장치는 신체 표면을 비추는 의료 목적으로 설계되었습니다. 손상되지 않은 피부의 비 침습적 육안 검사에 사용됩니다.

이 배터리 작동 제품은 의료 전문가가 전문 의료 시설 내에서만 외부 검사를 수행하도록 설계되었습니다.

사용하기 전에 장치가 올바르게 작동하는지 확인하십시오! 눈에 띠는 손상 징후가 있는 경우 장치를 사용하지 마십시오.

주의 : LED 표시등을 직접 보지 마십시오. 환자는 검사 중에 눈을 감아 야합니다.

이 장치를 사용하여 심각한 사고가 발생한 경우 즉시 DermLite에 알리고 현지 규정에 따라 필요한 경우 국가 보건 당국에 알리십시오.

주의 : 화재 또는 폭발 위험 구역 (예 : 산소가 많은 환경)에서 장치를 사용하지 마십시오.

경고 : 이 제품은 암 또는 생식 독성을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려진 메틸렌 클로라이드 및 6가 크롬을 포함한 화학 물질에 노출 될 수 있습니다. 자세한 정보는 [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)를 방문하십시오.

## 전자기 호환성

이 장치는 표준 IEC 60601-1-2 : 2014의 EMC Emissions and Immunity 레벨 요구 사항을 준수합니다. 이 장비의 방출 특성으로 인해 전문 의료 환경 및 주거 환경 (CISPR 11 Class B)에서 사용하기에 적합합니다. 이 장비는 무선 통신 서비스를 적절히 보호합니다. 드물게 무선 통신 서비스에 간섭이 발생하는 경우 사용자는

장비를 재배치하거나 방향을 바꾸는 등의 완화 조치를 취해야합니다. 경고 : 이 장비는 다른 장비와 인접하거나 쌓아 놓은 상태에서 사용하지 마십시오. 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 그러한 사용이 필요할 경우, 이 장비와 다른 장비는 정상적으로 작동하는지 확인해야합니다.

경고 : 이 장비 제조업체에서 제공한 액세서리 이외의 액세서리를 사용하면 전자기 방출이 증가하거나 이 장비의 전자기 내성이 감소하여 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

경고 : 휴대용 RF 송신기는 장치의 어느 부분과도 30cm (12 인치) 이상 떨어져서는 안됩니다. 그렇지 않으면 이 장비의 성능이 저하 될 수 있습니다.

중요 : 처음 사용하기 전에 내부 리튬 이온 배터리를 충전하십시오. 자세한 내용은 “배터리 및 충전”을 참조하십시오.

DermLite DL200은 피부 접촉 유무에 관계없이 피부 병변의 편광 및 비 편광 검사를 위해 고안된 10 배율의 스마트 폰 호환 포켓 피부과입니다.

## IceCap® :

감염 관리 조치를 지원하려면 포함 된 일회용 IceCap (IC) 중 하나를 설치된 페이스 플레이트 (FP)에 끼웁니다. 제거하고

## 폐기하려면 간단히 당기십시오.

LED가 피부를 향하도록 장치를 잡습니다. 기기를 피부 위로 ~ 25mm 위치에 놓고 전원 버튼 (P)을 눌러 기기를 컵니다. 렌즈 위 25-50 mm의 눈으로 렌즈를 살펴보십시오. 원하는 이미지 초점을 얻으려면 장치를 피부에서 더 가까이 또는 멀리 떨어 놓으십시오. 피부 접촉을 통한 피부 검사 또는 카메라 사용의 경우 다이얼 (D)을 돌려 스페이서 (S)를 확장하고 이미지에 초점을 맞춥니다.

편광되지 않은 조명과 편광 된 조명 사이를 전환하려면 모드 버튼 (M)을 누르십시오. 편광 모드에서 편광 표시기 (PI)가 커집니다.

DermLite를 끄려면 전원 버튼 (P)을 누르십시오. 3 분 후에 자동으로 꺼집니다.

## 스페이서 제거.

스페이서 (S)는 다이얼 (D)을 눈에 띠는 저항 이상으로 시계 반대 방향으로 돌리고 장치에서 당겨서 제거 할 수 있습니다. 스페이서를 부착하려면 저항이 느껴질 때 까지 3 개의 다리를 3 개의 구멍에 삽입하십시오. 평평한 표면에 장치를 놓고 다이얼 (D)을 시계 방향으로 돌리면서 균등하게 누릅니다.

## 페이스 플레이트 제거.

페이스 플레이트 (FP)는 손톱 노치에서 잡아서 스페이서 (S)에서 간단히 빼낼 수 있습니다. 다시 부착하려면 간단히 제자리에 끼우십시오.

## 사진술.

DermLite DL200은 DermLite Magneti-Connect® 어댑터 (별매)를 사용하여 많은 카메라 또는 스마트 폰에 부착 될 수 있습니다. 사진을 찍기 전에 페이스 플레이트 (FP)를 깨끗하게 닦고 스페이서 (S)를 확장하십시오.

## 배터리 및 충전

주의 : 이 장치는 특수 3.7V 1800 mAh 리튬 이온 배터리를 사용하며 DermLite 또는 공인 DermLite 대리점에서만 구입할 수 있습니다. 어떤 상황에서도 이 기기 용으로 설계된 배터리 이외의 다른 배터리를 사용하지 마십시오.

이 장치에는 4 단계 충전 표시기 (CI)가 장착되어 있습니다. 장치가 켜져 있고 완전히 충전되면 4 개의 LED가 모두 커집니다. 배터리 수명의 75 % 미만이 남아 있으면 3 개의 LED가 커집니다. 배터리가 절반 이상 소모되면 두 개의 LED 가 커지고 단일 LED는 배터리 용량의 25 % 미만이 남아 있음을 나타냅니다. 장치

를 충전하려면 제공된 USB-C-USB 케이블을 충전 포트 (CP) 및 IEC 60950-1 호환 (5V) USB 포트에 연결하십시오. 충전 표시기 (CI)는 충전 레벨에 해당하는 펄스 LED 수와 함께 충전을 나타내기 위해 펄상됩니다. 충전이 완료되면 4 개의 표시기 LED가 모두 커집니다. 몇 년 동안 사용한 후에는 배터리를 교체 할 수 있

습니다. 이 배터리는 DermLite 또는 공인 DermLite 대리점에서만 직접 구입할 수 있습니다.

배터리 (B)를 제거하려면 스냅 온 덮개 (C)를 분리하십시오. 작은 노치 (N)에서 시작하여 드라이버를 사용하여 얼어 덮개를 완전히 풀어 분리하십시오. 배터리 플러그 (BP)를 분리하고 새 배터리를 삽입한 후 다시 연결하십시오. 덮개를 단단히 다시 부착하십시오.

문제 해결 최신 문제 해결 정보는 [dermlite.com](http://dermlite.com)을 확인하십시오. 장치를 수리해야하는 경우 [www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service)를 방문하거나 해당 지역의 DermLite 대리점에 문의하십시오.

## 관리 및 유지 보수

경고 : 이 장비의 개조는 허용되지 않습니다.

장치는 문제없이 작동하도록 설계되었습니다. 수리는 자격을 갖춘 서비스 직원만 수행해야합니다.

## 청소

광학 부품을 제외한 장치 외부는 환자에게 사용하기 전에 이소 프로필 알코올 (70 % vol.)로 깨끗하게 닦을 수 있습니다. 렌즈는 고품질 사진 장비로 취급해야하며 표준 렌즈 청소 장비로 청소하고 유해 화학 물질로부터 보호해야합니다. 장비의 어느 부분에도 연마재를 사용하거나 장치를 액체에 담그지 마십시오. 고압 멀균하지 마십시오.

보증 : 부품 및 인건비 5 년 배터리는 1 년 간 보증됩니다.

## 폐기

이 장치에는 전자 제품과 리튬 이온 배터리가 포함되어 있으며 폐기 용으로 분리해야하며 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됩니다. 현지 폐기 규정을 준수하십시오.

## 이 세트 내용 :

DL200 Dermatoscope (21 개의 LED, 25mm 10x 렌즈, 스페이서, 10mm 레티클이 있는 페이스 플레이트), 실리콘 덮개, 끈, 마이크로 파이버 케이스, USB 충전 케이블, 4 개의 IceCaps

## 기술 설명

[www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical)을 방문하거나 가까운 DermLite 대리점에 문의하십시오.

# 説明書

## 使用目的

このデバイスは、体の表面を照らす医療目的を目的としています。それは無傷の皮膚の非侵襲的目視検査に使用されます。

この電池式製品は、医療専門家による専門医療施設内での外部検査用に設計されています。

使用前にデバイスの正しい動作を確認してください！目に見える損傷の兆候がある場合は、デバイスを使用しないでください。

**注意：** LEDライトを直接見ないでください。患者は検査中に目を閉じなければなりません。

このデバイスの使用で重大な事故が発生した場合は、DermLiteにすぐに通知し、現地の規制で必要な場合は、各国の保健当局に通知してください。

**注意：** 火災や爆発の危険がある場所（酸素が豊富な環境など）でデバイスを使用しないでください。

**警告：** この製品は、カリフォルニア州で癌または生殖毒性を引き起こすことが知られている塩化メチレンや六価クロムなどの化学物質にさらされる可能性があります。詳細については、[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)にアクセスしてください。

## 電磁両立性

このデバイスは、標準のIEC 60601-1-2 : 2014のEMCエンジニアリングおよびイミュニティレベルの要件に準拠しています。この装置のエンジニアリング特性は、住宅環境だけでなくブロードバンドケーブル環境（CISPR 11クラスB）での使用に適しています。この機器は、無線通信サービスを適切に保護します。無線通信サービスへの干渉がまれに発生した場合、ユーザーは、機器の再配置や方向変更などの緩和策を講じる必要がある場合があります。警告：この装置を他の装置に隣接して、または積み重ねて使用すると、不適切な動作を引き起こす可能性があるため、使用を避けてください。そのような使用が必要な場合は、この装置および他の装置を観察して、それらが正常に動作していることを確認する必要があります。

**警告：** この機器の製造元が提供するもの以外のアクセサリを使用すると、電磁放射が増加したり、この機器の電磁耐性が低下したりして、不適切な動作を引き起こす可能性があります。

警告：ポータブルRFトランスマッターは、デバイスのどの部分からも30 cm ( 12インチ ) 以上離れて使用しないでください。そうしないと、この機器のパフォーマンスが低下する可能性があります。

**重要：** 最初に使用する前に、内蔵リチウムイオンバッテリーを充電してください。詳細については、「バッテリーと充電」を参照してください。

DermLite DL200は、皮膚接触の有無にかかわらず、皮膚病変の偏光検査と非偏光検査を目的とした、10倍の倍率のスマートフォン対応のポケット皮膚鏡です。

## IceCap® :

感染制御対策をサポートするには、付属の使い捨てIceCaps ( IC ) のいずれかを、取

り付けられたフェースプレート ( FP ) にスナップします。取り外して廃棄するには、単純に取り外します。

LEDが肌に向かられるようにデバイスを持ちます。デバイスを皮膚の約25mm上に置き、電源ボタン ( P ) を押してデバイスの電源を入れます。レンズの25~50 mm上を目で見てください。デバイスを皮膚に近づけたり遠ざけたりして、目的の画像の焦点を合わせます。皮膚に接触するターモスコピーの場合、またはカメラで使用する場合は、ダイヤル ( D ) を回してスペーサー ( S ) を伸ばし、画像の焦点を合わせます。

非偏光照明と偏光照明を切り替えるには、モードボタン ( M ) を押します。偏光インジケーター ( PI ) は偏光モードで点灯します。

DermLiteをオフにするには、電源ボタン ( P ) を押します。3分後に自動的にオフになります。

## スペーサーの取り外し。

スペーサー ( S ) は、目立つ抵抗を超えてダイヤル ( D ) を反時計回りに回し、デバイスから引き離すことによって取り外すことができます。スペーサーを取り付けるには、抵抗を感じられるまで3つの穴に3つの脚を挿入します。デバイスを水平な面に置き、ダイヤル ( D ) を時計回りに同時に回転させながら均等に押し下げます。

## フェースプレートの取り外し。

フェースプレート ( FP ) は、指の爪の切り込みでつかむことで、スペーサー ( S ) から簡単に取り外すことができます。再度取り付けるには、元の位置に戻します。

## 写真。

DermLite DL200は、DermLiteMagnetConnect®アダプター（別売）を使用して、多くのカメラまたはスマートフォンに接続できます。写真を撮る前に、フェースプレート ( FP ) をきれいに拭き、スペーサー ( S ) を伸ばします。

## バッテリーと充電

**注意：** このデバイスは、特別な3.7V 1800 mAhリチウムイオンバッテリーを使用しています。これは、DermLiteまたは正規のDermLiteディーラーからのみ購入できます。どのような状況でも、このユニット用に設計されたバッテリー以外のバッテリーを使用しないでください。

このデバイスには、4レベルの充電インジケーター ( CI ) が装備されています。ユニットの電源を入れて完全に充電すると、4つのLEDがすべて点灯します。バッテリーの寿命が75%未満になると、3つのLEDが点灯します。バッテリーの半分以上が消耗すると、2つのLEDが点灯しますが、1つのLEDはバッテリー容量の25%未満が残っていることを示します。デバイスを充電するには、付属のUSB-C-USBケーブルを充電ポート ( CP ) およびIEC 60950-1準拠 ( 5V ) USBポートに接続します。充電インジケーター ( CI ) は、充電レベルを示すパルスLEDの数で充電を示すためにパルスします。充電が完了すると、4つのインジケー

タLEDがすべて点灯します。長年使用した後、バッテリーを交換することをお勧めします。このバッテリーは、DermLiteまたは正規のDermLiteディーラーから直接入手できます。

バッテリー ( B ) を取り外すには、スナップオンカバー ( C ) を取り外します。小さな切り込み ( N ) から始めて、ドライバーを使用して開き、カバーの周りを完全に解放します。バッテリープラグ ( BP ) を外し、新しいバッテリーを挿入して再接続します。カバーをしっかりと取り付け直します。

**のトラブルシューティング** 最新的トラブルシューティング情報については、[dermlite.com](http://dermlite.com)を確認してください。デバイスの修理が必要な場合は、[www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service)にアクセスするか、最寄りのDermLiteディーラーにお問い合わせください。

## お手入れとメンテナンス

**警告：** この装置の改造は許可されていません。

お使いのデバイスは、問題のない操作ができるように設計されています。修理は、資格のあるサービス担当者のみが行う必要があります。

## クリーニング

患者に使用する前に、光学部品を除くデバイスの外側をイソプロピルアルコール ( 70 % vol. ) で拭いてください。レンズは高品質の写真機器として扱い、標準のレンズクリーニング機器でクリーニングし、有害な化学物質から保護する必要があります。装置のどの部分にも研磨材を使用したり、デバイスを液体に浸したりしないでください。オートクレーブしないでください。

**保証：** 部品および労働に対して5年。バッテリーは1年間保証されます。

## 廃棄

このデバイスには、電子機器とリチウムイオン電池が含まれています。リチウムイオン電池は廃棄するために分離する必要があります、一般家庭ごみと一緒に廃棄することはできません。現地の廃棄規制を遵守してください。

## このセットに含まれるもの：

DL200ダーマトスコープ（21個のLED、25 mm 10xレンズ、スペーサー、10 mmレチクル付きフェースプレート）、シリコンカバー、ストラップ、マイクロファイバーケース、USB充電ケーブル、4個のIceCaps

## 技術説明

[www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical)にアクセスするか、最寄りのDermLiteディーラーにお問い合わせください。

# 使用说明

## 有可能的使用

该设备旨在用于医疗目的，以照亮身体表面。它用于完整皮肤的非侵入性视觉检查。

该电池供电产品仅设计用于医疗专业人员在专业医疗机构内进行的外部检查。

使用前请检查设备的正确操作！如果有明显的损坏迹象，请不要使用设备。

注意：请勿直视LED灯。患者在检查过程中必须闭上眼睛。

如果在使用此设备时发生严重事故，请立即通知DermLite，并在当地法规要求的情况下通知您的国家卫生部门。

注意：请勿在有火灾或爆炸危险的区域（例如，富氧环境）中使用设备。

警告：本产品可使您暴露于加利福尼亚州已知会引起癌症或生殖毒性的化学物质，包括二氯甲烷和六价铬。有关更多信息，请访问[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)。

## 电磁兼容

此设备符合标准IEC 60601-1-2 : 2014的EMC辐射和抗扰等级要求。该设备的发射特性使其适合在专业医疗保健环境以及住宅环境中使用（CISPR 11 B类）。该设备为无线电通信服务提供了足够的保护。在极少数情况下，会干扰无线电通信服务，用户可能需要采取缓解措施，例如重新放置设备或重新定向设备。警告：应避免在与其他设备相邻或与之堆叠的情况下使用此设备，因为这可能会导致操作不当。如果有必要使用此设备，则应观察本设备和其他设备以确保它们正常运行。警告：使用本设备制造商提供的附件以外的附件可能会导致电磁辐射增加或本设备的电磁抗扰性降低，并导致操作不当。警告：便携式RF发射器的使用距离设备的任何部分都不应少于30厘米（12英寸）。否则，可能会导致设备性能下降。

**重要信息：**初次使用前，请给内置锂离子电池充电。有关详细信息，请参见“电池和充电”。

DermLite DL200是智能手机兼容的口袋式皮肤镜，具有10倍的放大倍率，适用于有或没有皮肤接触的皮肤病变的极化和非极化检查。

## IceCap®：

为了支持您的感染控制措施，请将随附的一次性IceCap（IC）之一卡在已安装的面板（FP）上。要卸下和处理，只需将其拉下即可。

握住设备，使LED对准皮肤。将设备放置在距离皮肤约25mm的位置，然后按电源按钮（P）打开设备。眼睛在镜头上方25-50毫米处直视镜头。将设备移近或移开皮肤以获得所需的图像聚焦。对于皮肤接触的皮肤镜检查或相机使用，请转动拨盘（D）以扩展垫片（S）并聚焦图像。

要在非偏振和偏振照明之间切换，请按“模式”按钮（M）。偏振指示器（PI）在偏振模式下点亮。

要关闭DermLite，请按电源按钮（P）；

然后按一下。它会在3分钟后自动关闭。

## 卸下垫片。

逆时针转动刻度盘（D）使其超过明显的阻力，然后将其从设备中拔出，即可卸下垫片（S）。要安装垫片，请将其3个支脚插入3个孔中，直到感觉到阻力为止。将设备水平放置在平坦的表面上，并均匀地向下按，同时顺时针旋转转盘（D）。

## 卸下面板。

只需将面板（FP）抓住指甲槽口，即可将其从垫片（S）上拉下。要重新连接，只需将其卡回原位即可。

## 摄影。

使用DermLiteMagnetiConnect®适配器（另售），可以将DermLite DL200连接到许多相机或智能手机。拍照之前，先擦拭面板（FP）并拉开垫片（S）。

## 电池和充电

注意：此设备使用特殊的3.7V 1800 mAh锂离子电池，该电池只能从DermLite或DermLite授权经销商处购买。在任何情况下都不要使用非本机专用的其他电池。该设备配备了四级充电指示器（CI）。当本机打开并充满电时，所有四个LED点亮。当剩余电池寿命不足75%时，三个LED会亮起。如果电池电量消耗了一半以上，则两个LED会亮起，而单个LED则表示电池剩余容量不足25%。要为设备充电，请将随附的USB-C到USB电缆连接到充电端口（CP）和任何符合IEC 60950-1的（5V）USB端口。充电指示器（CI）脉冲指示充电，脉冲LED的数量与充电水平相对应。充电完成后，所有四个指示灯均点亮。使用多年后，您可能希望更换电池，该电池只能从DermLite或DermLite授权经销商处直接获得。

要卸下电池（B），请卸下卡扣式保护盖（C）：使用螺丝刀从小缺口（N）处撬开，将其撬开，然后沿保护盖完全松开。拔下电池插头（BP），插入新电池，然后重新连接。重新牢固地装上机盖。

## 故障排除

请访问[dermlite.com](http://dermlite.com)获取最新的故障排除信息。如果您的设备需要维修，请访问[www.dermelite.com/service](http://www.dermelite.com/service)或联系当地的DermLite经销商。

## 保养与维护

警告：禁止改装该设备。

您的设备设计为无故障运行。只能由合格的维修人员进行维修。

## 清洁

在对患者使用之前，可以用异丙醇（70%体积）将设备的外部（光学部件除外）擦拭干净。镜头应被视为高质量的照相设备，应使用标准的镜头清洁设备进行清洁并保护其免受有害化学物质的侵害。请勿在设备的任何部分上使用研磨材料或将设

备浸入液体中。不要高压灭菌。

保修：5年零件和人工。电池保修一年。

## 处置

此设备包含电子设备和锂离子电池，必须将其分开处置，不得与一般家庭垃圾一起处置。请遵守当地的处置规定。

## 此集包括：

DL200皮肤镜（21个LED，25毫米10倍透镜，垫片，带有10毫米标线的面板），硅胶套，挂绳，超细纤维盒，USB充电电缆，4个IceCaps

## 技术说明

请访问[www.dermelite.com/technical](http://www.dermelite.com/technical)或联系您当地的DermLite经销商。



REF



Manufacturer	Catalog Number	Serial Number	Date of Manufacture	Follow instructions for use
Proizvođač	Kataloški broj	Serijski broj	Datum proizvodnje	Pratite uputstva za upotrebu
Výrobce	Katalogové číslo	Sériové číslo	Datum výroby	Postupujte podle pokynů k použití
Fabrikant	Katalognummer	Serienummer	Fremstilling dato	Følg brugsanvisningen
Hersteller	Katalognummer	Seriennummer	Herstellldatum	Gebrauchsanweisung befolgen
Tootja	Katalooginumber	Seerianumber	Tootmiskuupäev	Järgige kasutusjuhendit
Fabricante	Número de catalogo	Número de serie	Fecha de manufactura	Siga las instrucciones de uso.
Fabricant	Numéro de catalogue	Numéro de série	Date de fabrication	Suivez les instructions d'utilisation
Déantúsor	Uimhir Catalog	Uimhir Sraithuimhir	Dáta an Déantúsaiochta	Lean na treoracha úsáide
Proizvođač	Kataloški broj	Serijski broj	Datum proizvodnje	Slijedite upute za uporabu
Fabbricante	Número di catalogo	Número di serie	Data di produzione	Seguire le istruzioni per l'uso
Ražotājs	Kataloga numurs	Sērijas numurs	Izgatavošanas datums	Izpildiet lietošanas instrukcijas
Gamintojas	Katalogo numeris	Serijos numeris	Pagaminimo data	Laikykites naudojimo instrukcijų
Gyártó	Katalógus szám	Sorozatszám	Gyártás dátuma	Kövesse a használati útmutatót
Fabrikant	Catalogus nummer	Serienummer	Fabricagedatum	Volg de instructies voor gebruik
Producent	Numer katalogu	Numer seryjny	Data produkcji	Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania
Fabricante	Número de catálogo	Número de série	Data de fabricação	Siga as instruções de uso
Producător	Catalog Number	Număr de serie	Data fabricatiei	Urmați instrucțiunile de utilizare
Proizvajalec	Kataloška številka	Serijska številka	Datum izdelave	Upoštevajte navodila za uporabo
Výrobca	Katalógové číslo	Sériové číslo	Dátum výroby	Postupujte podľa pokynov na použitie
Valmistaja	Luettelonnumero	Sarjanumeron	Valmistuspäivämäärä	Seuraa käyttöohjeita
Tillverkare	Katalognummer	Serienummer	Tillverkningsdatum	Följ instruktionerna för användning
Üretici firma	Katalog numarası	Seri numarası	Üretim tarihi	Kullanım talimatlarını izleyin
Κατασκευαστής	Αριθμός καταλόγου	Σειριακός αριθμός	Ημερομηνία παραγωγής	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
Производител	Каталожен номер	Серийен номер	Дата на производство	Следвайте инструкцията за употреба
производитель	Номер каталога	Серийный номер	Дата производства	Дотримуйтесь інструкцій із використання
Виробник	Номер каталогу	Серійний номер	Дата виготовлення	사용 지침을 따르십시오
제조사	카탈로그 번호	일련 번호	제조 일자	使用説明書に従ってください
メーカー	カタログ番号	シリアルナンバー	製造日	遵循使用说明
制造商	目录编号	序列号	生产日期	



Medical Device	Direct Current	Do not dispose as unsorted municipal waste
Medicinski savjet	Prava struja	Ne odlagati kao nesortirani komunalni otpad
Zdravotnické zařízení	Stejnosměrný proud	Nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu
Medicinsk udstyr	Jævnstrøm	Bortskaf ikke som usorteret kommunalt affald
Medizinisches Gerät	Gleichstrom	Nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen
Meditiiniline seade	Alalisvool	Ärge visake sortimata olmejäätmete hulka
Dispositivo médico	Corriente continua	No desechar como basura municipal sin clasificar
Dispositif médical	Courant continu	Ne pas jeter comme déchet municipal non trié
Feiste Leighis	Sruth díreach	Ná déan diúscairt mar dhramhaíl chathraich neamhsaoafa
Medicinski uređaj	Prava struja	Ne odlagati kao nesortirani komunalni otpad
Dispositivo medico	Corrente continua	Non gettare tra i rifiuti urbani non differenziati
Medicíniska iekārta	Līdzstrāva	Neatbrīvojties no nešķirotiem sadzīves atkritumiem
Medicininis prietais	Nuolatinė srovė	Neišmeskite kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos
Orvosi eszköz	Egyenáram	Ne dobjá el a válogatás nélküli kommunális hulladékként
Medisch apparaat	Gelijksstroom	Gooi ze niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval
Urządzenie medyczne	Prąd stałym	Nie wyrzucaj razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi
Aparelho médico	Corrente direta	Não descarte como lixo municipal não classificado
Aparat medical	Current continu	Nu aruncati ca deșeuri municipale nesortate
Medicinski pripomoček	Enosmerni tok	Ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke
Zdravotnické pomôcky	Priamy prúd	Nevyhadzujte do netriedeneho komunálneho odpadu
Lääketieteellinen laite	Tasavirta	Älä hävitä lajitelemattoman yhdyskuntajätteenä
Medicinsk utrustning	Likström	Kassera inte som osorterat kommunalt avfall
Tibbi cihaz	Doğru akım	Ayrılmamış belediye atığı olarak atmayın
İstrikî ostoksuñ	Συνεχές ρεύμα	Мын отторгыпетте жоңкы отбөлгөттө
Медицинско изделие	Постоянен ток	Не изхвърляйте като несортирани битови отпадъци
Медицинский прибор	Постоянный ток	Не выбрасывать в качестве несортированных бытовых отходов.
Медицинний прилад	Постійний струм	Не викидайте як несортировані побутові відходи
의학 기기	직류	분류되지 않은 도시 폐기물로 처리하지 마십시오
医療機器	直流	分別されていない一般廃棄物として処分しないでください
医疗设备	直流电	请勿作为未分类的城市垃圾处理

**CH** | **REP**

**EC** | **REP**

Indicates the authorised representative in Switzerland

Ovlašteni zastupník u Švýcarsku  
Autorizovaný zástupce ve Švýcarsku  
Autoriseret repræsentant i Schweiz  
Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz  
Volitatud esindaja Šveitsis  
Representante autorizado en Suiza  
Mandataire en Suisse  
Ionadai údaraithe san Eilvéis  
Ovlašteni predstavnik u Švýcarskoj  
Rappresentante autorizzato in Svizzera  
Pilnvarotais pārstāvis Šveicē  
Igaliotas astovas Šveicarijoje  
Megħatalmazzott képviselő Svájcban  
Gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland  
Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii  
Representante autorizado na Suíça  
Reprezentant autorizat în Elveția  
Pooblaščeni zastopnik v Švici  
Autorizovaný zástupca vo Svajčiarsku  
Valtuutettu edustaja Sveitsissä  
Auktoriserad representant i Schweiz  
İsviçre'deki yetkili temsilci  
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελβετία  
Откоризиран представител в Швейцария  
Уполномоченный представитель в Швейцарии  
Уповноважений представник у Швейцарії  
스위스 공인 대리인  
スイスの正規代理店  
在瑞士的授权代表

European authorized representative  
Europski ovlašteni predstavnik  
Evropský zplnomocněný zástupce  
Europæisk autoriseret repræsentant  
Europæisk Bevollmächtigter  
Euroopa volitatud esindaja  
Representante autorizado europeo  
Repréäsentant autorisé européen  
Ionadai údaraithe Eorpaach  
Europski ovlašteni predstavnik  
Rappresentante autorizzato europeo  
Eiropas pilnvarotais pārstāvis  
Europas igaliotas astovas  
Európai meghatalmazzott képviselő  
Europese gemachtigde vertegenwoordiger  
Europejski upoważniony przedstawiciel  
Reprezentante autorizado europeu  
Reprezentant autorizat european  
Evropski pooblaščeni zastopnik  
Európsky splnomocnený zástupca  
Eurooppalainen valtuutettu edustaja  
Europeiska auktoriserade representant  
Avrupa yetkili temsilcisi  
Ευρωπαϊος έξουσιοδοτημένος εκπ  
Европейски упълномощен представител  
Европейский уполномоченный  
представитель  
Сропейский упнововажений представник  
유럽 공인 담당자  
欧洲公認代表  
欧洲授权代表



Product complies with European Medical Device Regulation (2017/745)

Proizvod je u skladu s Europskom uredbom o medicinskim proizvodima (2017/745)  
Produkt vyhovuje evropským predpisům o zdravotnických prostředcích (2017/745)  
Produktet er i overensstemmelse med europæisk lovgivning om medicinsk udstyr (2017/745)  
Produkt entspricht der europäischen Medizinprodukteverordnung (2017/745)  
Toode vastab Euroopa meditsiiniseadmete määrusele (2017/745)  
El producto cumple con el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (2017/745)  
Le produit est conforme à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux (2017/745)  
Cloíon an tárge le Rialachán Feistí Leighis na hEorpa (2017/745)  
Proizvod je u skladu s Europskom uredbom o medicinskim proizvodima (2017/745)  
Il prodotto è conforme al regolamento europeo sui dispositivi medici (2017/745)  
Produkts atbilst Eiropas medicīnisko ierīču regulai (2017/745)  
Produktas atitinka Europos medicinos prietaisų reglamentą (2017/745)  
A termék megfelel az európai orvostechnikai eszközökről szóló rendeleteknek (2017/745)  
Product voldoet aan de Europese verordening voor medische hulpmiddelen (2017/745)  
Produkt zgadny z Europejskim rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (2017/745)  
O produto está em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (2017/745)  
Produsul respectă Regulamentul European privind dispozitivele medicale (2017/745)  
Izdelek je skladen z evropsko uredbo o medicinskih pripomočkih (2017/745)  
Výrobok vyhovuje európskym predpisom o zdravotníckych pomôckach (2017/745)  
Tuote on Euroopan lääketieteellisiä laitteita koskevan asetuksen (2017/745) mukainen  
Produkten överensstämmer med den europeiska förordningen om medicinsk utrustning (2017/745)  
Ürün, Avrupa Tibbi Cihaz Yönetmeliği (2017/745) ile uyumludur  
Το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τις ευρωπαϊκές ιατρικές συσκευές (2017/745)  
Продуктът отговаря на европейския регламент за медицинските изделия (2017/745)  
Продуктът отговаря на европейския регламент за медицинските изделия (2017/745)  
제품이 유럽 의료 기기 규정 (2017/745)을 준수 함  
製品は、欧洲医療機器規制 (2017/745) に準拠しています  
产品符合欧洲医疗器械法規 ( 2017/745 )

Type B applied part

Naneti deo tipa B  
Aplikovaná časť typu B  
Type B páført del  
Anwendungsteil Typ B  
Tüüp B rakendatud osa  
Pieza aplicada tipo B  
Pièce appliquée de type B  
Chui Cineál B cuid i bhfeidhm  
Naneseni dio tipa B  
Parte applicata di tipo B.  
B tipa piemērotā daļa  
B tipo taikoma dalis  
B típusú alkalmazzott alkatrész  
Type B toegepast onderdeel  
Część zastosowana typu B.  
Peça aplicada tipo B  
Partea aplicată de tip B  
Del B, ki se uporablja  
Aplikovaná časť typu B.  
Tyyppi B käytetty osa  
Typ B applicerad del  
B tipi uygulanlan parça  
Εφαρμοσμένο μέρος τύπου B  
Приложена част тип B  
Тип B прикладная часть  
Прикладна частина типу B  
타입 B 적용 부품  
タイプB適用部品  
B型适用零件

-20  +50°C

Temperature limits in °C for storage and transport  
Temperaturne granice u °C za skladištenje i transport  
Teplotní limity ve °C pro skladování a přepravu  
Temperaturgrænser i °C til opbevaring og transport  
Temperaturgrenzen in °C für Lagerung und Transport  
Temperaturu piirid °C ladustamisel ja transportimisel  
Límites de temperatura en °C para almacenamiento y transporte.  
Limites de température en °C pour le stockage et le transport  
Teorainneacha teochna °C le haghaidh stórala agus iompair  
Temperaturne granice u °C za skladištenje i transport  
Limiti di temperatura in °C per lo stoccaggio e il trasporto  
Temperatūras ierobežojumi °C uzglabāšanai un pārvadāšanai  
Laikymo ir gabenimo temperatūros ribos °C  
Tárolási és szállítási hőmérsékleti korlátok °C-ban  
Temperatuurlimieten in °C voor opslag en transport  
Limity temperatury w °C do przechowywania i transportu  
Limites de temperatura em °C para armazenamento e transporte  
Limitele de temperatură în °C pentru depozitare și transport  
Mejne temperature v °C za skladištenje in prevoz  
Teplotné limity v °C na skladovanie a prepravu  
Lämpötilarajat °C varastoinissa ja kuljetuksessa  
Temperaturgränser i °C för lagring och transport  
Depolama ve taşıma için °C sıcaklık sınırları  
Ορισθεμένης σταθερότητας σε °C για αποθήκευση και μεταφορά  
Температурни ограничения в °C за съхранение и транспортиране  
Температурные пределы в °C для хранения и транспортировки  
Межи температур у °C для зберігання та транспортування  
보관 및 운송시 °C의 온도 제한  
保管および輸送のための°C単位の温度制限  
储存和运输的温度限制 ( 单位 : °C )

500  1060hPa

Pressure limitation for storage and transport  
Dozvoljeni pritisak zraka za skladištenje i transport  
Přípustný tlak vzduchu pro skladování a přepravu  
Tilladt lufttryk til opbevaring og transport  
Zulässiger Luftdruck für Lagerung und Transport  
Lubatud õhurõhk ladustamiseks ja transportimiseks  
Presión de aire permitida para almacenamiento y transporte.  
Pression d'air admissible pour le stockage et le transport  
Bru aer inchedaithe le haghaidh stórala agus iompair  
Dopušteni tlak zraka za skladištenje i transport  
Pressione dell'aria consentita per lo stoccaggio e il trasporto  
Pielaujamais gaisa spiediens uzglabāšanai un pārvadāšanai  
Leistämis oro slēgls sandēliavimui i transportavimui  
Tároláshoz és szállításhoz megengedett légnormás  
Toegestane luchtdruk voor opslag en transport  
Dopuszczalne ciśnienie powietrza do przechowywania i transportu  
Pressão de ar admissível para armazenamento e transporte  
Presiunarea admisă a aerului pentru depozitare și transport  
Dovoljeni zračni tlak za skladištenje in prevoz  
Prípustný tlak vzduchu na skladovanie a prepravu  
Sallitu ilmanpaine varastointia ja kuljetusta varten  
Tillåtet lufttryck för förvaring och transport  
Depolama ve nakliye için basınç sınırlaması  
Етпредпї тїєсөн сїрб үткїкесїп кαι метафора  
Допустимо налягане на въздуха за съхранение и транспортиране  
Ограничение давления для хранения и транспортировки  
Обмеження тиску для зберігання та транспортування  
보관 및 운송에 대한 압력 제한  
保管と輸送の圧力制限  
储存和运输的压力限制

45  80%

Humidity limitation for storage and transport  
Ograničenje vlage za skladištenje i transport  
Omezení vlhkosti pro skladování a přepravu  
Fugtighedsbegrænsning til opbevaring og transport  
Feuchtigkeitsbegrenzung für Lagerung und Transport  
Niiskuse piiramine ladustamisel ja transportimisel  
Limitación de humedad para almacenamiento y transporte.  
Limitation de l'humidité pour le stockage et le transport  
Teorainn taise le haghaidh stórala agus iompair  
Ograniczenie vlage za skladištenje i transport  
Limitazione dell'umidità per lo stoccaggio e il trasporto  
Mitruma ierobežojums uzglabāšanai un pārvadāšanai  
Laikymo ir gabenimo drégmės aprūpimas  
Páratartalom korlátozása tárolás és szállítás esetén  
Vochtigheidsbeperking voor opslag en transport  
Ograniczenie wilgotności podczas przechowywania i transportu  
Limitação de umidade para armazenamento e transporte  
Limitarea umidității pentru depozitare și transport  
Omejitev vlažnosti za skladištenje in prevoz  
Obmednenie vlhkosti pri skladovaní a preprave  
Varastoinnin ja kuljetuksen kosteusrajoitus  
Lufffuktighetsbegränsning för lagring och transport  
Depolama ve taşıma için nem sınırlaması  
Περιορισμός υγρασίας για αποθήκευση και μεταφορά  
Ограничение за влажност при съхранение и транспортиране  
Ограничение влажности для хранения и транспортировки  
Обмеження вологості для зберігання та транспортування  
보관 및 운송시 습도 제한  
保管と輸送の湿度制限  
储存和运输的湿度限制



Keep dry!  
Čuvajte na suhom!  
Skladujte v suchu!  
Opbevares tørt!  
Trocken lagern!  
Hoida kuivalt!  
Almacenar en seco!  
Conserver au sec!  
Stóráli tirim!  
Čuvajte na suhom!  
Conservare in luogo asciutto!  
Uzglabāt saus!

Laikykite sausai!  
Tárolja szárazon!  
Droog bewaren!  
Przechowywać w suchym miejscu!  
Armazene a seco!  
Magazin uscat!  
Shranjujte na suhem!  
Skladujte v suchu!  
Säilytä kuivana!  
Förvara torrt!  
Kuru tut!  
Αποθήκεύστε!  
Съхранявайте на сухо!  
Сохраняй сухим!  
Тримай сухим!  
건조하게 유지하십시오!  
乾いた状態に保ちます！  
保持干燥！

**RxOnly**

Caution: Federal law (USA) restricts this device to sale by, or on the order of, a licensed healthcare practitioner

Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili po nalogu licenciranog zdravstvenog radnika.

Upozornění: Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení prodejcem nebo na objednávku lékaře s licencí na zdravotní péči.

Advarsel: Føderal lov (USA) begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en autoriseret sundhedslæge.

Achtung: Das Bundesgesetz (USA) beschränkt den Verkauf dieses Geräts durch oder auf Anordnung eines zugelassenen Arztes.

Ettevaatust: föderaalseadused (USA) piiravad selle seadme müümist litsentseeritud tervishoiutöötaja poolt või tema tellimusel.

Precaución: La ley federal (EE. UU.) Restringe la venta de este dispositivo a un profesional de la salud con licencia o por orden de este.

Attention: La loi fédérale (USA) restreint la vente de cet appareil par ou sur ordre d'un professionnel de la santé agréé.

Rabhadh: Cuireann díl Chónaighthe (SAM) srían ar an ghléas seo le cleachtóir cúram sláinte ceadúnaithe a dhíol nó a ordú.

Oprez: Savezni zakon (SAD) ograničava prodaju ovog uređaja putem ili po nalogu licenciranog zdravstvenog radnika.

Attenzione: la legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a un operatore sanitario autorizzato o su suo ordine.

Uzmanību: Federālie likumi (ASV) ierobežo šīs ierīces tirdzniecību ar licencētu veselības aprūpes darbinieku starpniecību vai pēc pasūtījuma.

Dēmesio: Federalinis īstatymas (JAV) draudžia ši prietaisą pardavinēti licencijuotam sveikatos priežiūros specialistui arba jo užsakymu.

Vigyázat: Az USA szövetségi törvénye korlátozza ezt a készüléket engedélyező egészségügyi szakember által vagy megrendelésére.

Let op: de federale wet (VS) beperkt dit apparaat tot verkoop door of in opdracht van een erkende zorgverlener.

Przestroga: prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez licencjonowanego pracownika opieki zdrowotnej lub na jego zlecenie.

Cuidado: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por um profissional de saúde licenciado ou por ordem deste.

ATENTIE: Legea federală (SUA) restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către, sau la ordinul unui medic de sănătate autorizat.

Pozor: Zvezni zakon (ZDA) omejuje prodajte naprave s strani ali po naročilu pooblaščenega zdravstvenega delavca.

Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia predajcom alebo na objednávku odborníka s licenciou na zdravotnú starostlivosť.

Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin lisensoidun terveydenhuollon ammattiherkillelön toimesta tai tilauksesta.

Warning: Federal lag (USA) begränsar denna enhet till försäljning av eller på beställning av en licensierad sjukvårdspersonal.

Dikkat: Federal yasalar (ABD), bu cihazın lisanslı bir sağılık uzmanı tarafından veya bu sırayla satılmasını kısıtlar.

Προσοχή: Το οροστοποδιακό δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει τη συσκευή αυτή στην πώληση από ή με εντολή ειδικευμένου ιατρού.

Внимание: Федералният закон (САЩ) ограничава това устройство за продажба от или по поръчка на лицензиран медицински лекар.

Внимание: Федеральный закон (США) ограничивает продажу этого устройства лицензованным практикующим врачом или по его заказу.

Увага: Федеральний закон (США) обмежує продаж цього пристроя ліцензованим медичним працівником або на його замовлення.

주의 : 미국 연방법에 따라이 장치는 면허가 있는 의료 종사자가 판매하거나 그에 따라 판매하도록 제한합니다.

注意：連邦法（米国）は、このデバイスを認可された医療従事者による、またはその注文による販売に制限しています。

注意：联邦法律（美国）限制此设备只能由有执照的医疗保健从业人员或按其订购



DermLite LLC  
21 Argonaut | Aliso Viejo, CA 92656 | USA  
Tel. +1-949-481-6384 | Fax +1-949-240-7492  
info@dermlite.com | www.dermelite.com



E. C. REP Ltd  
5 Fitzwilliam Square East,  
Dublin 2, D02 R744, Ireland  
Tel: +353 1 254 944  
Email: info@ecrep.ie



Responsible Person Limited  
Summit House, 4-5 Mitchell Street  
Edinburgh, EH6 7BD Scotland



CompLife Swiss s.a.  
Via Lunganetto 4  
6962 Viganello (TI)